

政府采购合同

甲方：佳木斯市中医医院

地址：佳木斯市解放路326号

乙方：黑龙江省冠鼎科技有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市道外区华南城现代商贸物流城A区E3栋1-2层09号

合同号：202307130001

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，

甲乙双方就全自动尿液分析工作站采购计划（政府采购项目编号：

[230801]ZTZB-[GK]2022000），经平等自愿协商一致达成合同如下：

第一条 合同标的

1、供货一览表

| 名称 | 品牌、规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) |
|------------------|---------------|---|----|----|-----------|-----------|
| 超声高频外科 集成手术设备 | GEN11CN | 美国爱惜康内镜 外科器械有限责 任公司 EthiconEndo-S urgery, LLC | 1 | 台 | 396000.00 | 396000.00 |
| 合计金额： | (大写：叁拾玖万陆仟元整) | | | | | 396000元 |

第二条 合同金额



合同金额为人民币39.6万元，大写：叁拾玖万陆仟元整。（此价格包含合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。）

第三条 付款方式及时间

1、付款方式：1期：支付比例100%，签订合同后7个工作日内预付款30%，验收合格后付款70%。（对中小企业首付款比例为合同总金额的50%，对小微企业首付款比例为合同总金额的70%，验收完成后支付合同剩余金额。）

2、付款时间：签订合同后，且在甲方收到乙方出具的符合要求的发票后三日内付款。

第四条 交付安装和培训

1、交货时间：合同签订后30个工作日内交货、地点：佳木斯市中医医院。

2、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。

培训时间：设备到达7日内。培训地点：佳木斯市中医医院。

第五条 质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家(或行业)规定标准。乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第六条 包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

第七条 运输要求

1、运输方式：陆运。



2、运输及相关费用由乙方承担。

第八条 知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

第九条 验收

1、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

2、仪器设备到货后，对设备外包装检查，开箱检查和数量验收。安装、调试完毕后，进行仪器的功能配置验收和技术性能指标检测。

3、乙方将标的物送达至甲方指定的地点后3日内，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收合格后并签字确认。

4、对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在3日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

5、经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

第十条 售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：

货物保修起止时间：验收合格后免费质保2年（人为原因除外）。

(1) 质保期内：



- 1) 乙方对此次标的物实行壹年保修，货物免费配送至甲方指定收货地点，终身维护制，在保修期内，除人为损坏外，所有的维修服务均为免费；
- 2) 对人为因素出现的故障或不可抗力引起的故障不在免费维护范围内；
- 3) 乙方承诺7×24小时联络服务，接到用户报修通知后，乙方售后人员立即做出响应，并承诺在24小时内派出合格的维修人员到达用户现场进行维修，若有现场不能解决的问题，乙方承诺支付产品或部件往返维修费用，并提供同类型备用机给甲方使用；
- 4) 乙方提供专人专线服务，售后服务专线：0451-86633688；
- 5) 乙方对所提供货物提供备品备件，维修更换随时响应，确保货物按时送达。

(2) 质保期外：

- 1) 乙方仅向用户收取备件成本费，并长期以优惠价格提供备品备件及维修材料且提前提供零部件价格供甲方参考；
- 2) 乙方免费提供联机、联网所需软件，并长期提供相关技术支持，负责解决所提供的软件系统的任何问题。如甲方自愿将原有产品硬件升级或增加新功能，乙方将免费提供软硬件升级服务。

第十一条 违约条款

- 1、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务，否则应向甲方支付违约货款额10%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 3、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任并赔偿给甲方造成的一切损失。
- 4、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。



5、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

6、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

7、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

第十二条 不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 3 天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

。

第十四条 争议的解决方式

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(1) 提交_____仲裁委员会仲裁。(2) 向 甲方住所地 人民法院起诉。

第十五条 合同保存



合同文本一式六份，投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，采购单位两份，自双方签订之日起生效。

第十六条 补充条款

为了给手术室以及广大患者提供更好的临床解决方案，并进一步提升超声高频外科集成系统的使用安全，生产厂家将对设备进行软件升级。升级后的设备（以下称“COT机”）将更好地适配可与其进行信息交互的刀头，且将仅对可与其进行信息交互的刀头输出能量。具备信息交互能力的刀头可实时将组织情况反馈给设备，设备将结合刀头自身情况和反馈，相应调整自身的输出功率，以确保切割和凝闭效果。软件升级后，COT机将不再对无信息交互能力的刀头（包括但不限于强生刀头ACE-E系列、FCS9、Synergy系列，以及连接“达芬奇”机器人的强生超声刀刀头）输出能量，以避免因刀头不适配而引起的工作杆断裂、切割凝血效果下降，以及设备硬件损坏等问题。甲方兹此确认并明确，其已充分理解和知晓软件升级的效果和影响，并同意购买经软件升级的COT机。同时，甲方兹此承诺，若其将COT机转售给任何医院或下属经销商时，也应在交易前以书面形式充分告知下属经销商软件升级的效果，并要求该下属经销商在进一步出售或处置设备时，将软件升级的影响和效果以书面形式充分并清晰地披露给买方或受让方。

第十七条 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：佳木斯市中医医院（章）

采购方法人代表：（签字）

开户银行：佳木斯市工行中心支行

账号：0904021109221010682

联系电话：0454-5699190

签订日期： 年 月 日

乙方：黑龙江省冠鼎科技有限公司（章）

投标人法人代表：（签字）

开户银行：中国工商银行股份有限公司哈尔

滨开发区支行

账号：3500041109200162761

联系电话：0451-86633688

签订日期： 年 月 日



附表：

设备技术参数

| 序号 | 具体技术参数 |
|----|--|
| 1 | 产品:名称超声刀系统 |
| 2 | 刀头:振动频率为 $\geq 55500\text{HZ}$, 为目前技术所达能保证最佳的切割与凝血效果。 |
| 3 | 配合超声刀耗材可安全凝闭 $\leq 5\text{mm}$ 的血管和淋巴管, 最新款超声刀耗材可安全凝闭 $\leq 7\text{mm}$ 血管及淋巴管 |
| 4 | 数码化设计系统: 为新一代的数码化设计系统, 配有 USB 接口可随时升级更新系统。 |
| 5 | 手控及脚控装置: 不仅具有方便的手控激发方式, 而且具有脚踏开关 |
| 6 | 开展微创腹腔镜手术用的枪式刀头: 有开展微创腹腔镜手术需要, 带手控, 头端为弧形的枪式刀头, 并可 360 度旋转 |
| 7 | 刀头种类: 既有适合开放手术的刀头, 又有适合腔镜手术的刀头, 提供至少 15 种不同型号的刀头, 可以连接使用, 以适合不同手术的应用 |
| 8 | 一台主机输出两种能量: 一台主机既能输出超声能量又能输出电能量 |
| 9 | 主机自我检测功能: 主机可以提供自检功能, 提供详细准确的故障提示信息, 以便快速排出故障 |
| 10 | 有固定的智能型主机, 可连接电源范围 100V-240V , 提供持续稳定的电源, 保障时间较长手术的需要 |
| 11 | 在工作时有功率大小的档位显示, 刀头工作时有声音的提示工作状态: 在工作时有功率大小的档位显示, 刀头工作时有声音的提示工作状态 |
| 12 | 甲状腺手术专用的剪式刀头: 具有转适用于开放甲状腺及乳腺的剪式超声刀刀头, 可以连接使用两种长度 的剪式超声刀刀头 |
| 13 | 如果主机发生故障, 要有备份机器提供给医院使用, 保证医院的正常使用。 |



耗材供货一览表:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产企业 | 单位 | 单价 (元) |
|----|--------------------|--------|--------------------|----|-----------|
| 1 | 超声高频外科集成系统 超声刀头 | HARH23 | 强生《上海》医疗器材 有限公司 | 把 | 4900 |
| 2 | 超声高频外科集成系统 超声刀头 | HARH36 | 强生《上海》医疗器材 有限公司 | 把 | 4900 |

八
二
五
二
〇
二
〇

