

黑龙江省社会康复医院医疗设备购置中标（成交）明细

哈尔滨大禹建设工程咨询有限公司受黑龙江省社会康复医院委托，采用竞争性磋商进行采购医疗设备购置（项目编号：DY202107014C）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（医疗设备购置）

- 1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨华名医药有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：558,500.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他医疗设备	口腔颌面锥形束计算机体层影像设备（牙科CT）	电气性能指标 阳极电压范围：60-92 kV 最大阳极电流：15 mA 最大输出功率：1.38kw 参数调整范围：60~92KV 1~15mA 具备KV、MA信息显示：升降位置信息显示，人体特征信息显示，具备激光指示和定位 X射线管 原装进口X射线管 焦点：0.5mm 热容量：35kj（50kHU）摄影模式：锥束CT 影像系统 高端平板探测器 像素尺寸：150μm 三维成像视野FOV：φ120（直径）X 100（高）显示器分辨率：1920*1200 旋转时间：18秒 X光发射时间(曝光时间)：4-8秒 重建时间：18s 体素尺寸：0.2mm A/D转化深度：14bits 具备脉冲模式 结构性能 立柱升降行程：1000mm 升降噪声：65dB（含蜂鸣器声音）防撞保护：有 电源要求:220V/ 50HZ /2 kVA 空间要求:要求面积5平方米，单边2米 摄影机房应有2mm铅当量的防护厚度。 电器控制装置尺寸:宽度400mm，深度 180mm，高度 300mm 图像处理系统 专有的三维重建算法，将原始的二维序列投影转换为三维容积影像，可以在任意角度，任意位置提供高清晰的断层影像 通过三维容积影像提取口腔全景，可以提供高清晰全景影像。 图像可用于生成报告，打印或保存成报告文件。 主机架 1套 高频X射线发生器 1套 24英寸彩色普通液晶显示器 1台 平板探测器 1套 数字采集处理工作站 1套 电动可调式限束器 1套 图形化液晶触摸屏 1个 壁挂式控制盒 1个 电气控制柜 1个	普爱	南京普爱医疗设备股份有限公司	中国	558,500.00	1.00	项	558,500.00

哈尔滨大禹建设工程咨询有限公司
2021年08月19日