

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性磋商文件

项目名称：A2024025临床医学实训中心设备购置项目

项目编号：[230001]hljsqy[CS]20240006

黑龙江省启越项目咨询集团有限公司

2024年11月

第一章 竞争性磋商邀请

黑龙江省启越项目咨询集团有限公司受黑龙江护理高等专科学校委托，依据《政府采购法》及相关法规，对A2024025临床医学实训中心设备购置项目采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：A2024025临床医学实训中心设备购置项目

二、项目编号：[230001]hjsqy[CS]20240006

三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	A2024025临床医学实训中心设备购置项目	1	详见采购文件	1,000,000.00

四、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（A2024025临床医学实训中心设备购置项目）：自合同签订之日起25天内完成供货

2.交货地点：

合同包1（A2024025临床医学实训中心设备购置项目）：哈尔滨市南岗区学府路209号

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（A2024025临床医学实训中心设备购置项目）：无

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

八、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

（一）对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：黑龙江省启越项目咨询集团有限公司

采购文件质疑联系电话：84839700

（二）对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑：详见成交公告

十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见磋商公告

递交响应文件地点：详见磋商公告

响应文件开启时间：详见磋商公告

响应文件开启地点：详见磋商公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十一、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十二、联系信息

1.采购人信息

采购单位：黑龙江护理高等专科学校

采购单位联系人：刘瑾

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路209号

联系方式：15804615755

2.采购代理机构信息（如有）

名称：黑龙江省启越项目咨询集团有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道财富中心A座12楼

联系方式：84839700

3.项目联系方式

项目联系人：黑龙江省启越项目咨询集团有限公司

联系方式：84839700

黑龙江省启越项目咨询集团有限公司

2024年11月

第二章 采购人需求

一.项目概况

临床医学实训中心设备购置

合同包1（A2024025临床医学实训中心设备购置项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日起25天内完成供货
标的提供的地点	哈尔滨市南岗区学府路209号
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格无异议后，支付货款100%。
验收要求	1期：完全符合合同技术参数要求，达到甲方满意后付款
履约保证金	不收取
合同履行期限	自合同签订之日起25天
其他	其他： 1.售后服务要求：售后培训1次。2.送货运输要求：乙方单位负责送到南岗学府路209号。3.按甲方要求，负责实训室布线。负责整体安装、调试完成，满足实训室配套设施。然后达到甲方要求。4.保修服务机期限：保修期1年，终身维修。

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 （元）	分项预算总 价（元）	所属 行业	招标技 术要求
1		其他计算机	体格检查教学系统教师机	套	1.00	45,000.00	45,000.00	工业	详见附表一
2		其他计算机	体格检查教学系统学生机	套	16.00	40,000.00	640,000.00	工业	详见附表二
3		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	外科多技能训练器	套	30.00	1,150.00	34,500.00	工业	详见附表三
4		普通诊察器械	缝合练习模块工具箱	套	40.00	1,800.00	72,000.00	工业	详见附表四
5		其他医疗设备	外科缝合包扎展示模型	具	2.00	4,000.00	8,000.00	工业	详见附表五
6		其他医疗设备	外科与急救技能操作综合模拟人	套	1.00	48,000.00	48,000.00	工业	详见附表六
7		其他医疗设备	仿人体腹腔镜操作训练仪仿人体腹腔镜操作训练仪	套	1.00	18,000.00	18,000.00	工业	详见附表七
8		其他医疗设备	上肢脓肿切开仿真模型	具	4.00	1,600.00	6,400.00	工业	详见附表八
9		其他医疗设备	男性导尿仿真模型	具	5.00	4,500.00	22,500.00	工业	详见附表九
10		其他医疗设备	女性导尿仿真模型	具	5.00	4,500.00	22,500.00	工业	详见附表一十

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 （元）	分项预算总 价（元）	所属 行业	招标技 术要求
11		其他医疗设备	鼻胃管插管训练模型	具	4.00	5,800.00	23,200.00	工业	详见附表一十一
12		其他医疗设备	吸痰术训练模型	具	3.00	5,200.00	15,600.00	工业	详见附表一十二
13		其他医疗设备	海姆立克训练马甲（成人）	套	5.00	1,500.00	7,500.00	工业	详见附表一十三
14		其他医疗设备	海姆立克训练马甲（儿童）	套	2.00	1,500.00	3,000.00	工业	详见附表一十四
15		其他医疗设备	气管插管仿生标准化病人	具	4.00	5,800.00	23,200.00	工业	详见附表一十五
16		其他医疗设备	12导联自动分析心电图机	台	3.00	2,000.00	6,000.00	工业	详见附表一十六
17		其他医疗设备	急救脊柱板（含头部固定器）	套	6.00	400.00	2,400.00	工业	详见附表一十七
18		其他医疗设备	不锈钢救护转运担架平车	套	2.00	1,100.00	2,200.00	工业	详见附表一十八

附表一：体格检查教学系统教师机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1.胸部检查教学系统主要参数</p> <p>★（1）针对诊断学课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。</p> <p>（2）可采用无线听诊器，可实现多人同时听诊；三维全息互感声音处理技术，实现前胸、背部、侧胸等多听诊区域的全息同时覆盖的高仿真听诊效果；无线、互感多功能听诊器实现即刻听诊模型。</p> <p>（3）对于易混淆、难区别的听诊体征，可进行声音元素分解听诊，便于鉴别。</p> <p>（4）有音量自适应功能，可在计算机系统中自动分析、设置听诊音量。</p> <p>（5）三维互动视觉体验，形象阐释病理体征的解剖变化及听诊音产生原理，界面生动、操作简捷。</p> <p>（6）心脏的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，收集整理多例常见心血管检查生理及病理体征和肺部检查体征。</p>

▲(7) 心脏采用三维动画(3D动画显示, 无需佩戴3D眼睛)的教学系统界面运动实现同步。心脏须具有放大、缩小功能, 360度旋转功能, 使学生更直观查看, 具有鼠标放置三维动画的心脏上可显示心脏动脉名称、静脉名称。

(8) 有心尖和心前区搏动功能, 同步配合心音图及心电图显示, 更便于听诊鉴别。

(9) 胸部触诊可触及语颤、猫喘、心包摩擦感、胸膜摩擦感, 并具有不同病变、不同区域、不同强弱的触诊体征

(10) 心脏检查的视诊和叩诊采用视频显示技术, 视诊心前区隆起及心尖搏动。

(11) 模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰, 可满足在操作部位进行各项检查方法的教学与训练。

(12) 全新的考核系统, 更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩打印等功能一应俱全, 试题包含笔试和模型操作, 全面评估学习效果。

2.腹部检查教学系统主要参数

(1) 具有教师控制同一局域网内全部学生机标准化病人工作状态的功能。

(2) 腹部检查标准化病人为成年半身模型, 体表标志清晰。

(3) 体表皮肤触感柔软、光滑, 深部触诊手感软硬度模拟真实人体。

(4) 模拟腹式呼吸, 肝、脾随呼吸动作上下移动。肝脾触诊可以模拟多种不同级别大小的体征改变, 实现脏器大小程度可调节功能。模拟多个不同部位的压痛点、反跳痛, 实现压痛以及多种不同的呻吟声音功能, 并可模拟墨菲氏征。腹部设有多个不同的血管杂音听诊点以及脐周听诊的肠鸣音肠鸣音可以设置为正常、减弱、消失、活跃、亢进多种模拟音。

(5) 腹部检查标准化病人内部工艺采用单独驱动方式驱动呼吸以及实质性脏器的变化, 使设备更加稳定可靠, 强化腹部的体格检查: 腹部检查标准化病人采用计算机教学系统控制, 教学系统配合显示腹部的多种不同的视诊体征如腹部外形改变、腹壁体征、腹部静脉体征、呼吸运动和胃肠型及蠕动波; 可互动听诊肠鸣音、血管杂音及具有视频形式的摩擦音和搔刮实验。叩诊有互动模拟腹部的肝浊音界、胃泡鼓音区叩诊体征、具有真实的肝区叩痛和肋脊角叩痛、膀胱叩诊、水坑实验、移动性浊音、脾脏叩诊等多种视频形式的叩诊内容; 触诊可设置肝、脾的大小, 胆囊可设置墨菲氏征阳性, 可设置多个不同部位的压痛程度及是否反跳痛及视频形式的液波震颤、肾脏触诊及振水音等。

(6) 腹部检查标准化病人具有故障检测及警示功能。

(7) 血压测量功能: 腹部触诊模型为具有一体化的完整成人双侧手臂, 可以通过软件系统设置收缩压、舒张压, 脉搏频率及听诊间隔, 柯氏音音量可调, 进行动脉血压测量, 单侧桡动脉搏动功能: 软件系统可以设定搏动频率, 成人手臂桡动脉搏动, 体表特征明显, 解剖位置精确。

(8) 乳房触诊: 区别比较乳腺常见良性肿瘤、恶性肿瘤、淋巴结、小叶增生等肿块的大小、位置等。

(9) 试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全, 选择题有笔试和模型操作, 全面评估学习效果。

3.教师主控机特有功能

(1) 支持在局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。

(2) 局域网网络布置成功后, 并且学生机电脑已打开。教师可“启动学生机”, 这时学生机软件启动并随时接受教师机命令。

(3) 教师控制台界面上有“全体教学”和“全体自学”两种控制模式。全体教学模式下，所有运行学生版的软件立刻与教师机软件界面同步显示，并且学生版软件均被锁定，学生不能自行学习。全体自学模式时，学生机处于自学状态，不受教师机的控制。

(4) 全体自学模式下，教师可以对教师控制台界面上的学生机进行分组，并且可进行分组教学。被选定的一组，学生机界面与教师机同步显示并锁定，另外一组学生机处于自学状态。

(5) 教师机可主动与学生机进行对话，此时学生机如有疑问可点击界面上的举手提问按钮与教师进行对话。

(6) 教师可以一对多进行对话指导，也可清除所有学生机疑问状态后，统一对学生机进行线下指导。

▲(7) 教师可根据教学要求在系统资源中添加自备的额外听诊音，并加入课件用于授课。

▲(8) 考试功能：教师可自定义试题，进行全班理论、听触诊技能、CBL (Case Based Learning) 考试；系统可对提交试卷进行自动评分，并对考试成绩进行统计分析。其中CBL考试，考题题干和模拟人体征（血压、脉搏、听诊、触诊）联动，考试场景接近临床，可实现与听触诊相关的医学思维考核。

(9) 复习功能：学员可登陆系统平台，复习教师授课内容，并做相应的练习操作。

(10) 教师可通过浏览器登陆系统平台，实现课件、试题编辑，学员录入，考试安排等管理功能，无需安装额外软件进行系统管理。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二：体格检查教学系统学生机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.胸部检查教学系统主要参数</p> <p>(1) 针对诊断学课程体系, 满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。</p> <p>▲(2) 采用无线听诊器, 可实现多人同时听诊; 三维全息互感声音处理技术, 实现前胸、背部、侧胸等多个听诊区域的全息同时覆盖的高仿真听诊效果; 无线、互感多功能听诊器实现即刻听诊模型。</p> <p>(3) 对于易混淆、难区别的听诊体征, 可进行声音元素分解听诊, 便于鉴别。</p> <p>(4) 有音量自适应功能, 可在计算机系统中自动分析、设置听诊音量。</p> <p>(5) 三维互动视觉体验, 形象阐释病理体征的解剖变化及听诊音产生原理, 界面生动、操作简捷。</p> <p>(6) 心脏的听诊检查, 听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放, 收集整理多例常见心血管检查生理及病理体征及肺部检查体征。有心尖和心前区搏动功能, 同步配合心音图及心电图显示, 更便于听诊鉴别。可触及的心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步。胸部触诊可触及语颤、猫喘、心包摩擦感、胸膜摩擦感, 并具有不同病变、不同区域、不同强弱的触诊体征。</p> <p>(7) 心脏检查的视诊和叩诊采用视频显示技术, 视诊心前区隆起及心尖搏动。</p> <p>(8) 模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰, 可满足在操作部位进行各项检查方法的教学与训练。</p> <p>(9) 全新的考核系统, 更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩打印等功能一应俱全, 试题包含笔试和模型操作, 全面评估学习效果。</p> <p>2.腹部检查教学系统主要参数</p> <p>(1) 网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机标准化病人工作状态的功能。</p> <p>(2) 腹部检查标准化病人为成年半身模型, 体表标志清晰。</p> <p>(3) 体表皮肤触感柔软、光滑, 深部触诊手感软硬度模拟真实人体。</p> <p>(4) 模拟腹式呼吸, 肝、脾随呼吸动作上下移动。</p> <p>(5) 肝脾触诊可以模拟多种不同级别大小的体征改变, 实现脏器大小程度可调节功能。</p> <p>(6) 模拟多个不同部位的压痛点、反跳痛, 实现压痛以及多种不同的呻吟声音功能, 并可模拟墨菲氏征。</p> <p>(7) 腹部设有多个不同的血管杂音听诊点以及脐周听诊的肠鸣音肠鸣音可以设置为正常、减弱、消失、活跃、亢进等多种模拟音。</p> <p>(8) 腹部检查标准化病人采用计算机教学系统控制, 教学系统配合显示腹部的多种不同的视诊体征如腹部外形改变、腹壁体征、腹部静脉体征、呼吸运动和胃肠型及蠕动波; 可互动听诊肠鸣音、血管杂音及具有视频形式的摩擦音和搔刮实验。叩诊有互动模拟腹部的肝浊音界、胃泡鼓音区体征、具有真实的肝区叩痛和肋脊角叩痛、膀胱叩诊、水坑实验、移动性浊音、脾脏叩诊等多种视频形式的叩诊内容; 触诊可设置肝、脾的大小, 胆囊可设置墨菲氏征阳性, 可设置多个不同部位的压痛程度及是否反跳痛及视频形式的液波震颤、肾脏触诊及振水音等。</p> <p>(9) 腹部检查标准化病人具有故障检测及警示功能。</p> <p>▲(10) 血压测量功能: 腹部触诊模型为具有一体化的完整成人双侧手臂, 可以通过软件系统设置收缩压、舒张压, 脉搏频率及听诊间隔, 柯氏音音量可调, 进行动脉血压测量, 单侧桡动脉搏动功能: 软件系统可以设定搏动频率, 成人手臂桡动脉搏动, 体表特征明显, 解剖位置精确。</p> <p>▲(11) 乳房触诊: 区别比较乳腺常见良性肿瘤、恶性肿瘤、淋巴结、小叶增生等肿块的大小、位置等。</p> <p>(12) 试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全, 选择题有笔试和模型操作, 全面评估学习效果。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：外科多技能训练器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>模拟人体小肠肠管、血管和皮肤，解剖层次清楚，用于肠管、血管和皮肤的切开、缝合、打结等外科手术学技能操作训练。</p> <p>(1) 可进行肠管、血管的钳夹、切断和吻合训练。</p> <p>(2) 可进行狭小空间深部打结技术的训练。</p> <p>(3) 可进行皮肤切开、缝合、打结、剪线和拆线等技术的训练。</p> <p>注：模拟肠管、模拟血管和皮肤模块可更换，供应耗材。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：缝合练习模块工具箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>模拟皮肤和皮下组织和多媒体教学软件。皮肤外形逼真，操作手感真实，配备了手术刀片、缝合器械，多媒体教学软件符合外科实践操作教学大纲。适用于缝合操作训练。</p> <p>(1) 该工具箱由缝合器械、手术刀（片）、缝合针线、及缝合练习模块组成。</p> <p>(2) 将多媒体教学软件及精致的训练模块相结合，满足缝合教学与练习限额精巧的训练模块相结合。</p> <p>(3) 皮肤的弹性和柔软性佳，可承受数百次的缝合练习。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：外科缝合包扎展示模型 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>模拟全身人体，配有多处标准手术切口、引流管口、造瘘口等外科手术操作遗留缝合或无缝合创口，分布于颈部、胸部、腹部、背部、臀部、股部，创口外观逼真，解剖层次真实。适用于各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技能操作训练。</p> <p>(1) 仿真模型提供不低于10处标准外科手术缝合切口，分别为：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术。多个引流管口，多个造瘘口，褥疮二期、下肢截肢、多处乳房脓肿切口。</p> <p>(2) 可在上述伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：外科与急救技能操作综合模拟人 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>模拟成人男性全身，解剖结构和组织层次完整，体表解剖标志明显，皮肤触感真实，具有完整的全身结构，关节活动灵活，可自由摆放操作所需的各种体位，适用于手术区消毒、铺巾，清创术，开放性伤口的止血包扎，外科手术基本操作等训练。</p> <p>1.手术区消毒、铺巾</p> <p>模拟人体表解剖标志明显，模型内部具有完整体格结构，触感真实，可进行腹股沟部位消毒操作训练。头部可后仰，可进行甲状腺消毒操作训练。</p> <p>2.清创术</p> <p>模拟人配有多处开放性伤口模块，前臂割伤；前臂砍伤；小腿割伤；</p> <p>可进行伤口初步处理及清创（包括消毒、麻醉，视情况决定是否止血、清除异物、吻合、缝合）操作训练。</p> <p>3.开放性伤口的止血包扎</p> <p>★①模拟人小腿及前臂设计有开放性伤口模块，可通过无线遥控器控制血液流出，进行指压（上、下肢出血分别压迫动脉进行止血）、止血带（上、下肢出血结扎止血带）止血训练，操作正确可达止血效果。</p> <p>②模拟人四肢关节灵活，可进行绷带（包括四肢的环形、8字包扎以及头部帽式包扎）、三角巾包扎操作训练。</p> <p>4.搭配模块三腔二囊管止血模型</p> <p>①模拟人双侧鼻腔通畅，可插入三腔二囊管，插管深度约50~65cm。</p> <p>②正确操作插管进入胃部，回抽有胃液。</p> <p>③三腔二囊管进入胃部，可进行胃气囊充气压迫止血及牵引操作，视情况可进行食管气囊充气。</p> <p>5.搭配模块：高级皮肤切开缝合模块</p> <p>①皮肤模块具有清晰的皮肤及皮下组织结构，具有接近皮肤真实的组织张力。</p> <p>②可进行皮肤切开、缝合练习。</p> <p>③皮肤切开间断缝合后，搭配纱布、医用胶带，可进行换药与拆线练习。</p> <p>6.搭配模块：脓肿切开术训练模块</p> <p>①模块有模拟脓肿病变，可通过触摸波动感进行定位，诊断性穿刺可抽出脓液。</p> <p>②可进行消毒、麻醉、诊断性穿刺、脓肿切开、探查、引流、包扎练习。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：仿人体腹腔镜操作训练仪仿人体腹腔镜操作训练仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>产品配置模拟腹腔镜、摄像头、显示器等。适用于腹腔镜操作训练、腹腔镜肝囊肿切除术操作训练、肾囊肿切除术操作训练、输尿管吻合术操作训练等，也可用于腹腔镜手指操作训练。</p> <p>功能参数：</p> <p>1.该训练箱模拟人体结构更接近临床手术。</p> <p>2.腹部内部有肝囊肿模块及肾囊肿模块，用于肝囊肿及肾囊肿切除术训练的模拟囊肿模块可更换。</p> <p>▲3.模块背部可吸附住箱体，防止滑动。</p> <p>4.利用训练箱可进行输尿管吻合训练，可练习其他相类似血管的吻合，带形夹可夹持仿真肠管，用于肠管吻合训练。</p> <p>5.利用训练箱可进行夹豆训练、夹针倒针、剪图形、撕胶片等训练。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：上肢脓肿切开仿真模型 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>模拟成人上肢，解剖结构完整，体表骨性肌性标志清楚，可进行外科操作的脓肿。适用于脓肿切开术操作训练。</p> <p>1.上肢脓肿切开模型采用先进高分子材料制作，脓肿处可见局部皮肤隆起。</p> <p>2.其周围有潜行小脓肿（实质是分房脓肿），用于训练脓肿切开训练。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：男性导尿仿真模型 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>模拟成年男性腹部至大腿上三分之一外观，外形逼真，手感真实，阴茎、阴囊、肛门等解剖结构完整，男性尿道和膀胱的设计合理。适用于男性导尿术与留置导尿术的操作训练。可配合手机APP可以用于男性导尿术的学习或培训。</p> <p>1.模型仿真模拟正常成年男性截石位，会阴部结构完整，具有逼真的正常男性阴茎、阴囊、肛门，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。</p> <p>2.模型具有逼真的人体阴茎构造，可进行导尿管插入时的初次消毒及二次消毒训练。</p> <p>3.模型尿道长度与正常成年男性的尿道长度相同，插管到20~22cm时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。</p> <p>4.可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。</p> <p>5.进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。</p> <p>6.灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠</p> <p>7.可通过扫描二维码下载手机app软件观看解剖及操作教学，进行视频教学及图片展示等。包括了解男性的泌尿系统组成及其各功能和特点；导尿的适应症及禁忌症；导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项；留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十：女性导尿仿真模型 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>模拟成年女性腹部至大腿上三分之一外观，外形逼真，手感真实，女性外阴、阴道、尿道、膀胱的解剖结构完整，阴道、女性尿道和膀胱的设计合理。适用于女性导尿术和留置导尿术的操作训练。配合手机APP可以用于女性导尿术的学习或培训。</p> <p>1.模型仿真模拟正常成年女性截石位，会阴部结构完整，具有逼真的正常女性阴阜、大阴唇、小阴唇、尿道口、阴道口、肛门，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。</p> <p>2.可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。</p> <p>3.模型尿道长度与正常成年女性的尿道长度相同，插管到4~6cm时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。</p> <p>4.可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。</p> <p>5.进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。</p> <p>6.灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠</p> <p>7.可通过扫描二维码下载手机app软件观看解剖及操作教学，进行视频教学及图片展示等。包括了解女性的泌尿系统组成及其各功能和特点；导尿的适应症及禁忌症；导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项；留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：鼻胃管插管训练模型 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>模拟病人的外形逼真，仿真皮肤，手感真实，触有弹性，适用于鼻胃管插管操作训练。</p> <p>1.模型可取仰卧位、去枕平卧位。</p> <p>2.模型结构完整，有逼真的口鼻，咽、喉、会厌、食管、胃等解剖结构。</p> <p>3.模型体表标志明显，胸部骨性及体表定位标志准确，可测量前额发际至剑突或鼻尖经耳垂至剑突距离，约为45~55cm。</p> <p>4.模型头颈部可实现真实人体的活动范围及动作，头部可后仰、屈曲，插管至10~15cm（咽喉处）可抬起头部靠近胸骨，利于插管。</p> <p>5.模型双侧鼻孔通畅，均可进行插管训练。</p> <p>6.模型具有正常成人的解剖结构</p> <p>★7.模型可实现在插管完成后确定胃管在胃内的种检测方法：①胃管末端接注射器，有胃液抽出；②将听诊器放于胃部，用注射器从胃管末端快速注入空气能听到气过水声；</p> <p>8.模型可在插管训练完成后进行外漏端的固定和拔管训练。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：吸痰术训练模型 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>模型模拟成年男性上半身，外形逼真，操作手感真实，设计了口腔、鼻腔、咽喉气管的完整解剖结构，可改变体位，可进行拍背训练。适用于吸痰术操作训练。</p> <p>1.模型颈部关节活动灵活，吸痰时头部可转向操作者一侧。</p> <p>2.模型可进行吸痰前后的鼻导管和面罩吸氧训练。</p> <p>3.模型口腔可张开，口腔内部各解剖结构完整，可经口进行咽喉部吸痰训练，正确操作可吸出痰液。</p> <p>4.模型双侧鼻腔通畅，可经鼻进行气管深部吸痰训练，正确操作可吸出痰液。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：海姆立克训练马甲（成人） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本产品可用于练习成人海姆立克法。可穿戴于不同体型的成人身上，背心长短、大小均可调节，配有多处调节扣，拍击垫、储物袋、异物喉管、异物塞、模拟气囊、肺叶标识、模拟肚脐。具有可压缩的腹部，并在靠近佩戴者方向有硬质保护板。具有模拟的气道及模拟梗塞物，正确操作后可以排出梗塞物。背心背面设有储物袋，可放置多余的模拟梗塞物。背心表面有脐、模拟气管、模拟肺等明显解剖结构标志和操作手法提示标志。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：海姆立克训练马甲（儿童） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本产品可用于练习5-12岁儿童海姆立克法。可穿戴于不同体型的儿童身上，背心长短、大小均可调节，配有多处调节扣，拍击垫、储物袋、异物喉管、异物塞、模拟气囊、肺叶标识、模拟肚脐。具有可压缩的腹部，并在靠近佩戴者方向有硬质保护板。具有模拟的气道及模拟梗塞物，正确操作后可以排出梗塞物。背心背面设有储物袋，可放置多余的模拟梗塞物。背心表面有脐、模拟气管、模拟肺等明显解剖结构标志和操作手法提示标志。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：气管插管仿生标准化病人 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>模拟人皮肤及软组织的材质环保耐用、弹性好、触感真实，具有解剖标志准确、形态逼真、外形美观，可进行经口腔气管插管技术的教学演示和操作训练。</p> <p>1.仰卧位，嘴可张开，可使用仰头抬颌等手法进行气道开放；模型五官比例协调，口腔内牙齿、舌、会厌、声门各部分解剖结构准确。</p> <p>2.插管前，可识别面罩给氧，并随球囊加压表现胸廓起伏；</p> <p>★3.可检测喉镜操作时，以牙齿为支点，有牙齿受力预警功能；</p> <p>4.正常成年男性气管插管深度约22~24cm，正确插管后，通气时模拟人可自主表现胸廓起伏；</p> <p>5.能够检测插管是否误入食道，如气管插管误入食道，配有错误指示提示；</p> <p>6.能够检测插管深度是否正确，如气管插入过深，过深指示灯亮，如果球囊通气，模拟人会表现单侧胸廓起伏；</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六：12导联自动分析心电图机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>12导联自动分析心电图机由主机、心电导联、等电位接地线、四肢电极夹、胸电极吸球组成。适用于提取人体心电波群形态和节律分析。</p> <p>①心电图机配有彩色显示屏，高分辨率，可清晰显示12道实时波形。</p> <p>1 ②可自动检测急性心肌梗死、急性心肌缺血、心律失常等常规疾病。</p> <p>③可六道模块打印报告。</p> <p>④配有病例报告存储功能。</p> <p>⑤内置可充电电池，充电后可长时间续航。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七：急救脊柱板（含头部固定器） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>配备脊柱板担架、头部固定器、颈托及绑带，适用于医疗救护搬运。</p> <p>①脊柱板长$\geq 185\text{cm}$，宽$\geq 50\text{cm}$，超强承重、安全环保、坚固耐用、不易老化。</p> <p>②头部固定器配有耳洞，可观察出血情况。</p> <p>③颈部固定器内部材质柔软，配有多种高度位置调节。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：不锈钢救护转运担架平车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.不锈钢多功能担架车，稳固结实，架身长$\geq 195\text{cm}$，宽$\geq 60\text{cm}$，高$\geq 75\text{cm}$，架面长$\geq 190\text{cm}$，宽$\geq 50\text{cm}$，分离式设计，两侧长边配有安全护栏，海绵垫可调节靠背。</p> <p>2.担架车配有两只后置静音大轮胎及两只前置静音刹车轮，车轮弹性好，满足静音要求。</p> <p>3.配有可调节式输液管，输液管高$\geq 100\text{cm}$，底部配有置物篮。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第三章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	黑政采计划[2024]26712
2	项目编号	[230001]hjjsqy[CS]20240006
3	项目名称	A2024025临床医学实训中心设备购置项目
4	包组情况	共1包
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
6	采购资金预算金额	1,000,000.00
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1（A2024025临床医学实训中心设备购置项目）：综合评分法
11	报价形式	合同包1（A2024025临床医学实训中心设备购置项目）：总价
12	现场踏勘	否
13	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见采购公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	投标文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
18	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取 采购机构代理服务收费标准：参照招标代理服务费执行国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文）及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格2015 299号）规定，预算金额*1.5%*60.01%计取代理服务费，向成交供应商收取。

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>A2024025临床医学实训中心设备购置项目：保证金人民币：10,000.00元整。</p> <p>开户单位：黑龙江省启越项目咨询集团有限公司</p> <p>开户银行：招商银行哈尔滨大直支行</p> <p>银行账号：451905952610001</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	--

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。 2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。 4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书 在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册） 6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 <ol style="list-style-type: none"> （1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的； （2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密； （3） 经检查数字证书无效的投标文件； （4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。 7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
25	其他	<p>投标保证金，响应《黑龙江省 2024 年优化政府采购营商环境专项行动工作方案》相关要求，供应商信用评价等级为“A”级的，按应收额度的50%缴纳投标保证金。无法确定或查询信用评价等级的供应商应足额缴纳投标保证金。</p>
26	项目兼投兼中规则	<p>兼投兼中：-</p>

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（一）其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

（二）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；
- （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选择替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

- (一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。
- (二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。
- (三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。
- (四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份
- (五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商代表签字并加盖公章。
- (六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- (七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

- (一) 任意一条不满足磋商文件★号条款要求的；
- (二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；
- (三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；
- (四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；
- (五) 单项商品报价超单项预算的；
- (六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；
- (七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

注：本项目评审条款中有特殊情形的，以评审条款中的规定为准。

6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

- (一) 非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的；
- (二) 未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- (十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；
- (十一) 磋商小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补；
- (十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；
- (十三) 磋商小组在磋商过程中，应以供应商提供的响应文件为磋商依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7.供应商禁止行为

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在磋商结果产生后放弃成交；

(二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8.竞争性磋商文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出；

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，政府采购代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 磋商及评审方法

一.磋商评审要求

1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（A2024025临床医学实训中心设备购置项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予20%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件:

①符合中小企业划分标准;

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物;

中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

①在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

②在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业;

③在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》; 监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》, 否则不认定价格扣除。

说明: 供应商应当认真填写声明函, 若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>), 点击“小微企业名录”(<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>) 对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询, 自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附, 不可修改), 未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的, 对其法定代表人身份及企业性质进行核查, 请报价供应商提供(A)、(B)、(C)的登录名和密码:

(A) 法定代表人为在校大学生的, 学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(B) 法定代表人为大学毕业生的, 毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(C) 法定代表人为留学回国人员的, 国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 教育部留学服务中心-国(境)外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生(含留学回国), 同时大学生必须为控股股东。控股情况查询: 全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定, 对响应文件中的资格证明等进行审查, 以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格, 应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据磋商文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查, 以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的, 评审结果为未通过, 未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

四.确定成交供应商

(一) 磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

六.履约金

合同包1（A2024025临床医学实训中心设备购置项目）：本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1（A2024025临床医学实训中心设备购置项目）

付款方式	1期： 100%，验收合格无异议后，支付货款100%。
验收要求	1期： 完全符合合同技术参数要求，达到甲方满意后付款

表一资格性审查表：

合同包1（A2024025临床医学实训中心设备购置项目）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业单位法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件；供应商须按照《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》模板提供承诺并按承诺函要求提供证明材料，加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任）。
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	供应商须按照《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》模板提供承诺，加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任）。注：如《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未完全覆盖评审点内容，须供应商另行提供符合评审点要求并加盖公章的承诺函(承诺函格式自拟)。
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	供应商须按照《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》模板提供承诺，加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任）。注：如《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未完全覆盖评审点内容，须供应商另行提供符合评审点要求并加盖公章的承诺函(承诺函格式自拟)。
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	供应商须按照《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》模板提供承诺，加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任）。注：如《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未完全覆盖评审点内容，须供应商另行提供符合评审点要求并加盖公章的承诺函(承诺函格式自拟)。
（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	供应商须按照《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》模板提供承诺，加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任）。注：如《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未完全覆盖评审点内容，须供应商另行提供符合评审点要求并加盖公章的承诺函(承诺函格式自拟)。

法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
----------	---

表二符合性审查表：

合同包1（A2024025临床医学实训中心设备购置项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签字、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签字、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。（采购文件编辑人员注意事项：货物类政府采购项目必须提供所投产品规格型号并作为符合性审查条件的要求，服务和工程类政府采购项目不能要求提供规格型号，货物类项目要求供应商所投产品规格型号需自行编辑本条内容）
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

A2024025临床医学实训中心设备购置项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分45.0分	
	商务部分25.0分	
	报价得分30.0分	
技术部分	技术参数响应 (30.0分)	1、文件技术参数中“★”项为实质性条款，任意一项不满足则响应无效。 2、▲为一般技术参数中要求提供检测报告或产品证明截图的参数，需加盖投标商公章的复印件且需要能逐项完全响应功能要求，不提供或检测内容响应不全每项减3分。 3、其他一般技术指标参数低于招标文件规定的相应技术指标参数的，每有一项减2分。扣完为止。（如与采购文件有冲突，以此为准。）
	售后服务方案 (10.0分)	根据投标人投标人提供售后服务方案进行评审， ①售后服务保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，⑤培训服务方案及目标，包含以上全部内容，无少项、漏项，得10分，每缺-项扣2分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷(缺陷是指:凭空编造、内容前后不致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求)的扣1分，扣完为止。

	质量控制方案 (5.0分)	根据投标人投标人提供质量控制方案进行评审，①质量保障目标；②质量管理体系管理；③质量管理制度；④质量保障措施；⑤供应商质量管理；包含以上全部内容，无少项、漏项，得5分，每缺-项扣1分;未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷(缺陷是指:凭空编造、内容前后不致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求)的扣1分，扣完为止。
商务部分	项目实施方案 (15.0分)	根据投标人提供的项目实施方案进行评审，①项目进度计划；②人员配置安排计划；③运输方案；④进场安装调试；⑤应急预案；包含以上全部内容，无少项、漏项，得15分，每缺-项扣3分;未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷(缺陷是指:凭空编造、内容前后不致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求)的扣1分，扣完为止。
	售后服务承诺 (5.0分)	根据投标人投标人提供售后服务承诺进行评审，在接到用户服务需求后，2小时内做出回应，4小时内派员上门维修，24小时内排除故障修复使用得5分。在接到用户服务需求后，4小时内做出回应，8小时内派员上门维修，48小时内排除故障修复使用得3分。在接到用户服务需求后，8小时内做出回应，12小时内派员上门维修，72小时内排除故障修复使用得1分。
	培训方案 (5.0分)	根据投标人投标人提供培训方案进行评审，①培训条件；②培训安排；③培训计划；④培训内容；⑤师资力量；包含以上全部内容，无少项、漏项，得5分，每缺-项扣1分;未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷(缺陷是指:凭空编造、内容前后不致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求)的扣1分，扣完为止。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供应商(乙方)
签订地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第十四条 本合同一式四份，政府采购办、政府代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
<p>采购办审核（章）</p> <p>经办人：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

合同附件

一般货物类

1、投标人承诺具体事项：
2、售后服务具体事项：
3、保修期责任：
4、其他具体事项：

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987 0451—82833586

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：A2024025临床医学实训中心设备购置项目

项目编号：[230001]hljsqy[CS]20240006

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：A2024025临床医学实训中心设备购置项目

项目编号：[230001]hjsq[CS]20240006

(第 包)

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

六、法定代表人/单位负责人授权书

：
（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

十一、资格承诺函

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 （模板）

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四） 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- （一）未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为；

(一)不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统(<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国(<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网(<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。