

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性磋商文件

项目名称：妇幼保健机构能力建设项目(二次)

项目编号：[230207]QYGL[CS]20230003-1

黑龙江省乾屿项目管理有限公司

2023年06月

第一章 竞争性磋商邀请

黑龙江省乾屿项目管理有限公司受齐齐哈尔市碾子山区妇幼保健计划生育服务中心委托，依据《政府采购法》及相关法规，对妇幼保健机构能力建设项目(二次)采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：妇幼保健机构能力建设项目(二次)

二、项目编号：[230207]QYGL[CS]20230003-1

三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	妇幼保健机构能力建设项目	1	详见采购文件	1,900,000.00

四、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（妇幼保健机构能力建设项目）：合同签订后30个日历日内交货

2.交货地点：

合同包1（妇幼保健机构能力建设项目）：采购人指定地点

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（妇幼保健机构能力建设项目）：无

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

八、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

（一）对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：黑龙江省乾屿项目管理有限公司

采购文件质疑联系电话：19917729195

（二）对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑：详见成交公告

十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见磋商公告

递交响应文件地点：详见磋商公告

响应文件开启时间：详见磋商公告

响应文件开启地点：详见磋商公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十一、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十二、联系信息

1.采购人信息

采购单位：齐齐哈尔市碾子山区妇幼保健计划生育服务中心

采购单位联系人：申自君

地址：齐市碾子山区繁荣路

联系方式：13258687876

2.采购代理机构信息（如有）

名称：黑龙江省乾屿项目管理有限公司

地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区繁华西街

联系方式：19917729195

3.项目联系方式

项目联系人：黑龙江省乾屿项目管理有限公司

联系方式：19917729195

黑龙江省乾屿项目管理有限公司

2023年06月

第二章 采购人需求

一.项目概况

齐齐哈尔市碾子山区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健机构能力建设

合同包1（妇幼保健机构能力建设项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，1期：支付比例100%，根据相关规定，签订合同后支付50%（小微企业70%）。验收合格后3个工作工作日内支付50%（小微企业30%）
验收要求	1期：设备安装完毕后，15个工作日内进行验收，验收标准按照招标文件、供应商投标文件及合同内容进行验收。
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	医疗设备	批	1.0000	1,830,000.00	1,830,000.00	工业	详见附表一
2		视频会议系统及会议室音频系统	云上妇幼系统	套	1.0000	70,000.00	70,000.00	工业	详见附表二

附表一：医疗设备 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

全自动生化分析仪技术参数（一套）

1、检测速度：生化恒速 $\geq 800T/H$

2、测试原理：比色法，比浊法

3、分析方法：终点法，固定时间法，动力学法

4、同时分析项目： ≥ 100 个

5、试剂盘： ≥ 100 个试剂位，24 小时 2~8℃试剂仓连续冷藏

6、试剂/样本针：试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针具有堵针（凝块）检测功能

7、★试剂量：14~350 μL ，0.5 μL 步进

8、样本位： ≥ 175 个

9、★样本量：1.4~50 μL ，0.1 μL 步进

10、样本处理：具有急诊样本优先处理功能

11、清洗系统：自动 8 阶温水清洗；携带污染率 $\leq 0.05\%$

1

12、比色杯：反应杯 ≥ 165 个，支持单个更换

13、★最小反应液体积： $\leq 90\mu L$

14、光源系统：卤素灯

15、★光学系统：光栅后分光，可选择波长 ≥ 16 个，340~850nm

16、恒温系统：非水浴，避免日常维护

17、吸光度线性范围：0~3.5Abs

18、搅拌系统：2 组独立搅拌系统，搅拌针 ≥ 4 根

19、★配套试剂：提供原厂生产的配套生化试剂，试剂项目 ≥ 90 个

20、校准、质控：厂家具有试剂配套的校准品、质控品

21、操作系统：Windows 操作系统，支持双向 LIS 接入

22、系统接口：TCP/IP 网络接口，支持标准 RS-232C

23、电源要求：100-240V，50/60Hz

24、耗水量： $\leq 40 L/H$

2	<p>全自动五分类血液细胞分析仪招标参数（一套）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测 2、分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道 3、检测参数：≥23 项参数，具有异常淋巴细胞报警信息 4、进样方式：全自动进样，封闭进样 5、样本添加：可随时添加样本 6、进样器容量：≥40 个 7、检测模式：全血，预稀释血 8、样本用量：CBC+DIFF 开放全血 ≤20μl，CBC+DIFF 预稀释血 ≤ 20μl 9、检测速度：≥60 个样本/小时 10、预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类功能 11、排堵方式：正反冲洗，高压灼烧 12、★线性范围：WBC 0~99.9×10⁹/L，RBC 0~8.0×10¹²/L，HGB 0~250g/L，PLT 0~1000×10⁹/L
3	<p>离心机技术参数（一套）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、最高转速 ≥6000r/min 2、支持电源 AC220±22V50/60Hz10A 3、最大容量 4×250ml 总功率 600W 4、最大相对离心力 ≥4960×g 整机噪声 ≤60dB 5、可编程序组≥29 组 定时范围 1min~99min

4	<p>医用冷藏冰箱（一套）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.样式：立式；冷藏室容积≥180L，冷冻室容积≥100L，总容积≥280L。 2.制冷方式：冷藏室采用风冷设计；冷冻室采用直冷设计。 3.温度范围：冷藏室 2℃~8℃；冷冻室-10℃~-25℃。 4.工作条件：环境温度 10~32℃，电源 220V/50Hz。 5.材料：外部采用喷涂钢板，内部采用 PS 吸塑内胆。 6.外部尺寸（宽*深*高）：≤650*620*1980（mm）。 7.外门结构：冷藏冷冻室均为发泡门体，数量 2 扇。 8.保温材料：无 CFC 高密度聚氨酯发泡，门封条可拆卸。 9.内部结构：冷藏室采用 2 层浸塑网架+1 个网框，搁架可调高度，有插卡槽；冷冻室采用 3 层抽屉。 10.风道设计：冷藏室采用循环风冷背吹技术，使箱体温度更均匀。 11.温度控制：微电脑控制系统，LED 数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度达到 ≤0.1℃；上下间室独立显示温度数据，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。 12.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。
	<p>彩色多普勒超声诊断系统技术规格参数（一套）</p> <p>一、用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑、盆底及其它方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求</p> <p>二、主要技术规格及系统概述：</p> <p>（一）主机系统性能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 2、需配置≥21"高分辨率医用彩色液晶显示器,显示器支持上下、左右、旋转、折叠调节 3、★需配置≥13"彩色液晶触摸屏,触摸屏可独立调整角度 4、触摸屏界面可调整菜单顺序或隐藏 5、主机探头接口需配置≥5 个，且接口大小一致 6、数字波束形成器 7、多倍信号并行处理技术 8、数字化全程动态聚焦 9、数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14 bit 10、二维灰阶成像单元

- 11、谐波成像单元
- 12、M 型成像单元
- 13、彩色M 型成像单元
- 14、解剖M 型成像单元：≥3 条取样线
- 15、彩色多普勒成像单元
- 16、频谱多普勒成像单元
- 17、组织多普勒成像单元
- 18、空间复合成像技术，支持多档位调节
- 19、二维角度独立偏转成像
- 20、扩展成像≥2 档可调
- 21、二维/彩色双实时对比成像
- 22、一键优化，支持独立按键操作，支持二维、彩色及频谱模式等
- 23、穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度
- 24、穿刺增强技术
- 25、所投机型需为 2020 年及以后推出最新机型，并具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求

（二）测量/分析和报告

1、常规测量软件包

1.1基础测量包，2B 模式下支持双幅跨幅测量

1.2定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7 个任意位置的血流速度

1.3频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数

2、专科测量软件包，支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告

（三）电影回放及原始数据处理

1、可支持不同探头 6 幅图像同屏动态回放，回放速度可调

2、原始数据处理，可对图像进行离线参数分析，支持二维、M 型、频谱模式等

（四）存储及数据管理

5

1、内置超声工作站

2、同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像

3、多种图像格式传输：支持JPEG、WMV、BMP、AVI、TIF 等格式输出

4、支持图像一键存储到本地及USB 外设

(五) 连通性要求

1、具有无线数据传输功能

2、具备HDMI、DVI、RGB、Video、S-Video 等视频接口

(六) 系统技术参数及要求

1、二维灰阶成像单元

2、基波 ≥ 4 段变频

3、谐波 ≥ 4 段变频

4、焦点个数： ≥ 8 个

5、斑点噪声抑制 ≥ 9 档

6、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称

7、★动态调节范围： $\geq 270\text{dB}$ ，可视可调

8、★二维增益调节范围： $\geq 160\text{dB}$ ，可视可调

9、伪彩： ≥ 12 种

10、TGC 增益补偿 ≥ 8 段

11、彩色多普勒成像单元

12、包括速度、能量、方向能量显示等

13、显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI

14、彩色多普勒 ≥ 4 段变频

15、智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转

16、高分辨率血流成像

17、频谱多普勒成像单元

18、包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

19、显示方式：PW，B/PW，B/C/PW，B/CW，B/C/CW，HPRF 等

20、PW ≥ 4 段变频

21、PW 实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW 速度可进行自动跟踪测量

22、彩色滤波器具有自动和手动技术：调节脉冲重复频率时，壁滤波器自动进行相应优化调节

23、取样容积：1-20mm

(七) 探头规格

1、可支持探头类型包括：腹部凸阵、相控阵、血管/小器官线阵、腔内、容积、双平面探头等

2、腹部凸阵探头: 1-7MHz

3、血管/小器官线阵探头: 4-16MHz

(八) 技术、维修、培训及其它

1.驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修，并且本省设有厂家直属的分公司或售后服务机构

2.厂家提供专业人员现场操作和培训

便携式彩色多普勒超声技术规格参数（一套）

一、用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求

二、主要技术规格及系统概述：

(一) 主机系统性能

1、采用便携式彩超主机设计

2、需配置 ≥ 15.3 "超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器

3、★主机需内置探头接口 ≥ 2 个，大小一致，全激活，互通互用

4、数字波束形成器

5、数字化全程动态聚焦

6、数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D ≥ 12 bit

7、接收方式：发射、接收通道 ≥ 1024

8、二维灰阶成像单元

9、谐波成像单元

10、M型成像单元

11、彩色多普勒成像单元

12、频谱多普勒成像单元

13、空间复合成像， ≥ 4 级可调，最高可支持9线空间复合

14、具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式

15、二维角度独立偏转成像，

16、斑点噪音抑制，多级可调

- 17、一键自动优化，支持二维、M 模式、彩色多普勒、能量多普勒、方向能量多普勒及频谱多普勒成像模式
- 18、扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式
- 19、图像放大功能，支持前端放大、后端放大
- 20、支持一键全屏放大
- 21、多语言操作界面：支持中文键盘输入
- 22、支持穿刺引导功能，具备单线引导和双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度
- 23、图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示

（二）探头规格

- 1、超宽频变频探头：基波 ≥ 5 种，谐波 ≥ 5 种，彩色多普勒 ≥ 3 种，PW ≥ 3 种，可视可调
- 2、探头配置：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头
- 3、腹部凸阵探头，探头频率：1.5-6.5MHz
- 4、浅表线阵探头，探头频率：5.0-15.0MHz

（三）二维灰阶参数

- 1、发射声束聚焦：聚焦区域多级可调
- 2、★二维增益调节范围 $\geq 160\text{dB}$ （提供图片证明）
- 3、★动态范围 $\geq 270\text{dB}$ ，可视可调（提供图片证明）
- 6 4、物理滑动TGC分段调节 ≥ 8 段，具有TGC曲线显示
- 5、伪彩 ≥ 12 种

（四）彩色多普勒参数

- 1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
- 2、多普勒增益 $\geq 160\text{dB}$
- 3、彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能

（五）频谱多普勒参数

- 1、方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）
- 2、B/D 兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW
- 3、取样宽度及位置范围：宽度 0.5-24mm
- 4、频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数

（六）系统通用技术规格

1、内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间>1.3 小时

2、主机内置USB 接口≥2 个

(七) 测量和分析

1、常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等

2、腹部测量软件包

3、妇科测量软件包

4、产科测量软件包：具有≥4 胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等

5、心脏测量软件包

6、泌尿测量软件包

7、小器官测量软件包

8、儿科测量软件包

9、血管测量软件包

(八) 图像存储，回放和浏览

1、同屏一体化智能剪切板

2、支持快速存储和浏览屏幕图像、电影

3、存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

4、主机内置报告系统

(九) 图文工作站

1、系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息

2、支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览

3、支持以下存储介质：内部硬盘、USB 移动存储设备

4、支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF 等格式输出

十、技术、维修、培训及其它

1.驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修，并且本省设有厂家直属的分公司或售后服务机构

2.厂家提供专业人员现场操作和培训

7	<p>立式灭菌器参数（一套）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.容积≥50L 2..灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢 SUS304 材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。 3.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 4.防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源。 5.水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。 <p>过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。</p> <ol style="list-style-type: none"> 6.采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数 0-9 次。 7.门罩采用玻璃钢高效隔热材料。 8.LED 数字显示。 9.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。 10.灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50~120℃
8	<p>医用全自动电子血压计（台式机）产品参数（一套）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.测量原理：示波法 2.显示屏：LCD 显示屏 3.测量位置：左右臂均可 4.适应臂周范围：17~42cm 5.测量范围：血压量程：0~299mmHg；脉搏数：40~180 次/分 6.手臂伸入检测功能 手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导 7.肘部位置传感器 电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确 8.平均测量模式 可进行 2-3 次的测量，并自动得出平均值 9.二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来 10.打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 11.语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果 12.用户教育：根据测量结果，显示提示信息 13.通信数据输出 USB 数据传输

	<p>电动综合检查床技术参数（三套）</p> <p>1.床面长度及宽度长：≤1850mm x 宽600mm</p> <p>9 2.床面最低及最高高度：740mm -1000mm</p> <p>3.床面前后倾角度：前倾≥ 10°后倾≥25°</p> <p>4.背板折转角度：上折≥75°下折≥ 10°</p>
10	<p>儿童综合素质测评系统参数（一套）</p> <p>1.电脑主机 中央处理器：Intel 双核 2.68GHz、2.70GHz 处理器，内存：≥4G，硬盘：≥500G，光驱：D VD，鼠标，键盘，耳麦，高清摄像头：≥100 万</p> <p>2.显示器 台式 ≥19 英寸红外线触摸屏，立式 ≥19 英寸液晶红外线接触屏（双触摸屏显示此项选配）</p> <p>3.打印机：彩色喷墨打印机</p> <p>4. 测量功能：无接触式原装进口超声波探头测身高；电子精密压敏传感器测体重；自动测量方式；语音提示，音量可调节，测量值播报；☆十九寸液晶触摸屏，智能锁屏，显示日期、时间和温度；</p> <p>5.测试仪利用无线传输技术与测试系统相连，有效传输距离 50 米。</p> <p>6. 测量范围：身高：20~200.0cm，体重 1~200.0kg</p> <p>7.测量范围 身高：1-85cm，体重：1kg—65kg</p>

	<p>视力筛查仪技术参数（一套）</p> <p>一、基本功能</p> <p>产品名称：视力筛查仪</p> <p>1、★LCD 彩色触摸屏，屏幕尺寸≥5.0 英寸</p> <p>2、工作模式：双眼同时测量、左/右眼单独测量</p> <p>3、筛查内容：屈光参差、散光、近视、远视、瞳孔大小不等、垂直凝视、鼻侧凝视、颞侧凝视、凝视不对称进行筛查评估</p> <p>4、系统主动测距提示过远或过近，显示对应的测试距离</p> <p>5、目标固视：声音和闪烁灯光</p> <p>6、具备受测者信息批量导入、导出功能，便于数据统计及后台上传筛查结果，提高筛查效率</p> <p>7、≥45°前倾操作屏幕，方便检查操作和观察结果</p> <p>8、检查结果超出设定的正常值，机器自动给出相应中文提示</p> <p>11 9、打印机连接方式：wifi</p> <p>10、内置可充电锂电池：可满足长时间筛查需求，电池预期寿命：≥2.5 年</p> <p>11、低电量提示功能：当电池电量极低水平时，提示用户应插入电源线</p> <p>12、屏保功能：视力筛查仪上无活动时屏幕变暗，节省电池电量。点触屏幕或按电源键可以“唤醒”视力筛查仪</p> <p>二、规格参数</p> <p>1、球镜顶焦度 DS: 测量范围：-7.50D 至+7.50D，宽度间隔为 0.25D; 精度：-3.50D~+3.50D，±0.50D；-7.50D~<-3.50D，±1.00D；>+3.50D~+7.50D，± 1.00D</p> <p>2、柱镜顶焦度 DC: 测量范围：0.00D 至 -3.00D，宽度间隔为 0.25D，精度：±0.50D</p> <p>3、柱镜度轴位：测量范围：0°至 180°，宽度间隔为 1°，精度：± 5°</p> <p>4、瞳孔大小：测量范围：4.0mm 至 9.0mm，宽度间隔为 0.1mm，准确度：± 0.4mm</p> <p>5、瞳孔距离：测量范围：35mm 至 80mm，宽度间隔为 1mm，准确度：± 2.0mm</p> <p>6、测量时间：≤3.0s</p> <p>7、测量距离：≥85cm</p>
--	--

12	<p>循环风紫外线空气消毒机主要配置特点及技术参数（三套）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、人机共存，动态持续消毒 2、长寿命、高强度紫外线杀菌($\geq 8000\text{h}$) 3、初效、中效过滤网双重过滤 4、静电去除烟尘及细菌 5、光触媒 (Tio_2)、活性炭抗菌除异味 6、负离子清新净化空气 7、风速 (高、中、低) 可调，风向多向循环 8、蓝屏中文液晶显示器，可选择临时、自动两种工作模式临时运行：临时消毒时选用，可调整消毒时间；自动运行：按设定的程控时间消毒，可任意设置 6 组工作时段。 9、紫外线、电机、负离子自动监测、故障报警、寿命计时 10、过滤网清洗自动提示功能 11、远红外遥控操作 12、循环风量：$\geq 1000\text{m}^3/\text{h}$ 13、适用体积：$\geq 100\text{m}^3$ 14、输入功率：$\leq 270\text{VA}$
13	<p>诊查床技术参数（三套）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.不锈钢床框，床腿选用直径为$\geq 38\text{mm}$，壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 的不锈钢管，框选用长 $\geq 25 \times 40 \times 1.2$ 不锈钢方管 2.床面选用优质进口西皮软包，定型海绵床垫，床面颜色可自行选择，床面舒适、柔软 3.表面光滑，无锋棱、毛刺、疤痕，承重 $\geq 240\text{kg}$ 无异常现象 4.所有钢管均采用优质不锈钢拉焊或冲压、冲剪成形，经精密度模具冲剪，采用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，具有整体焊接牢固美观、焊接点均匀、耐磨抗刮花等特点

14	<p>超声骨密度仪招标参数（一套）</p> <p>一、主要技术规格</p> <p>1、探头工作频率:核心频率 1.25MHz，偏差$\leq\pm 15\%$;</p> <p>2、探头组成:完全自主研发四晶体超声探头;</p> <p>3、检测部位:桡骨、胫骨;</p> <p>4、测量参数:SOS 值、T 值、Z 值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄;</p> <p>5、Z 值趋势图、T 值趋势图;</p> <p>6、声速显示范围:2200m/s~4800m/s;</p> <p>7、声速显示范围:2200m/s~4800m/s;</p> <p>8、高测量重复性:$\leq\pm 0.15\%$;</p> <p>9、支持探头类型: LM、LU、LR;</p> <p>10、在黄铜、有机玻璃双重校准下误差$\leq\pm 50\text{m/s}$;</p> <p>11、单点检测速度:$\leq 0.4\text{s}$;</p> <p>12、单次测量时间≤ 10 秒。</p> <p>13、主机重量:$\leq 4.4\text{kg}$;</p> <p>14、操作平台: 安卓触摸屏操控;</p> <p>二、产品功能</p> <p>1、★探头导航:实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，角度显示偏转精度$\leq 0.1^\circ$;</p> <p>2、视频播放: 儿童检查时播放动画片。动画片内容可更换、增减;</p> <p>3、实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂;</p> <p>4、便携式校验模块（带温度指示条）: 用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性;</p> <p>5、骨密度主机内置探头装置:防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命;</p> <p>6、探头自动休眠，有效延长探头使用寿命;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：云上妇幼系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>视频会议及监控系统（一套）</p> <p>技术参数</p> <p>1、智慧大屏</p>

- 1.1、≥86寸智慧互动大屏4K显示，纤毫毕现触摸书写大屏同步显示
- 1.2、连续使用时间：≥7*16小时
- 1.3、物理分辨率：≥3840 × 2160
- 1.4、背光源类型：DLED
- 1.5、CPU：4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz
- 1.6、内置存储：≥32 GB
- 1.7、网卡：内置百兆网卡，支持路由功能
- 2、移动挂架
 - 2.1、载荷承重：≥110 kg
 - 2.2、升降高度：挂架固定高度可调节
 - 2.3、适用尺寸：86-98英寸
- 3、会议摄像头
 - 3.1、支持≥10倍电子变焦
 - 3.2、内置拾音器：内置≥2个MIC拾音器，可全向拾音，独有的噪声抑制算法，让声音完美呈现，有效拾音距离≥6米
 - 3.3、视角：≥115°(D) /100°(H)/56°(V)
 - 3.4、有效像素：≥800W
- 1 4、摄像头三脚架：适用于≥2米单反相机摄像机专用支架
- 5、全向麦克风
 - 5.1、无线会议全向麦音箱，内置6个麦克风阵列；5米360度采音范围
 - 5.2、支持无线蓝牙直连、USB、AUX线、USB蓝牙适配器，≥4种连接方式
- 6、半球摄像机
 - 6.1、最高分辨率可达≥1920 × 1080，在该分辨率下可输出实时图像
 - 6.2、符合IP66防尘防水设计，可靠性高
- 7、枪机摄像机：最高分辨率≥1920 × 1080
- 8、硬盘录像机
 - 8.1、支持≥6路1080P解码，开启SVC增强模式可提升至≥8路1080P，预览回放体验更为流畅
 - 8.2、支持≥8TB硬盘，录像存储时间周期更长
- 9、硬盘：≥8TB

- 10、无线POE交换机及监控交换机：≥16个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+）
- 11、电脑终端交换机：≥24个10/100/1000Mbps电口
- 12、笔记本电脑：≥15.6英寸，i7处理器，硬盘512G，缓存16G
- 13、音箱及调音台：≥8寸二分频全频音箱
- 14、无线麦克风接收器：使用UHF635-685MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用≥50套，不受干扰
- 15、室内LED屏
 - 15.1、像素点间距:≥2.5mm;
 - 15.2、象素密度≤160000点/m²

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第三章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	碾财购核字[2023]00135号
2	项目编号	[230207]QYGL[CS]20230003-1
3	项目名称	妇幼保健机构能力建设项目(二次)
4	包组情况	共1包
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1: 非专门面向中小企业
6	采购资金预算金额	1,900,000.00
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1(妇幼保健机构能力建设项目): 综合评分法
11	现场踏勘	否
12	保证金缴纳截止时间 (同递交投标文件截止时间)	详见采购公告
13	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
14	响应有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
15	投标文件要求	(1) 加密的电子响应文件 1 份(需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”)。 (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的, 投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘(或光盘) 0份。 (3) 纸质响应文件正本 0 份, 纸质响应文件副本 0 份。
16	中标候选人推荐家数	合同包1(妇幼保健机构能力建设项目): 3
17	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标(成交)人。
18	备选方案	不允许
19	联合体投标	包1: 不接受
20	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

21	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>妇幼保健机构能力建设项目：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	---

22	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书 在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。</p>
23	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
24	其他	
25	项目兼投兼中规则	兼投兼中： -
26	报价区间	各合同包报价不超过预算总价
27	报价形式	合同包 1 （妇幼保健机构能力建设项目）:总价

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（二）资格证明及其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

（三）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；
- （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如仅发起一轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的首轮报价作为其最后报价，如发起多轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的最后一轮报价作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选择替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

- (一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。
- (二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。
- (三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。
- (四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份
- (五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商代表签字并加盖公章。
- (六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- (七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

- (一) 任意一条不满足磋商文件★号条款要求的；
- (二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；
- (三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；
- (四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；
- (五) 单项商品报价超单项预算的；
- (六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；
- (七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；
- (八) 信息安全产品，供应商所响应产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则响应无效。

注：本项目评审条款中有特殊情形的，以评审条款中的规定为准。

6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

- (一) 非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的；
- (二) 未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- (十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；
- (十一) 磋商小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补；
- (十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；
- (十三) 磋商小组在磋商过程中，应以供应商提供的响应文件为磋商依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7.供应商禁止行为

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在磋商结果产生后放弃成交；
- (二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8.竞争性磋商文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出；

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，政府采购代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 磋商及评审方法

一.磋商评审要求

1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（妇幼保健机构能力建设项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件:

①符合中小企业划分标准;

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物;

中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

①在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

②在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业;

③在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》; 监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》, 否则不认定价格扣除。

说明: 供应商应当认真填写声明函, 若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>), 点击“小微企业名录”(<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>) 对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询, 自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附, 不可修改), 未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的, 对其法定代表人身份及企业性质进行核查, 请报价供应商提供(A)、(B)、(C)的登录名和密码:

(A) 法定代表人为在校大学生的, 学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(B) 法定代表人为大学毕业生的, 毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(C) 法定代表人为留学回国人员的, 国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 教育部留学服务中心-国(境)外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生(含留学回国), 同时大学生必须为控股股东。控股情况查询: 全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定, 对响应文件中的资格证明等进行审查, 以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格, 应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据磋商文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查, 以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的, 评审结果为未通过, 未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

四.确定成交供应商

(一) 磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报碾子山区财政部门。

五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传碾子山区财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，碾子山区财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

六.履约金

合同包1（妇幼保健机构能力建设项目）：本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1（妇幼保健机构能力建设项目）

付款方式	1期： 100%， 1期： 支付比例100%， 根据相关规定， 签订合同后支付50%（小微企业70%）。 验收合格后3个工作日内支付50%（小微企业30%）
验收要求	1期： 设备安装完毕后， 15个工作日内进行验收， 验收标准按照招标文件、 供应商投标文件及合同内容进行验收。

表一资格性审查表：

合同包1（妇幼保健机构能力建设项目）

具有独立承担民事责任的能力	按照黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）承诺、盖章。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	按照黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）承诺、盖章。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	按照黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）承诺、盖章。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按照黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）承诺、盖章。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	按照黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）承诺、盖章。
信用记录	按照黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）承诺、盖章。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	按照黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）承诺、盖章。

表二符合性审查表：

合同包1（妇幼保健机构能力建设项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

妇幼保健机构能力建设项目

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	技术部分 66.0分	
	商务部分 4.0分	
	报价得分 30.0分	
技术部分	参数响应部分 (40.0分)	1-14项医疗设备产品完全满足招标文件所有技术参数要求的得 40分 ；高于招标文件技术参数要求的不加分；技术要求中标注“★”项的技术参数必须满足，否则视为无效投标；每有一项非“★”项不满足磋商文件规定的技术参数及要求的扣 0.2分 。（单个设备超过五项负偏离即为无效供应商），该项目最多得 40分 。
	供货保障措施 (5.0分)	提供供货方案，方案包括完整的备货、进度保障、管理制度、人员配置、供货进度的横道图等内容。每提供一项得 1分 ，方案内容只简单说明没有详细内容表述或者与项目无关或者不可执行或者所表述内容前后矛盾扣 1分 ，缺项或未提供不得分。该项最多得 5分 。
	货物运输方案 (4.0分)	提供运输方案，方案包括设备包装、设备运输控制、设备验货、设备签收等内容，每提供一项得 1分 ，方案内容只简单说明没有详细内容表述或者与项目无关或者不可执行或者所表述内容前后矛盾扣 1分 ，缺项或未提供不得分。该项最多得 4分 。
	安装方案 (4.0分)	提供安装、调试、测试方案，方案包含人员配置、安装措施、安装调试计划、安装调试工期。每提供一项得 1分 ，方案内容分工明确，能够保证培训的高质量和按计划完成。全部满足得满分，方案内容只简单说明没有详细内容表述或者与项目无关或者不可执行或者所表述内容前后矛盾扣 1分 ，缺项或未提供不得分。该项最多得 4分 。
	培训方案 (5.0分)	提供培训方案，方案包括培训计划、配备的专职培训人员或讲师、培训时效性、培训内容、培训成果。每提供一项得 1分 ，方案内容只简单说明没有详细内容表述或者与项目无关或者不可执行或者所表述内容前后矛盾扣 1分 ，缺项和未提供不得分。该项最多得 5分 。
	故障应急方案 (2.0分)	提供使用期间故障与应急情况应对措施，包括故障处理、故障应急程序等内容。每提供一项得 1分 ，方案内容只简单说明没有详细内容表述或者与项目无关或者不可执行或者所表述内容前后矛盾扣 1分 ，缺项或未提供不得分。该项最多得 2分 。
	售后服务方案 (6.0分)	对售后服务保修期内的免费维修维护有详细的描述，包括响应时间，售后服务方案、售后服务管理体系、售后服务的便捷性，售后服务电话及联系人、对招标人造成损失的补偿措施。每提供一项得 1分 ，方案内容只简单说明没有详细内容表述或者与项目无关或者不可执行或者所表述内容前后矛盾扣 1分 ，缺项或未提供不得分。该项最多得 6分 。
	商务部分	交货期 (2.0分)
质保期 (2.0分)		在磋商文件要求的质保期基础上每增加半年得 0.5分 ，最多得 2分 。提供加盖公章的承诺书，格式自拟。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供应商(乙方)
签订地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987 0451—82833586

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：妇幼保健机构能力建设项目(二次)

项目编号：[230207]QYGL[CS]20230003-1

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：妇幼保健机构能力建设项目(二次)

项目编号：[230207]QYGL[CS]20230003-1

(第 包)

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

六、法定代表人/单位负责人授权书

：
（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。