

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性谈判文件

项目名称：急诊部大楼配套设备

项目编号：[230381]ZYDLJG[TP]20240001

黑龙江卓远工程项目管理有限公司

2024年12月

第一章 竞争性谈判邀请

黑龙江卓远工程项目管理有限公司受虎林市中医医院委托，依据《政府采购法》及相关法规，对急诊部大楼配套设备采购及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：急诊部大楼配套设备

二、项目编号：[230381]ZYDLJG[TP]20240001

三、预算金额：1,011,365.78元

四、谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	采购包1	1	详见采购文件	488,429.78
2	采购包2	1	详见采购文件	522,936.00

五、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（采购包1）：合同签订后6个月内交货
合同包2（采购包2）：合同签订后6个月内交货

2.交货地点：

合同包1（采购包1）：采购人指定地点
合同包2（采购包2）：采购人指定地点

六、参加竞争性谈判的供应商要求：

- （一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
- （二）参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。
- （三）本项目的特定资质要求：

合同包1（采购包1）：无
合同包2（采购包2）：

1)拟参加本项目的供应商若为制造商，则须同时具备以下资质：①《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）许可项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）C级及以上或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上；②《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）C级及以上。如制造商电梯生产许可证含电梯安装资质的，可不用再单独提供电梯安装资质。

2)拟参加本项目的供应商若为代理商，则须同时具备以下资质：①所投电梯制造商具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）许可项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）C级及以上或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上；②《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）C级及以上。

七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

1.获取谈判文件的方式：采购文件公告期为3个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

3.获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

其他要求

1.本项目采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关

要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

八、谈判文件售价：

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

九、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行询问：

（一）对采购文件的询问

电话询问：项目经办人 详见谈判公告 电话：详见谈判公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

十、质疑提起与受理：

（一）对谈判文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载谈判文件后，方有资格对谈判文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：黑龙江卓远工程项目管理有限公司

采购文件质疑联系电话：13030000537

（二）对谈判过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

谈判过程和结果质疑：详见成交公告

十一、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

递交响应文件地点：详见谈判公告

响应文件开启时间：详见谈判公告

响应文件开启地点：详见谈判公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十二、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十三、联系信息

1.采购人信息

采购单位：虎林市中医医院

采购单位联系人：李红梅

地址：黑龙江省虎林市建设西街488号

联系方式：13284970607

2.采购代理机构

名称：黑龙江卓远工程项目管理有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区缤纷假日大厦19层

联系方式：13030000537

3.项目联系方式

项目联系人：黑龙江卓远工程项目管理有限公司

联系方式：13030000537

黑龙江卓远工程项目管理有限公司

2024年12月

第二章 采购人需求

一.项目概况

急诊部大楼配套设备的供货、运输、安装、调试、验收、校准、保修。以及办理向政府主管部门的报验、备案手续等，相关货物的供货、运输、安装、调试、验收、校准、保修等费用已包含在项目预算当中，采购人不再追加支付相关费用

合同包1（采购包1）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后6个月内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例60%，货到安装调试完成后，支付合同总价款的60%； 2期：支付比例40%，验收合格后，一次性付清剩余合同价款；
验收要求	1期：在满足合同约定验收条件下，在3个工作日内完成验收，并在10日内将资金支付到合同约定的供应商账户的。 2期：其他验收要求:符合现行国家、行业及地方质量标准以及相关专业验收规范的合格标准。
履约保证金	不收取
合同履行期限	合同签订后3年
其他	1: 质保期：质保期2年，需提供承诺函并加盖公章否则符合性审查中其他要求不通过。 2: 响应文件中须提供： 1.供货方案： ①时间安排；②供货计划；③人员配置；④供货渠道；⑤供货方式。 2.质量保证措施： ①建立质量保证体系；②人员职责；③产品质量目标、过程控制；④突发事件应急措施；⑤产品质量保障机制。 3.运输阶段方案： ①时间安排；②人员配置；③运输渠道、运输方式④产品的运输风险预防措施及运输过程中出现损坏的处理方案。 4.验收阶段方案： ①验收准备工作；②验收标准和依据;③验收流程；④配合验收的人员安排；⑤验收方案。 5.售后服务承诺： ①售后服务方案；②售后服务流程③售后服务标准；④售后服务人员安排，须提供售后联系人及联系方式；⑤售后应急处理方案.以上内容评审为合格制，不提供则符合性审查中其他要求不通过，若响应方案中存在≥2项缺陷视为不合格，则符合性审查中其他要求不通过。存在缺陷是指（存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、凭空编造涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失） 3: 相关货物的供货、运输、安装、调试、验收、校准、保修等费用已包含在项目预算当中，采购人不再追加支付相关费用

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属 行业	招标技术 要求
1		LED 显示屏	取药显示屏	套	3.00	3,000.00	9,000.00	工业	详见附表 一
2		传声器、扬声器、耳塞机	取药叫号器	套	4.00	800.00	3,200.00	工业	详见附表 二

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术 要求
3		LED 显示屏	挂号显示屏	套	3.00	3,000.00	9,000.00	工业	详见附表 三
4		其他钟表及定时 仪器	双面数字钟	套	3.00	5,000.00	15,000.00	工业	详见附表 四
5		LED 显示屏	叫号显示屏	套	1.00	3,000.00	3,000.00	工业	详见附表 五
6		其他终端设备	诊室门口机 (POE)	套	4.00	3,000.00	12,000.00	工业	详见附表 六
7		传声器、扬声 器、耳塞机	虚拟叫号器	套	4.00	800.00	3,200.00	工业	详见附表 七
8		通用无线电通信 设备	对讲分机	套	16.00	600.00	9,600.00	工业	详见附表 八
9		LED 显示屏	双面点阵显示屏	套	4.00	3,600.00	14,400.00	工业	详见附表 九
10		其他终端设备	护理呼叫主机(30号)	套	3.00	5,010.00	15,030.00	工业	详见附表 一十
11		触摸式终端设备	自助挂号查询收费打印 机	套	8.00	27,000.00	216,000.00	工业	详见附表 一十一
12		触摸式终端设备	自助报道机	套	1.00	14,999.78	14,999.78	工业	详见附表 一十二
13		触摸式终端设备	自助查询打印机	套	2.00	25,000.00	50,000.00	工业	详见附表 一十三
14		钟	时钟	套	2.00	15,000.00	30,000.00	工业	详见附表 一十四
15		移动工作站	护士站叫号工作站+19 寸显示器	套	1.00	18,000.00	18,000.00	工业	详见附表 一十五
16		服务器	候诊呼叫服务器	套	1.00	15,000.00	15,000.00	工业	详见附表 一十六
17		服务器	信息发布服务器	套	1.00	15,000.00	15,000.00	工业	详见附表 一十七
18		服务器	挂号终端服务器+19寸 显示器	套	1.00	18,000.00	18,000.00	工业	详见附表 一十八
19		服务器	时钟管理系统服务器 +19寸显示器	套	1.00	18,000.00	18,000.00	工业	详见附表 一十九

附表一：取药显示屏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>一.显示</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.尺寸: ≥32英寸 2.显示比例: 16:09 3.背光类型: DLED一体背光 4.分辨率: 1080 (H) ×1920 (V) 5.亮度: 350±cd/m² 6.对比度: 4000: 1 7.背光寿命: ≥60000h 8.可视角度: ≥水平 178°, ≥垂直178° 9.支持竖屏使用 <p>二.端口</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.视频输出:≥*1 2.音频接口:≥*1 路 LINE OUT 3.USB 接口:≥*1 个; 4.网络接口:自适应 100M/1000M 以太网 5.WIFI功能: 支持 802.11 a/b/g/n/ac 无线频段 <p>四.软件功能</p> <p>1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.单屏单画面及多画面播放; 2.支持分区显示不同内容; 3.支持U盘管理内容; 4.支持手机管理内容; 5.支持局域管理内容; 6.支持广域网管理内容; 7.支持定时开关机; <p>五.安卓系统</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.操作系统: ≥Android 11 2.配置: ≥四核, 2G RAM+16GB ROM <p>六.物理特性</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.电源: 100 V ~ 240V/AC, 50/60 Hz 2.待机功耗: ≤ 0.5W 3.工作温度: 0°C~ 45°C <p>七.外观材质</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.外观为型材+钣金边框, 激光切割背板, 侧入式光源; 2.非钢化款非触摸;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二: 取药叫号器 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>液晶显示屏：≥21寸等品牌液晶显示屏</p> <p>打印机：配备带切刀的打印机，打印速度快，打印内容清晰，格式可编辑</p> <p>语音系统：内置功放和喇叭，支持左右声道调节</p> <p>触摸屏：采用外触摸屏，支持多点触控</p> <p>无线传输模块：使用433Mhz无线频段，保证无线稳定性</p> <p>扩展设备：如二代身份证阅读器、IC卡读卡器、二维码扫描器等</p> <p>分诊管理端：包括科室管理、诊室管理、医生管理、病人管理等功能1。</p> <p>用户管理：允许查询、修改、保存和删除用户信息</p> <p>病人录入：可以直接录入病人信息并打印排队小票</p> <p>排队叫号软件：核心软件，实现排队叫号、患者信息查询、统计报表等功能，通常基于Web开发</p> <p>1 接口软件：与HIS、LIS、PACS等系统进行数据交换</p> <p>系统功能：</p> <p>自动叫号：通过挂号、叫号等方法，实现医生按序叫号功能</p> <p>分诊管理：包括科室、诊室、医生和病人的信息管理</p> <p>信息发布：在候诊区和诊室门口的显示屏上显示叫号信息。</p> <p>语音提示：通过语音系统进行叫号和信息提示</p> <p>数据统计：对候诊人数、诊结人数等数据进行统计，并支持数据导出1。</p> <p>患者自助服务：患者可以通过自助签到机等设备进行签到和查询</p> <p>医生操作终端：医生可以通过软件或硬件叫号器进行叫号操作。</p> <p>维护和安全：系统具备多重安全访问与数据备份机制，保证系统运行的安全与稳定</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：挂号显示屏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>一.显示</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.尺寸: ≥ 32英寸 2.显示比例: 16:09 3.背光类型: DLED一体背光 4.分辨率: 1080 (H) \times 1920 (V) 5.亮度: $350 \pm \text{cd/m}^2$ 6.对比度: 4000: 1 7.背光寿命: $\geq 60000\text{h}$ 8.可视角度: 水平 $\geq 178^\circ$, 垂直 $\geq 178^\circ$ 9.支持竖屏使用 <p>二.端口</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.视频输出: ≥ 1 2.音频接口: ≥ 1 路 LINE OUT 3.USB 接口: ≥ 1 个; 4.网络接口:自适应 100M/1000M 以太网 5.WIFI功能: 支持 802.11 a/b/g/n/ac 无线频段 <p>四.软件功能</p> <p>1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.单屏单画面及多画面播放; 2.支持分区显示不同内容; 3.支持U盘管理内容; 4.支持手机管理内容; 5.支持局域管理内容; 6.支持广域网管理内容; 7.支持定时开关机; <p>五.安卓系统</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.操作系统: \geqAndroid 11 2.配置: \geq四核, 2G RAM+16GB ROM <p>六.物理特性</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.电源: 100 V ~ 240V/AC, 50/60 Hz 2.待机功耗: $\leq 0.5\text{W}$ 3.工作温度: $0^\circ\text{C} \sim 45^\circ\text{C}$ <p>七.外观材质</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.外观为型材+钣金边框, 激光切割背板, 侧入式光源; 2.非钢化款非触摸;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四: 双面数字钟 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>准确度20ns%功率3W</p> <p>加工定制</p> <p>子钟型号 SYN6109</p> <p>母钟型号 SYN2136</p> <p>显示距离和角度：高亮LED及防眩面板，确保在较远的距离和不同的角度都能清晰显示时间1。</p> <p>功耗：通过动态扫描技术和定时开关功能，有效降低功耗</p> <p>1 驱动方式：采用恒流驱动，延长LED寿命</p> <p>授时方式：支持多种授时方式，包括RS232/422/485、IRIG-B、CANBUS、NTP/SNTP网络、无线wifi、Zigbee等</p> <p>内置接收机：接收机，实现长期高精度自走时</p> <p>智能管理：可与上位机通讯，实时监控运行状态</p> <p>外壳选择：可自由选择子钟外壳形状和颜色</p> <p>适用于医院科室的网络同步时钟系统，支持单面和双面显示模式，可以挂墙或吊顶安装。双面显示走廊或其他需要从两个方向查看时间的场景</p> <p>电子钟具备温湿度采集显示、农历日期显示、POE供电、自动调节亮度等功能。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：叫号显示屏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>一.显示</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.尺寸:≥55英寸 2.显示比例: 16:09 3.背光类型: DLED一体背光 4.分辨率: 1080 (H) ×1920 (V) 5.亮度: 350±cd/m² 6.对比度: 4000: 1 7.背光寿命: ≥60000h 8.可视角度: ≥水平 178°, ≥垂直178° 9.支持竖屏使用 <p>二.端口</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.视频输出:≥*1 2.音频接口:≥*1 路 LINE OUT 3.USB 接口:≥*1 个; 4.网络接口:自适应 100M/1000M 以太网 5.WIFI功能: 支持 802.11 a/b/g/n/ac 无线频段 <p>四.软件功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.单屏单画面及多画面播放; 2.支持分区显示不同内容; 3.支持U盘管理内容; 4.支持手机管理内容; 5.支持局域管理内容; 6.支持广域网管理内容; 7.支持定时开关机; <p>五.安卓系统</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.操作系统: ≥Android 11 2.配置: ≥四核, 2G RAM+16GB ROM <p>六.物理特性</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.电源: 100 V ~ 240V/AC, 50/60 Hz 2.待机功耗: ≤ 0.5W 3.工作温度: 0°C~ 45°C <p>七.外观材质</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.外观为型材+钣金边框, 激光切割背板, 侧入式光源; 2.非钢化款非触摸;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六: 诊室门口机 (POE) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>一.显示</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.尺寸:≥21.5英寸 2.显示比例: 16:09 3.背光类型: DLED一体背光 4.分辨率: 1080 (H) ×1920 (V) 5.亮度: 350±cd/m² 6.对比度: 4000: 1 7.背光寿命: ≥60000h 8.可视角度: 水平 ≥178°, 垂直≥178° 9.支持竖屏使用 <p>二.端口</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.视频输出:≥*1 2.音频接口:≥*1 路 LINE OUT 3.USB 接口:≥*1 个; 4.网络接口:自适应 100M/1000M 以太网 5.WIFI功能: 支持 802.11 a/b/g/n/ac 无线频段 <p>四.软件功能</p> <p>1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.单屏单画面及多画面播放; 2.支持分区显示不同内容; 3.支持U盘管理内容; 4.支持手机管理内容; 5.支持局域管理内容; 6.支持广域网管理内容; 7.支持定时开关机; <p>五.安卓系统</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.操作系统:≥ Android 11 2.配置: ≥四核, 2G RAM+16GB ROM <p>六.物理特性</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.POE电源: 100 V ~ 240V/AC, 50/60 Hz 2.待机功耗: ≤ 0.5W 3.工作温度: 0°C~ 45°C <p>七.外观材质</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.外观为型材+钣金边框, 激光切割背板, 侧入式光源; 2.非钢化款非触摸;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七: 虚拟叫号器 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>采用B/S架构，方便医院管理维护。</p> <p>能够实时接收HIS系统传来的患者挂号信息、预约信息，并生成排队队列。</p> <p>可对各分诊区域内患者的就诊状态查询、修改、调号等操作，根据需要调整患者排队队列顺序。</p> <p>通过医生工作站上的虚拟叫号器软件，实现叫号、完成就诊、选呼、重呼、过号等操作。</p> <p>分时段预约能有效分流。</p> <p>能合理有效地引导来医院就诊的人流，改善</p> <p>提供明晰有序的分诊排队叫号显示，减少护士因患者咨询而产生的工作量，化解医患矛盾。</p> <p>语音提示及液晶屏显示，能让患者按序就诊，减少患者间因排队而产生的矛盾与冲突。</p> <p>实现医院各个科室的动态信息的发布和显示，针对不同科室，发布对应的医院服务信息。</p> <p>能将各个排队队列数据推送到相对应的一级分诊屏、二级分诊屏上。</p> <p>医生所在诊室门口的二级分诊屏上能显示相对应的叫号信息，并实现同步叫号语音播报。</p> <p>进行医院宣传教育信息发布。</p> <p>进行医院医生排班的显示。</p> <p>进行全院各科室候诊情况信息的显示。</p> <p>实现全自动智能分诊，挂号后即可开始排队。</p> <p>多种排队候诊模式，满足不同科室需求。</p> <p>能实现统一管控分布在医院各个节点的一体化终端显示设备（包括医院原有的显示终端）</p>
1	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：对讲分机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不小于2600mAh的18650电芯供电，至少8天待机17小时通话,支持Micro USB充电。 具备FM功能，频段支持87-108Mhz
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：双面点阵显示屏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双面四位显示 可显示呼叫分机号，有贮分机号和呼叫序号。 在无呼叫存贮时显示时间。 主机尺寸：大于或者等于670X260X50MM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：护理呼叫主机(30号) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>灯功能 ◆在线编号功能 ◆12首音乐可选，分机分组选曲功能 ◆语音报号次数，音量可设置，音量白天夜晚自动转换</p> <p>◆分机可作广播机</p> <p>◆铃声开关：主机设有铃声开关按钮，以适应不同时间需要 ◆主机有三种护理级别 三色灯 ◆房间关联分机 门灯 紧急按钮，紧急按钮不占用分机号</p> <p>◆联网功能</p> <p>分机呼叫主机：分机呼主机时，主机和分机同时音乐振铃，主机数码显示床位号，同时对应的床位指示灯闪亮。</p> <p>双向呼叫、双工通话：分机可呼叫主机，主机也可呼叫分机，送话受话无需转换。</p> <p>1 主机多功能显示：主机可显示呼叫床位号、序号、万年历、护理等级。</p> <p>多级护理设置：可根据病员病情任意设置高、低级护旦床位，并在主机上有指示灯显示。</p> <p>高级优先：高护理级别病员的呼叫可以中断低护理级别病员的通话，并有特别音乐提示。</p> <p>宣教广播、话筒广播：可接入录音机等信号源作宣传教育广播，或使用话机作找人和喊话功能。</p> <p>无中断呼叫：无论在待机、振铃等状态只要有分机呼叫主机均接收并提示。</p> <p>呼叫存储：分机呼叫而主机无人处理时，主机将该分机号存储。</p> <p>振铃音量自动调节：主机设有音量调节，白天夜晚自动转换。</p> <p>故障自栓报警：当系统出现故障时主机显示窗口及显示屏均能给出数字显示，并伴有声响报警提示。</p> <p>2.非钢化款非触摸；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：自助挂号查询收费打印机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不小于21.5寸双屏显示，支持扫码，身份证阅读，A4打印，扫描，凭条，密码键盘，医保卡读取，人脸识别等功能；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：自助报道机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不小于21.5寸触摸显示 支持身份证阅读，扫码，凭条，人脸识别等功能
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：自助查询打印机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不小于21.5寸，支持扫码，身份证阅读，A4打印等功能
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：时钟 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>准确度20ns%功率3W</p> <p>子钟型号 SYN6109</p> <p>母钟型号 SYN2136</p> <p>显示距离和角度：高亮LED及防眩面板，确保在较远的距离和不同的角度都能清晰显示时间。</p> <p>功耗：通过动态扫描技术和定时开关功能，有效降低功耗</p> <p>驱动方式：采用恒流驱动，延长LED寿命</p> <p>授时方式：支持多种授时方式，包括RS232/422/485、IRIG-B、CANBUS、NTP/SNTP网络、无线wifi、Zigbee等</p> <p>内置接收机：接收机，实现长期高精度自走时</p> <p>智能管理：可与上位机通讯，实时监控运行状态</p> <p>外壳选择：可自由选择子钟外壳形状和颜色</p> <p>适用于医院科室的网络同步时钟系统，支持单面和双面显示模式，可以挂墙或吊顶安装。双面显示走廊或其他需要从两个方向查看时间的场景</p> <p>电子钟具备温湿度采集显示、农历日期显示、POE供电、自动调节亮度等功能。</p>
1	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：护士站叫号工作站+19寸显示器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>T3660/12个性能核心（P-cores）和4个高效核心（E-cores），总计16个核心，线程数为20。</p> <p>基础和最大频率：性能核心的基础频率为2.10 GHz，最大睿频可达4.90 GHz；高效核心的基础频率为1.60 GHz，最大睿频为3.60 GHz。</p> <p>缓存：具有25 MB的三级缓存。</p> <p>功耗：处理器的TDP（热设计功耗）为65W。</p> <p>内存支持：支持DDR4 3200 MT/s和DDR5 4800 MT/s内存，最大内存容量为128 GB，支持双通道。</p> <p>图形处理：，基准频率为300 MHz，最大动态频率为1.50 GHz。</p> <p>其他特性：支持超线程技术、虚拟化技术</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六：候诊呼叫服务器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>最低配置：T40/E2224G 核心数量为4个、存取存储器（RAM）的容量为16GB、固态硬盘（SSD）的容量为512GB、另一块硬盘的容量为1TB、电源的功率为300瓦</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七：信息发布服务器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>最低配置：T40/E2224G 核心数量为4个、存取存储器（RAM）的容量为16GB、固态硬盘（SSD）的容量为512GB、另一块硬盘的容量为1TB、电源的功率为300瓦</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十八：挂号终端服务器+19寸显示器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	最低配置：T40/E2224G 核心数量为4个、存取存储器（RAM）的容量为16GB、固态硬盘（SSD）的容量为512GB、另一块硬盘的容量为1TB、电源的功率为300瓦
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：时钟管理系统服务器+19寸显示器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	最低配置：T40/E2224G 核心数量为4个、存取存储器（RAM）的容量为16GB、固态硬盘（SSD）的容量为512GB、另一块硬盘的容量为1TB、电源的功率为300瓦
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包2（采购包2）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后6个月内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例60%，货到安装调试完成后，支付合同总价款的60%； 2期：支付比例40%，验收合格后，一次性付清剩余合同价款；
验收要求	1期：在满足合同约定验收条件下，在3个工作日内完成验收，并在10日内将资金支付到合同约定的供应商账户的。 2期：其他验收要求:符合现行国家、行业及地方质量标准以及相关专业验收规范的合格标准。
履约保证金	不收取
合同履行期限	合同签订后3年
其他	<p>1: 质保期：质量技术监督局特种设备安全检验机构签署监督检验为：“合格”结论的报告后2年。需提供承诺函并加盖公章否则符合性审查中其他要求不通过。</p> <p>2: 响应文件中须提供：1.供货方案：①时间安排；②供货计划；③人员配置；④供货渠道；⑤供货方式。2.质量保证措施：①建立质量保证体系；②人员职责；③产品质量目标、过程控制；④突发事件应急措施；⑤产品质量保障机制。3.运输阶段方案：①时间安排；②人员配置；③运输渠道、运输方式④产品的运输风险预防措施及运输过程中出现损坏的处理方案。4.验收阶段方案：①验收准备工作；②验收标准和依据；③验收流程；④配合验收的人员安排；⑤验收方案。5.售后服务承诺：①售后服务方案；②售后服务流程③售后服务标准；④售后服务人员安排，须提供售后联系人及联系方式；⑤售后应急处理方案.以上内容评审为合格制，不提供则符合性审查中其他要求不通过，若响应方案中存在≥2项缺陷视为不合格，则符合性审查中其他要求不通过。存在缺陷是指（存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、凭空编造涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失）</p> <p>3: 相关货物的供货、运输、安装、调试、验收、校准、保修等费用已包含在项目预算当中，采购人不再追加支付相关费用</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
----	---------------	------	------	----	----	---------------	---------------	------	--------

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
1		电梯	电梯	部	2.00	261,468.00	522,936.00	工业	详见附表一

附表一：电梯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	系统梯号：DT1
	2	货物名称：无机房无齿轮医用电梯
	3	电梯型号：按制造厂家型号
	4	载重：≥1600kg
	5	速度：大于等于1m/s
	6	服务层站：5/5/5
	7	提升高度：H=17.100m
	8	单双通：单通
	9	井道尺寸(宽×深)：2400mm*3400mm
	10	轿厢尺寸类型：内(净)尺寸
	11	轿厢尺寸(宽×深)：1400mm*2400mm
	12	轿厢净高：不小于2250mm
	13	开门净尺寸(宽×高)：1200mm*2100mm
	14	顶层净高：4200mm
	15	底坑深度：1400mm
	16	光幕保护：标准电压值（220V）的-10%~+7%电压宽度范围内工作正常，发射接收管数目≥30对，光束≥150
	17	厅门材质：所有层为304发纹不锈钢
	18	厅门类型：所有层为旁开门
	19	小门套材质：所有层为304发纹不锈钢
	20	电源及额定速度、额定载荷要求：驱动部分：380V，50Hz（±15%压差保证运行正常，需要经过相关测试）；照明部分：220V,50Hz(±10%压差保证运行正常)
	21	驱动方式（门机、曳引机）；控制系统内VVVF（交流变频变压调速）曳引机、门机：永磁同步无齿轮曳引机
	22	控制方式：单台独立运行，不低于双CPU32位微机电脑控制系统，有故障监控存储功能
	23	控制柜：变频器、控制主板原厂原品牌
	24	轿厢要求：304发纹不锈钢，轿壁机械强度不小于300N静力、机械强度不小于1000N静力
	25	轿厢内壁：304发纹不锈钢；后壁中间片配置镜面不锈钢或镜子；轿厢净高度不小于2250mm
	26	轿厢门：304发纹不锈钢
	27	轿顶：投标人提供三个轿顶样式供甲方选择，价格不做调整
	28	地坎：硬质铝合金板
	29	轿厢地面：PVC防滑地板
	30	轿厢内操作盘：304发纹不锈钢
	31	轿厢内显示器：不小于6.4"液晶显示器，有楼层，上下运行信息，满载等信息，按钮需全部带盲文，未被召唤时微亮，被登记时大亮

32	厅外呼梯：不小于4.3"显示器，有楼层，上下运行信息，满载等信息，按钮需全部带盲文，未被召唤时微亮，被登记时大亮
33	层站及轿内上升与下降方向指示
34	紧急呼叫按钮
35	中文标厂牌、用途、限载重量
36	无障碍功能配置
37	曳引媒介：钢丝绳产品符合GB8903《电梯用钢丝绳》，制钢丝绳用钢丝强度满足GB8904标准的要求
38	限速器、缓冲器以及安全钳原厂原品牌
39	曳引机，控制柜，门机要求为制造厂家原厂原品牌
40	系统梯号：DT2
41	货物名称：无机房无齿轮医用电梯
42	电梯型号：按制造厂家型号
43	载重：≥1600kg
44	速度：大于等于1m/s
45	服务层站：5/5/5
46	提升高度：H=17.100m
47	单双通：单通
48	井道尺寸(宽×深)：2350mm*3400mm
49	轿厢尺寸类型：内(净)尺寸
50	轿厢尺寸(宽×深)：1400mm*2400mm
51	轿厢净高：不小于2250mm
52	开门净尺寸(宽×高)：1200mm*2100mm
53	顶层净高：4200mm
54	底坑深度：1400mm
55	光幕保护：标准电压值（220V）的-10%~+7%电压宽度范围内工作正常，发射接收管数目≥30对，光束≥150
56	厅门材质：所有层为304发纹不锈钢
57	厅门类型：所有层为旁开门
58	小门套材质：所有层为304发纹不锈钢
59	电源及额定速度、额定载荷要求：驱动部分：380V，50Hz（±15%压差保证运行正常，需要经过相关测试）；照明部分：220V,50Hz(±10%压差保证运行正常)
60	驱动方式（门机、曳引机）；控制系统内VVVF（交流变频变压调速）曳引机、门机：永磁同步无齿轮曳引机
61	控制方式：单台独立运行，不低于双CPU32位微机电脑控制系统，有故障监控存储功能
62	控制柜：变频器、控制主板原厂原品牌
63	轿厢要求：304发纹不锈钢，轿壁机械强度不小于300N静力、机械强度不小于1000N静力
64	轿厢内壁：304发纹不锈钢；后壁中间片配置镜面不锈钢或镜子；轿厢净高度不小于2250mm
65	轿厢门：304发纹不锈钢
66	轿顶：投标人提供三个轿顶样式供甲方选择，价格不做调整
67	地坎：硬质铝合金板
68	轿厢地面：PVC防滑地板
69	轿厢内操作盘：304发纹不锈钢

70	轿厢内显示器：不小于6.4"液晶显示器，有楼层，上下运行信息，满载等信息，按钮需全部带盲文，未被召唤时微亮，被登记时大亮
71	厅外呼梯：不小于4.3"显示器，有楼层，上下运行信息，满载等信息，按钮需全部带盲文，未被召唤时微亮，被登记时大亮
72	层站及轿内上升与下降方向指示
73	紧急呼叫按钮
74	中文标厂牌、用途、限载重量
75	无障碍功能配置
76	曳引媒介：钢丝绳产品符合GB8903《电梯用钢丝绳》，制钢丝绳用钢丝强度满足GB8904标准的要求
77	限速器、缓冲器以及安全钳原厂原品牌
78	曳引机，控制柜，门机要求为制造厂家原厂原品牌
79	电梯的功能要求
80	在信号控制的基础上把呼梯信号集合起来进行有选择的应答
81	轿厢满载时不响应外呼信号，执行轿内信号
82	当轿厢在设定时间内无外呼和内选时，电梯将自动返回设定楼层（基站）
83	当电梯未运行时，可以通过连续双击该楼层的内招按钮，取消该已登记的信号
84	系统自动记录各层高度，在电梯运行时进行精确的距离控制
85	锁梯开关动作后，系统不再响应外召指令，待电梯响应完轿内所有指令后，自动返回基站
86	轿内设置开、关门按钮，电梯未运行时，可以按开门按钮，使电梯开门；按关门按钮，可以取消开门等待时间，立刻关门，提高运行效率
87	系统可以根据需要，设置厅外、轿内召唤时，不同的开门等待时间
88	当电梯失去位置时，电梯自动进行校正运行，找到电梯的正确位置
89	可以通过按下轿内的关门按钮，使电梯立刻关门
90	当电梯在本层时，可以通过按下电梯运行方向同向的外召按钮，使电梯重新开门
91	电梯启动时，不需要增加称重开关，系统自动根据轿厢当前的重量，进行力矩补偿，达到良好的启动舒适感
92	电梯运行至目的层之前，计算得知响应完该目的层后，已无相同方向的指令和方向时，显示方向提前换向。
93	轿箱内配置有司机开关时,动作此开关电梯进入司机服务，由司机决定电梯的开门、关门
94	轿厢内配置独立服务开关，此开关动作时，电梯脱离群控，不响应外召指令
95	当电梯行驶至终端楼层时，未降至系统设定的速度时，保护装置将强制减速，保证安全
96	系统可以自动诊断并记录电梯的故障信号，使用专用工具可以迅速排除故障
97	如电机温度超过限定值，则电梯将完成当次运行，进入待机状态，温度恢复后自动恢复正常工作
98	如轿厢门关闭时发生机械卡阻，当力矩超过预定值时，电梯门将重新打开
99	系统通过对编码器反馈信号与系统给定速度进行比较,对电梯运行速度进行控制，一旦两者偏差超出系统允许的范围，系统进入保护，电梯停止运行
100	系统根据接触器控制命令状态检测主接触器、抱闸接触器的反馈，如发现异常，系统进入保护，电梯停止运行
101	电网波动幅度超过一定的安全范围，错相、缺相时，系统进入保护状态，电梯停止运行
102	光幕门保护：标准电压值（220V）的-10%~+7%电压宽度范围内工作正常，发射接收管数目≥30对，光束≥150

103	当电梯内的乘客超过电梯额定负载后，蜂鸣器响，发出超载报警信号，提醒乘客离开，取消已登记轿内指令
104	当电梯到达某一层开门时，由于阻力等原因在设定时间内没有开门到位时，电梯会进入开门保护状态，在本层尝试开门三次还不成功后，则运行到下一层开门；当电梯关门过程中遇到阻力等原因在设定时间内没有关门到位时，电梯进入关门保护状态，不响应呼梯指令
105	当系统发出运行命令时，检测到抱闸未打开时；或者系统未发出运行命令，却检测到抱闸打开信号，电梯都将保护，不能运行
106	当增加层站时，必须进行厅门自学习。确保安全后方可正常运行
107	当电梯监测到异常时，在保证安全的前提下，进入安全救助运行模式，发出语音安抚和提示，并就近楼层停靠开门释放乘客，释放乘客后根据实际情况智能判断电梯是否可再运行
108	实时监测曳引钢丝绳滑动相对位移量
109	实时监测控制系统温度情况，在检测出有过温趋势时，提前转入安全救助模式运行，防止停梯困人
110	轿厢、轿底、轿顶、机房和监控室之间的一个对讲系统
111	发生紧急情况，乘客可按动轿内操纵箱上报警按钮，向外报警
112	控制柜内设有机房紧急电动运行装置，发生紧急情况时，可由专业人员在机房进行操作
113	轿厢内设有应急照明装置
114	在规定时间内无呼梯信号，轿厢内照明及风扇会自动关闭以节约能源
115	当长时间没有呼梯信号显示屏将自动进入节能模式
116	当电梯运行到站时，轿厢到站钟会发出响亮的钟声提醒乘客
117	在电梯运行时，在外召和轿内显示都会显示电梯的运行方向
118	操纵箱和外召显示配备液晶显示器，显示楼层及电梯运行方向等信息
119	当发生火警时，通过轿内显示，提醒乘客退出电梯、不要乘坐电梯
120	可以根据客户的需求，设置不同的楼层显示信息，该信息可设0-9，A-Z或者任意两个字符的组合，也可以是3位显示(必须为TFT或EOD显示器)。
121	为避免空梯运行，在一个较短的时间内如同时按下三个及以上按钮，则会被视为捣乱操作，同时取消轿厢内所有召唤
122	电梯将运算不同的楼层信息，并控制各台电梯自动停泊在不同楼层，提高效率
123	主板上设置开关，只需通过拨码，就可以取消外呼指令，方便调试、检修等专业人员操作
124	电梯安装时，无需将钢丝绳从主机上脱开进行主机角度定位，方便工地安装。
125	轿顶设置检修开关，可以方便检修人员，在井道内进行检修等操作，此时，机房检修开关无效
126	针对酒店、公寓等场所设计，可以在特定的时间段（例如夜晚），自动关闭到站钟等发生装置的声音，为楼宇住户提供安静的休息空间；其他时间段，到站钟等发生装置自动恢复声音，为电梯使用者提供声音提醒
127	电梯处于特殊状态时语音安抚乘客情绪
128	当电梯丢失平层位置时,无需到底层复位,到就近楼层停靠,纠正位置，节约乘客等待时间。
129	电梯在停止时，驱动器撤销电流成斜线方式，提高电梯停止舒适感。
130	检修运行时，零速停车。提高主机抱闸的运行寿命。
131	通过控制板上的拨码与检修开关组合，自动运行后完成调试。
132	群控模式下，当一台电梯未能接走所有等待的乘客，该层站按钮将自动再登记并保持呼梯状态，系统将自动派遣另一台电梯来服务
133	电梯系统根据层站出入口人流情况，以及按照轿内指令、厅外指令的不同自动对开门保持时间进行自动调整。

	134	控制系统根据不同目的层间距自动计算最优运行曲线，使电梯平稳舒适运行
	135	控制系统可以自动识别出厅外召唤按钮的粘连或卡住情况，自动去除该粘连或卡住的召唤指令，避免电梯由于外召按钮的粘连或卡住情况而无法关门运行。
★	136	<p>安装服务要求 1 本招标设备的安装需要确保安装一次验收合格，中标人应承担因报验而发生的一切费用。 2 中标人应提供安装调试、负责进行电气、机械设备维修、操作及对操作、维护人员的培训。 3 设备安装施工安全及未交招标人前的一切设备材料、成品保护由中标方负责。 4 中标单位在签订合同后要根据甲方现场施工情况绘制井道施工图，并提供给设计院予以确认，如因提供图纸有误，而造成的一切增加费用，由安装单位自负。已确定的井道尺寸不再调整，由中标单位自行考虑安装，有关费用包含在投标报价中。 5 中标单位根据项目进度要求，提供所需图纸等资料供现场土建施工。 招标人提供、配合的工作和条件。 1 招标人可提供工具用房一间及所购电梯应存放所需空间，但不提供食宿。 2 招标人提供的电梯调试电源为临时电源，临时电源提供至建筑物内50米，调试所需接电线路由中标人自理。 3 电梯井道照明，由中标方负责安装。 4 招标人按实收取中标人安装电梯所需生活、施工用水、电费。 5 投标人应该在投标文件中说明，如能中标，在安装、调试过程中需招标人配合的工作和招标人需提供的条件。 售后服务要求 1 明确质保期内服务内容，售后服务的优惠条件及保修的响应时间； 2 整套设备要求提供免费维护保养1年，并提供免费备件、易损件的清单，免费质保期内如发生非人为原因引起的损坏，中标人应及时更换或修理； 3 设备原则上要求实行生产、安装单位终身有偿保修。 4 中标人应提供设备的参考最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则，招标人有权追溯中标人的责任。 5 当配件停止生产的情况下，中标人应实现将停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间招标所需的备件；在停止生产后，如招标人要求，中标人应免费向招标人提供备件的蓝图、图纸和规格。 6 在质保期届满前的最后一个月，在项目现场对所供的重点关键设备进行常规保养。对设备进行一次全面的调整，保证当年的年检通过。 7 中标人可提供的其他服务：遇有故障，修理人员接用户电话后2小时内到达现场。 以上相关要求需提供承诺函并加盖公章</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第三章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	虎政采计划[2024]01157
2	项目编号	[230381]ZYDLJG[TP]20240001
3	项目名称	急诊部大楼配套设备
4	包组情况	共2包
5	采购资金预算金额	1,011,365.78
6	采购方式	竞争性谈判
7	开标方式	不见面开标
8	评标方式	现场网上评标
9	评标办法	合同包1（采购包1）：最低评标价法 合同包2（采购包2）：最低评标价法
10	报价形式	合同包1（采购包1）：总价 合同包2（采购包2）：总价
11	现场踏勘	否
12	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业
13	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见谈判公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	响应文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）{{非加密电子版响应文件数}}份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。 （3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家 采购包2： 3家
18	中标供应商确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受

21	代理服务费收取方式	<p>向中标/成交供应商收取</p> <p>采购机构代理服务收费标准：依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定收取。本项目采购包1收取代理费：7320元大写：柒仟叁佰贰拾元整；采购包2收取代理费：7840元大写：柒仟捌佰肆拾元整；</p>
22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>采购包1：保证金人民币：4,884.30元整。</p> <p>采购包2：保证金人民币：5,229.36元整。</p> <p>开户单位：</p> <p>开户银行：</p> <p>银行账号：</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书 在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>(1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>(2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>(3) 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>(4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
25	其他	<p>1, 允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、或者以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交保证金（供应商可登录黑龙江省政府采购网-金融服务中心-保函服务，申请电子履约保函）；依据《黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法》，如供应商在最新一年度黑龙江省政府采购供应商信用评价结果中等级为A级的，可按应收额度的50%交纳投标保证金，按80%交纳履约保证金，响应文件中须同时提供A级证明材料。</p>

26	项目兼投兼中规则	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
----	----------	---

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

（一）响应文件，统一格式包括：

- 1、封面格式
- 2、报价书
- 3、报价一览表
- 4、资格承诺函（后附格式）
- 5、详细配置明细
- 6、技术偏离表
- 7、报价书附件

（二）其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

★4、谈判项目对于供应商必须具备的特定资质要求。

5、小微企业声明函：响应供应商为小微企业且所响应产品为小微企业生产，提供声明函的享受政府采购优惠。（注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供）

（三）报价书附件的编制及编目

- 1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- (1) 产品主要技术参数明细表及报价表；
- (2) 技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- (1) 产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- (2) 产品制造、验收标准；
- (3) 详细的交货清单；
- (4) 特殊工具及备件清单；
- (5) 供应商推荐的供选择的配套货物表；
- (6) 提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

- (一) 所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。
- (二) 谈判报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及谈判结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。
- (三) 具备初始报价，方有资格做第二次报价。
- (四) 最低报价不能作为成交的唯一保证。
- (五) 如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。
- (六) 供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

- (一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。
- (二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。
- (三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。
- (四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份
- (五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。
- (六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- (七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

- (一) 任意一条不满足谈判文件★号条款要求的；
- (二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；
- (三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；
- (四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；
- (五) 单项商品报价超单项预算的；
- (六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；
- (七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

- (一) 非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的；

- (二) 未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- (十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；
- (十一) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；
- (十二) 谈判小组在谈判过程中，应以供应商提供的响应文件为谈判依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7. 供应商禁止行为

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在谈判结果产生后放弃成交；
- (二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8. 竞争性谈判文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 谈判及评审方法

一.谈判要求

1、评审方法

最低价评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

3、谈判小组

3.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 确认或者制定谈判文件；

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

(4) 编写评审报告；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9、定标

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和价格相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

10、其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

合同包1（采购包1）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予20%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（采购包2）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予20%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求：

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产

建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》,否则不认定价格扣除。

说明:供应商应当认真填写声明函,若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html),点击“小微企业名录”(http://xwqy.gsxt.gov.cn/)对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询,自行核实是否属于小微企业。

(4)提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附,不可修改),未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5)报价供应商为大学生创办的小微企业的,对其法定代表人身份及企业性质进行核查,请报价供应商提供(A)、(B)、(C)的登录名和密码:

(A)法定代表人为在校大学生的,学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径:中国高等教育学生信息网(学信网)http://www.chsi.com.cn/。

(B)法定代表人为大学毕业生的,毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径:中国高等教育学生信息网(学信网)http://www.chsi.com.cn/。

(C)法定代表人为留学回国人员的,国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径:教育部留学服务中心-国(境)外学历学位认证系统http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx。

(D)企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生(含留学回国),同时大学生必须为控股股东。控股情况查询:全国企业信用信息公示系统http://gsxt.saic.gov.cn/。

(E)各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定,对响应文件中的资格证明文件等进行审查,以确定投标供应商是否具备投标资格。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据谈判文件的规定,从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查,以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的,评审结果为未通过,未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.谈判

(1)谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序,谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2)谈判内容主要包括:针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等;谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的,需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案;其它需要谈判的事项。

在谈判过程中,谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分,谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价,响应内容及谈判的情况,要求各供应商分别进行不超过三轮报价,并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后,参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认,并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的(超过最后报价时限要求的)、最后报价未携带有效CA证书的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后,工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注:最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求,在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确,请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5. 汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后响应报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按技术指标顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

四. 确定成交供应商

(一) 谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由谈判小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五. 合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履行及验收进行监督检查。

六. 履约金

合同包1（采购包1）： 本合同包不收取

合同包2（采购包2）： 本合同包不收取

七. 付款及验收

合同包1（采购包1）

付款方式	1期: 60%，货到安装调试完成后，支付合同总价款的60%； 2期: 40%，验收合格后，一次性付清剩余合同价款；
验收要求	1期: 在满足合同约定验收条件下，在3个工作日内完成验收，并在10日内将资金支付到合同约定的供应商账户的。 2期: 其他验收要求:符合现行国家、行业及地方质量标准以及相关专业验收规范的合格标准。

合同包2（采购包2）

付款方式	1期: 60%，货到安装调试完成后，支付合同总价款的60%； 2期: 40%，验收合格后，一次性付清剩余合同价款；
验收要求	1期: 在满足合同约定验收条件下，在3个工作日内完成验收，并在10日内将资金支付到合同约定的供应商账户的。 2期: 其他验收要求:符合现行国家、行业及地方质量标准以及相关专业验收规范的合格标准。

表一 资格性审查表：

合同包1（采购包1）

<p>（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人(供应商或自然人CA签章)，并按黑财规【2023】32号《黑龙江省财政厅执行政府采购活动“承诺+信用管理”准入管理制度》的通知规定评审。对于《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未完全覆盖的评审点内容，需供应商另行提供符合评审点要求并加盖公章的承诺函(承诺函格式自拟)。</p>
<p>（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人(供应商或自然人CA签章)，并按黑财规【2023】32号《黑龙江省财政厅执行政府采购活动“承诺+信用管理”准入管理制度》的通知规定评审。对于《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未完全覆盖的评审点内容，需供应商另行提供符合评审点要求并加盖公章的承诺函(承诺函格式自拟)。</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）</p>

合同包2（采购包2）

<p>（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
---------------------------------------	---

<p>(二) 承诺通过合法渠道,可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人(供应商或自然人CA签章)</p>
<p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道,可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人(供应商或自然人CA签章)</p>
<p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)等合法渠道,可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人(供应商或自然人CA签章),并按黑财规【2023】32号《黑龙江省财政厅执行政府采购活动“承诺+信用管理”准入管理制度》的通知规定评审。对于《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未完全覆盖的评审点内容,需供应商另行提供符合评审点要求并加盖公章的承诺函(承诺函格式自拟)。</p>
<p>(五) 承诺通过合法渠道,事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人(供应商或自然人CA签章),并按黑财规【2023】32号《黑龙江省财政厅执行政府采购活动“承诺+信用管理”准入管理制度》的通知规定评审。对于《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未完全覆盖的评审点内容,需供应商另行提供符合评审点要求并加盖公章的承诺函(承诺函格式自拟)。</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章(法定代表人参加投标的不提供)</p>
<p>1.</p>	<p>拟参加本项目的供应商若为制造商,则须同时具备以下资质:①《中华人民共和国特种设备制造许可证》(电梯)许可项目含曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)C级及以上或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为电梯制造(含安装、修理、改造)曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上;②《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)C级及以上。如制造商电梯生产许可证含电梯安装资质的,可不用再单独提供电梯安装资质。</p>

2.	拟参加本项目的供应商若为代理商，则须同时具备以下资质：①所投电梯制造商具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）许可项目含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）C级及以上或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上；②《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）C级及以上。
----	---

表二符合性审查表：

合同包1（采购包1）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（采购包2）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供应商(乙方)
签定地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件。

- 1、政府不得扣押入口；
- 2、乙方提供的投标文件；
- 3、投标承诺书；
- 4、中标或成交通知书。

第十四条 本合同一式四份，政府采购办、政府代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
<p>采购办审核（章）</p> <p>经办人：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

合同附件

一般货物类

1、投标人承诺具体事项：
2、售后服务具体事项：
3、保修期责任：
4、其他具体事项：

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：急诊部大楼配套设备

项目编号：[230381]ZYDLJG[TP]20240001

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

谈判日期：

二、报价书

:

织的 (供应商全称) 授权 (授权代表姓名)
(项目编号、项目名称) 谈判的有关活动, 并对

(职务、职称) 为响应供应商代表, 参加贵方组
进行报价。为此:

- 1、提供供应商须知规定的全部响应文件:
响应文件(含资格证明文件)正本()份, 副本()份
- 2、报价的总价为(大写) 元人民币
- 3、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定
- 4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》, 并承担《合同》约定的责任义务
- 5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料
- 6、与本活动有关的一切往来通讯请寄:

地址:

邮编:

电话:

传真:

供应商全称:

日期:

三、报价一览表

项目名称：急诊部大楼配套设备

项目编号：[230381]ZYDLJG[TP]20240001

序号(包号)	货物名称	货物报价价格(元)	货物市场价格(元)	交货期

供应商全称：

日期： 年 月 日

四、资格承诺函

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 (模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续(在营、开业、在册)”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- (一)未被列入失信被执行人。
- (二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

- (一) 不存在欠税信息。
- (二)不存在重大税收违法。
- (三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

- (一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。
- (二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。
- (三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

- (一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- (二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

- (一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);
- (二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);
- (三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);
- (四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);
- (五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);
- (六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

五、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：急诊部大楼配套设备

项目编号：[230381]ZYDLJG[TP]20240001

（第 包）

序号	货物名称	品牌型号、产地	数量/单位	报价(元)	谈判文件的参数和要求	响应文件参数	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

六、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

七、法定代表人/单位负责人授权书

:

(报价单位全称) 法定代表人/单位负责人 授权 (授权代表姓名)
为响应供应商代表, 参加贵处组织的 项目(项目编号) 竞争性谈判, 全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字:

供应商全称(公章):

日期:

附:

授权代表姓名:

授权代表: (签字)

职 务:

详细通讯地址:

邮 政 编 码:

传 真:

电 话:

八、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

九、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十一、鸡西市政府采购投标（响应）供应商权利和义务告知书：

为提升我市政府采购领域供应商主体感受，不断优化我市营商环境，作为_____（项目编号：_____）政府采购项目的投标（响应）供应商，现将你单位的相关权利和义务告知如下：

1. 我市在政府采购活动中停止收取政府采购文件费用。
2. 我市在政府采购活动中取消向供应商收取投标（响应）保证金。确需收取的项目采购人和代理机构必须经监管部门同意后，通过电子保函形式代替投标（响应）保证金。
3. 供应商应按照采购文件规定的采购需求、投标人（响应供应商）的资格条件、投标（响应）时间等要求进行投标（响应）。
4. 我市现全面推广以电子保函形式交纳履约保证金，供应商可通过黑龙江省政府采购网金融服务专栏提出担保申请。对黑龙江省政府采购供应商信用评价等级为A+级的供应商免收履约保证金，对信用评价等级为A级供应商鼓励采购人根据实际情况减、免履约保证金。
5. 我市已全面推广实施“政采贷”业务，供应商如有融资需求，可通过黑龙江省政府采购网金融服务专栏，向相关金融机构提出融资申请。
6. 对小微企业价格评审优惠政策。货物和服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为20%，工程项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为10%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，货物和服务采购项目价格扣除优惠幅度为6%，工程采购项目价格扣除优惠幅度为2%。
7. 采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，最长不超过30日，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订，合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果的，或者中标（成交）供应商放弃中标（成交）项目的，应当依法承担法律责任。
8. 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
9. 对适合首付制的采购项目，可按照采购文件规定签订合同，采购人应对中小微企业的首付款比例为合同总额的50%以上（含），对小微企业首付款比例为70%以上（含）。
10. 对于满足合同约定验收条件的，采购人原则上应于收到供应商验收申请后2个工作日内，最长不得超过3个工作日，组织并完成履约验收。采购人委托采购代理机构进行验收的，应当签订委托协议。中标（成交）供应商应当按照合同约定通知采购人或采购代理机构对其提供的货物、工程或者服务进行验收，并提供相关技术资料、合格证明以及验收所必须具备的其他材料，协助采购人或采购代理机构开展验收。
11. 对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整为由延迟付款。采购人不可以将采购文件和合同中未规定的义务作为向你单位付款的条件。
12. 根据鸡西市财政局关于转发《黑龙江省财政厅 黑龙江省营商环境建设监督局关于印发〈黑龙江省政府采购供应商信用

评价管理暂行办法>等4个暂行办法的通知》（鸡财函〔2022〕262号）规定，中标（成交）供应商具有履约验收相互评价的权利，如遇采购人、代理机构存在恶意评分、违法违规等行为，可向当地财政部门反馈相关问题线索并提供佐证。

请贵方手写反馈如下内容：

（我公司已阅读并知晓上述权利和义务）

公司全称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

十二、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。