

# 国咨项目管理有限公司

## 公开招标文件

项目名称：基层医疗设备

项目编号：**[230382]GZXM[GK]20230002**

## 第一章 投标邀请

国咨项目管理有限公司受密山市卫生健康局的委托，采用公开招标方式组织采购基层医疗设备。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：基层医疗设备

批准文件编号：密财购核字[2023]01929号

采购项目编号：[230382]GZXM[GK]20230002

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第一标段）	1	详见采购文件	2,034,286.00
2	基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第二标段）	1	详见采购文件	5,978,538.80

### 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第一标段））：无

合同包2（基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第二标段））：无

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

### 其他要求

1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标“不按规范标记导致废标的，由供应商自行承担相关责任”。

3.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

### 五.递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

#### 六.询问提起与受理：

项目经办人： 国咨项目管理有限公司 联系方式： 19104678668

#### 七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑：

项目经办人： 国咨项目管理有限公司 联系方式： 19104678668

2.对评审过程和结果的质疑：

质疑联系人： 刘女士 电话： 19104678668

#### 八.公告发布媒介：

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

#### 联系信息

##### 1. 采购代理机构

采购代理机构名称：国咨项目管理有限公司

地址：哈尔滨市道里区群力星光耀办公A座1302

联系人： 国咨项目管理有限公司

联系电话： 19104678668

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

##### 2. 采购人信息

采购单位名称：密山市卫生健康局

地址： 密山市密山镇光复路125号

联系人： 徐婷婷

联系电话： 17645665228

国咨项目管理有限公司

## 第二章 供应商须知

### 一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共2包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 采购包2：非专门面向中小企业
6	评标办法	合同包1（基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第一标段））：综合评分法 合同包2（基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第二标段））：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受
14	代理服务费用收取方式	向中标/成交供应商收取

1 5	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第一标段）：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第二标段）：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。</p>
1 6	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延了解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>

17	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
18	投标客户端	投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。
19	有效供应商家数	包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包2：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
20	报价形式	合同包1（基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第一标段））：总价 合同包2（基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第二标段））：总价
21	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
22	其他	代理服务费，代理服务费收取标准，代理服务费收取标准参考（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定收取。以成交通知书中确定的成交金额作为收费的计算基数。
23	项目兼投兼中规则	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

### 三、投标须知

#### 1.投标方式

##### 1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

##### 1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

#### 2.特别提示

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。



### 三、说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指国咨项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘



- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

- 9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五、投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳：

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；
- （2）未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## 5.投标文件的修改和撤回

5.1投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

5.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

## 6.投标文件的递交

6.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

## 7.样品（演示）

7.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

# 六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

## 1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；
- (5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

## 1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3投标人不足三家的，不得开标。

## 1.4备注说明：

- (1) 若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投

标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

(2) 若本项目采用不见面开标, 投标人在开标时间前30分钟, 应当提前登录开标系统进行签到, 填写联系人姓名与联系号码; 在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密, 未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义, 应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议, 采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

## 2. 评审 (详见第六章)

## 3. 结果公告

3.1 中标供应商确定后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告, 中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2 项目废标后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告, 废标结果公告期为 1 个工作日。

## 4. 中标通知书发放

发布中标结果的同时, 中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书, 中标通知书是合同的组成部分, 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后, 采购人不得违法改变中标结果, 中标供应商无正当理由不得放弃中标。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1. 询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2 为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复, 询问采用实名制, 询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构, 正式受理后方可生效, 否则, 为无效询问。

### 2. 质疑

2.1 潜在投标人已依法获取招标文件, 且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商, 可以对招标文件提出质疑; 递交投标文件的供应商, 可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。采购中心应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2 对招标文件提出质疑的, 应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出; 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出; 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3 质疑供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向采购中心递交《质疑函》和必要的证明材料, 不得重复提交质疑材料, 《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑, 应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书, 其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。

2.5 供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期;
- (7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的，采购中心不予受理：

- (1) 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- (2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- (3) 未在质疑有效期限内提出的；
- (4) 超范围提出质疑的；
- (5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的，质疑不成立：

- (1) 质疑事项缺乏事实依据的；
- (2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- (3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，采购中心应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- (1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- (2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- (3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- (4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 第三章 合同与验收

### 一、合同要求

#### 1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

## 二、验收

中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

### 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

#### 1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1)合同格式以及合同条款
- (2)中标结果公告及中标通知书
- (3)招标文件
- (4)投标文件
- (5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

#### 3.合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

#### 4.付款方式及时间

\*\*\*（见招标文件第四章）

#### 5.交货安装

交货时间：

交货地点：

#### 6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

#### 7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

#### 8.运输要求

- (1) 运输方式及线路：
- (2) 运输及相关费用由乙方承担。

### 9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

### 10.验收

(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

### 11.售后服务

(1) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容： （投标文件售后承诺等）

### 12.违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

### 13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

### 14.争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

### 15.合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）

乙方： （章）

采购方法人代表： （签字）

投标人法人代表： （签字）

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

联系电话：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**

名称	品牌、规格、标准/主要内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
合计：人民币大写：**元整						¥：**

## 第四章 招标内容与技术要求

### 一、项目概况：

项目名称：基层医疗卫生机构医疗设备采购项目

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第一标段）	1	详见采购文件	2,034,286.00
2	基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第二标段）	1	详见采购文件	5,978,538.80

合同包1（基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第一标段））

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例70%，签订合同后，支付总合同金额的70% 2期：支付比例30%，货物交付完成验收无误后，支付总合同金额的30%
验收要求	1期：合同签订完成 2期：满足采购人需求，符合国标条件，达到合格标准
履约保证金	不收取
合同履行期限	自合同签订之日起1年
其他	

#### 2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	快速手消设施（卫生院）	套	179.00	420.00	75,180.00	面向中小企业	工业	详见附表一
2		其他医疗设备	急救推车（药柜）（卫生院）	套	21.00	2,400.00	50,400.00	面向中小企业	工业	详见附表二
3		其他医疗设备	除颤仪（卫生院）	台	6.00	18,000.00	108,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三
4		其他医疗设备	气管插管设备（卫生院）	套	5.00	45.00	225.00	面向中小企业	工业	详见附表四



序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
5		其他医疗设备	简易呼吸球囊(卫生院)	只	30.00	168.00	5,040.00	面向中小企业	工业	详见附表五
6		其他医疗设备	简易肺功能仪	台	15.00	24,000.00	360,000.00	面向中小企业	工业	详见附表六
7		其他医疗设备	心电图机	台	10.00	11,000.00	110,000.00	面向中小企业	工业	详见附表七
8		其他医疗设备	吸痰器	个	40.00	399.00	15,960.00	面向中小企业	工业	详见附表八
9		其他医疗设备	体温计(含村卫生室)	个	950.00	3.50	3,325.00	面向中小企业	工业	详见附表九
10		其他医疗设备	制氧机(村卫生室)	台	192.00	3,880.00	744,960.00	面向中小企业	工业	详见附表一十
11		其他医疗设备	氧气枕(含村卫生室)	个	245.00	32.00	7,840.00	面向中小企业	工业	详见附表一十一
12		其他医疗设备	鼻导管吸氧面罩(含村卫生室)	个	3,000.00	12.43	37,290.00	面向中小企业	工业	详见附表一十二
13		其他医疗设备	输液椅(含村卫生室)	个	450.00	300.00	135,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十三
14		其他医疗设备	移动输液架(含村卫生室)	个	600.00	45.00	27,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十四
15		其他医疗设备	雾化器(村卫生室)	个	317.00	240.00	76,080.00	面向中小企业	工业	详见附表一十五
16		其他医疗设备	抢救箱(村卫生室)	个	214.00	1,299.00	277,986.00	面向中小企业	工业	详见附表一十六

附表一：快速手消设施（卫生院） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量179套
	2	材质：机器外壳，安装板:ABS;滑块组件:POM。结实耐用
	3	容量：专用≤1000mL下出液减容瓶
	4	红外交叉式自动感应出液，一次性瓶泵
	5	壁付型(安装板/双面胶两种方式可选)
	6	喷雾/皂液/啫喱凝胶/泡沫 多种手消可以匹配
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：急救推车（药柜）（卫生院） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	采购数量21套
	2	整体尺寸：≥1900*600*710mm,整体不锈钢材质，床面海绵；
	3	具有≥4只小轮，具有万向及锁定功能；
	4	适合儿童使用，车身两侧具备可收放护栏；
	5	床体下方配备置物篮，方便转运放置物品；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：除颤仪（卫生院） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量6台
	2	整机重量（标准配置，含电池）：≤3.2Kg；
	3	工作温度范围：0-55 摄氏度；
	4	存储温度：-20°C-70°C
	5	湿度：30-95%相对湿度，无冷凝；
	6	除颤功能：除颤波形能量：双相波；
	7	除颤功能：▲除颤能量：最高可达360焦耳能量除颤；
	8	除颤功能：充电时间：≤15秒；
	9	除颤功能：电极：要有明显的体表定位提示，有效防止粘贴错误；
	10	除颤功能：▲电极片有效期：≥3年；
	11	除颤功能：操作方式：操作简易，能自动分析心律，通过语音或视觉提示救护者按“电击”按钮进行放电。
	12	除颤功能：电池类型：高性能一次性锂电池；
	13	除颤功能：除颤次数：电池能支持连续360焦耳能量除颤≥200次。
	14	除颤功能：语音提示：标配≥2种语言，指导操作流程与心肺复苏。
	15	其他功能：1、录音功能：能将整个急救过程全程录音并存储；
	16	其他功能：管理系统：专用的回放和分析软件,对除颤事件作出完整的回顾和分析；
	17	其他功能：内部的自检功能：须每天进行一次系统自检,并有窗口显示自检结果；
	18	其他功能：▲提手：需要具有与机器一体化的提手；
	19	其他功能：▲防尘防水级别：系统具有防尘防水设计,级别应不低于IP55；
	20	其他功能：适合院前使用要求：注册证需允许非专业人士操作使用，具有较强抗震功能，从任何不低于1.2米高的位置意外跌落仍可正常使用；
	21	其他功能：带机盖，开盖自动开机；机盖内配急救包（含：一次性电极贴片、手套、口对口呼吸膜、安全剪刀、剃毛刀）；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：气管插管设备（卫生院） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量5套
	2	供临床经口腔或鼻腔插入气管，建立人工呼吸通道

	3	产品经环氧乙烷灭菌，应无菌；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：简易呼吸球囊（卫生院） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量30只
	2	成人型规格≥40Kg
	3	潮气量≥900ml
	4	按压体积≤700ml
	5	限压阀压力50±10cmH2O
	6	吸气阻力<5cmH2O（在50L/min）
	7	呼气阻抗<5cmH2O（在50L/min）
	8	球囊容积≥1650ml
	9	储气袋容积≥2000ml
	10	通气频率≥1-50次/分钟
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：简易肺功能仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量15台
	2	便携式设计：仪器自带热敏打印机，充电电池，方便外出携带使用
	3	使用一次性过滤器及咬口避免交叉感染。
	4	▲≥3种测试模式，包含VC、MVV、FVC测试模式；
	5	检测仪器可以保存≥100份体检测试历史记录；
	6	可连接PC端进行操作，打印A4病例报告
	7	可连接医院HIS系统
	8	具有≥5寸显示屏
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：心电图机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量10台
	2	▲≥7英寸高清彩色TFT液晶触摸屏，同时显示十二导心电图波形。
	3	轻触式按键，触摸屏操作轻松简便，数字字母键方便操作。
	4	十二导联同步采集，保证波形时间同步，为准确快速临床诊断提供真实的依据。
	5	采用数字信号处理技术，有效抑制基线漂移、交流、肌电干扰，并进行心率检测。
	6	前十秒打印功能，方便医生打印异常心电图波形。
	7	▲延长打印功能，心律异常时自动触发打印一次记录。

8	冻结功能可静止整个液晶屏幕，方便医生观察心电波形。
9	两种工作模式：手动/自动。
10	五种手动打印模式：6道、6道+1rhy、3道+3rhy、测试模式、12道。
11	八种自动打印模式：6x2、6x2+1rhy、6x2+1rhy+p、3x4+3rhy、3x4+1rhy+p、平均模板+P、12x1、12x1+p。
12	四种采样模式：预采样、实时采样、周期采样和触发采样。
13	内置心电模拟器，具有节律导联功能，便于观察异常心搏。
14	交直流两用（可以适应50Hz/60Hz交流电频率），内置可充电锂电池和充电电路、完善的电池过流和过压保护电路。
15	▲耐极化电压： $\geq \pm 610\text{mV}$
16	频率响应：0.05Hz~165Hz
17	▲配备高分辨率热敏点阵打印系统，波形描记清晰、准确，并提供详尽的文字注释。
18	基线稳定性检测，确保每次都能打出整齐美观的ECG波形。
19	可通过USB通讯接口把资料储存到U盘，在计算机中显示。
20	可通过USB接口外接USB打印机、条码扫描器、磁卡读卡器等。
21	具有冻结、回放、打印预览等波形回顾功能。
22	内置有中文和英文两种语言的帮助功能，内容有电极安放位置、心电图基本知识、常用故障的处理等帮助说明。
23	可输入被检查者临床信息：内容包括姓名、药物、血压、出生日期、编号、病床号、种族、体重、身高、性别、年龄等11项临床信息，操作方便快捷。
24	支持明尼苏达码
25	具有自动保存功能，在打印完成的同时，可将打印的心电数据自动保存在存储界面。
26	具备远程诊断功能，一键完成采集和上传，接收，通过网络对接同品牌智能心电图分析云服务系统，提供心电辅助诊断，心电诊断功能符合国家三类医疗器械管理规范。
27	具有帮助功能按键，可进行临床知识，常见故障及排除方法等自查帮助功能。
28	具有电池电量不足、缺纸及导联脱落指示提示功能。
29	▲存储功能：可存储多达5000个图例，对存储图例进行波形回放，打印，U盘（支持热插拔操作）。
30	外接通讯：同时具备RS232、USB和网络接口。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：吸痰器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量40个
	2	适用范围：供负压吸引脓血、痰粘稠液体用，不适用于野外和或运输中。
	3	采用无油润滑活塞泵，无油雾污染。
	4	全塑面板，防水蚀性好。
	5	设有溢流装置，防止液体流入泵内。
	6	可根据需要调节负压。
	7	体积小、重量轻、携带方便，尤其适应各种急救场合和外出巡诊需要。

	8	极限负压值：≥0.075MPa
	9	负压调节范围：0.02MPa~极限负压值
	10	抽气速率≥14L/min
	11	熔丝管：F1.5AL250V,φ5*20
	12	▲贮液瓶：≥1000mL，一只
	13	电源：AC220V，50Hz
	14	输入功率：≥90VA
	15	▲噪声：≤65dB（A）
	16	吸引泵：活塞泵
	17	重量：≤4.5Kg
	18	外形尺寸：≤370mm×180mm×280mm
	19	电气分类:II类 B 型设备； 工作制:短时运行； 本机不适合在易燃、易爆气体的场合使用
	20	正常工作条件：环境温度范围：5~40℃；相对湿度范围：≤80%；大气压力范围：0.086MPa~0.106MPa
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：体温计（含村卫生室） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量950个
	2	用于临床或个人测量体温用；
	3	形状为三角形棒式；
	4	由玻璃制造，外置玻套；
	5	具有测温留点结构，感温液为镓基合金；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：制氧机（村卫生室） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量192台
	2	最大推荐流量：5L/min出口标称压力为7kpa时的流量范围：0~5L/min
	3	当施加7kpa的背压时，最大推荐流量的变化应在±10%范围内
	4	出口标称压力为零时的氧浓度：氧流量0~5L/Min时，氧浓度为93%±3%
	5	输出压力：0.04mpa~0.07mpa
	6	压缩机安全阀释放压力：250kpa±50kpa
	7	▲整机噪声：≤60dB(A)
	8	▲最大雾化率：≥0.1mL/Min
	9	电源电压：AC220v±22V 50HZ±1HZ
	10	输入功率：≤600VA
	11	外形尺寸：≤43*31*60（cm）
	12	净重：≤21kg

	13	氧气输出口温度： $\leq 46^{\circ}\text{C}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：氧气枕（含村卫生室） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量245个
	2	需具备独立包装
	3	容量 $\geq 42\text{L}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：鼻导管吸氧面罩（含村卫生室） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量3000个
	2	与输氧系统连接，供人体输入氧气用；
	3	产品为一次性使用；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：输液椅（含村卫生室） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量450个
	2	规格尺寸： $\geq$ 长1020 $\times$ 宽680 $\times$ 座面高400；
	3	椅面坐垫和椅背全为电镀包PVC人革及海绵一体压缩成型，两边配有把手；
	4	椅子两底边柜架距为 $\geq \Phi 38 * 1.5$ 优质钢管制做成型，所有连接件均为磨具件组合成型。
	5	配有加厚不锈钢伸缩式输液杆，锁紧装置利用塑料旋钮固定；四角接地处全为PVC人革脚套保护。
	6	扶手一侧配有不锈钢网篮，可以放置物品。
	7	椅子采用液压杆操作系统，患者使用时通过液压杆调节椅背舒适度，设计人性化，使用方便。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：移动输液架（含村卫生室） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量600个
	2	优质不锈钢管材，上管直径 $\geq 19\text{mm}$ ，下管直径 $\geq 25\text{mm}$ ，旋钮调节，上端高度可自动调节；
	3	底座：铸铁喷塑；
	4	用于门诊、医院、乡镇卫生院等医疗机构输液；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：雾化器（村卫生室） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量317个

	2	使用环境温度:5℃~40℃。相对湿度: 30%~85%。大气压力: 860hPa~1060hPa.;
	3	电源电压~220V±22V, 50Hz±1Hz;
	4	最大雾化率≥2ml/min
	5	工作时间: ≥4小时;
	6	雾化器水槽内水温: ≤60℃
	7	震荡频率与标称频率的偏差: ≤±10%
	8	等效体积粒径分布: 雾化器产生的中位粒径为≤3μm, 误差: ±25%
	9	噪音(不包括一次性使用雾化器) ≤50db (A)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六: 抢救箱(村卫生室) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量214个
	2	材质: 外观采用复合ABS光面材料, 铝合金固箱;
	3	产品尺寸: ≤45*25*37cm 包装尺寸: ≤55*30*40cm
	4	重量: ≤5.5KG
	5	内部设计: 急救箱采用双层设计, 中间配备可拆卸的透明隔板, 上下配备固定隔板; 配备≥4个可移动隔板, 自由组合, 使医疗配件放置有序, 取用方便。
	6	外部设计: 醒目的急救标识, 安全锁口(配安全钥匙)、铝牌箱贴;
	7	携带方式: 单肩背、手提;
	8	适用场所: 疾控中心、120急救中心、医院各科室、校医务室、工厂酒店办公室等;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包2(基层医疗卫生机构医疗设备采购项目(第二标段))

### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期: 支付比例70%, 签订合同后, 支付总合同金额的70% 2期: 支付比例30%, 货物交付完成验收无误后, 支付总合同金额的30%
验收要求	1期: 合同签订完成 2期: 满足采购人需求, 符合国标条件, 达到合格标准
履约保证金	不收取
合同履行期限	自合同签订之日起1年
其他	

### 2.技术标准与要求

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	空气消毒器(卫生院)	台	179.00	2,299.00	411,521.00	否	工业	详见附表一

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
2		其他医疗设备	末梢血糖仪	台	80.00	109.00	8,720.00	否	工业	详见附表二
3		其他医疗设备	X光机(DR)	台	4.00	520,000.00	2,080,000.00	否	工业	详见附表三
4		其他医疗设备	呼吸机	台	5.00	35,000.00	175,000.00	否	工业	详见附表四
5		其他医疗设备	氧气瓶	个	95.00	280.44	26,641.80	否	工业	详见附表五
6		其他医疗设备	全自动生化分析仪	台	7.00	260,000.00	1,820,000.00	否	工业	详见附表六
7		其他医疗设备	全自动血细胞分析仪	台	7.00	190,000.00	1,330,000.00	否	工业	详见附表七
8		其他医疗设备	尿液分析仪	台	8.00	12,000.00	96,000.00	否	工业	详见附表八
9		其他医疗设备	血压计(含村卫生室)	个	245.00	112.00	27,440.00	否	工业	详见附表九
10		其他医疗设备	听诊器(村卫生室)	个	120.00	26.80	3,216.00	否	工业	详见附表一十

附表一：空气消毒器（卫生院） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量179台
	2	环境温度：-10℃~50℃
	3	相对湿度：≤80%
	4	电源频率：50HZ±1HZ
	5	大气压力 860hpa~1060hpa
	6	额定功率：≤150W
	7	紫外线灯管寿命：≥5000 小时
	8	操作方式：人机同在；
	9	初始臭氧产出率< 0.05g/kw·h
	10	紫外线泄露量≤0.1μW/cm2
	11	臭氧泄露量≤0.1mg/m3
	12	定时选择：遥控器定时键可设置，按用户需要选择消毒时间。
	13	循环消毒风量：≥800m3/h
	14	消毒器工作的噪声≤55db
	15	白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，自然菌的消亡率≥98%。
	16	可显示累计消毒时间。



	17	适用环境：动态环境及静态环境。
	18	有程控定时功能，可以预先设置好消毒器的开、关机时间
	19	▲具有≥三档风速；
	20	能更有效的去除甲醛、氨气、苯类、TVOC、硫化氢等多种有害气体。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：末梢血糖仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量80台
	2	设备用途：一机双能，可同时检测血糖、尿酸；
	3	准确性要求：血糖浓度为≤5.55mmol/L，检测结果误差在±0.83mmol/L；血糖浓度为5.55mmol/L-33.3mmol/L，检测结果误差在±15%；尿酸浓度≤297μmol/L（≤5mg/dL），允许偏差不超过±60μmol/L（不超过±1 mg/dL）；尿酸浓度>297μmol/L（>5mg/dL），允许偏差不超过±20%
	4	测量精确度：血糖浓度为≤5.55mmol/L，SD<0.4mmol/L；血糖浓度≥5.5mmol/L时，CV<6.0%；尿酸浓度≤297μmol/L（≤5mg/dL），SD<22.2μmol/L（>5mg/dL）；CV<7.5%；
	5	试纸条批间差：不同批号血糖试纸条的批间差<15%；不同批号尿酸试纸条的批间差<15%
	6	检测线性范围：检测血糖1.1mmol/L~33.3mmol/L；检测尿酸181μmol/L~1188μmol/L；
	7	血标本类型：新鲜毛细血管全血和静脉血；
	8	取血方式：试纸条采用机外取血方式；
	9	使用环境：测试温度：检测血糖10℃-35℃，检测尿酸15℃-35℃；测试湿度：不大于80%；
	10	检测血糖0.6μL，检测尿酸3μL
	11	测试时间(秒)：检测血糖5秒，检测尿酸≤25秒
	12	调码方式;免调码或自动调码
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：X光机（DR） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量4台
	2	非晶硅平板数字化探测器：1、非晶硅17×17英寸非拼接整板数字探测器； 2、采集像素矩阵：≥3000*3000； 3、空间分辨率：≥3.7 LP/MM； 4、图像输出灰阶：≥14BIT； 5、像素尺寸：≤143μm； 6、数据传输方式：千兆以太网； 7、具备一次曝光双能减影技术，能保证在更低剂量下能获得优质图像，减少对医生和患者的辐射，
	3	高频高压发生器：▲1、最大输出功率：≥50KW； 2、最大输出电压：≥150KV； 3、最大毫安量：>630mA； 4、逆变频率：≥25KHz； 5、最短曝光容积率：≤0.4MAS；
	4	X光球管组件：1、焦点：0.6mm/1.2mm； 2、焦点最大功率：≥50KW； ▲3、阳极热容量：≥200KHU； 4、阳极转速：≥2700转/min； 5、球管最高输出管电压：150KV；

5	机械结构：▲1、床体运动方式：电动控制,方便立位于卧位的快速转换； 2、电动床旋转0---90°； ▲3、床面左右电动操作,移动范围:≥240mm； ▲4、探测器纵向移动范围:≥1000mm； 5、焦点至探测器平面距离立位运动范围：≥1600mm； 6、焦点至探测器平面距离卧位运动范围:300-1200mm； 7、x射线管组件绕支臂旋转:-90°-0-90°； 8、床面高度:≤780mm；
6	滤线栅及限束器: 1、滤线栅栅格比为10:1； 2、栅密度：≥40LP/CM； 3、限束器：光电定位，手动多叶式射野指示灯具有定时开关功能；
7	工作站电脑及显示器: 1、CPU双核Dual-Core≥2.7G, 2M缓存, 内存≥2GB, 通讯网卡≥1000M网卡； 2、CD/DVD刻录: DVD光驱, CD/DVD刻录, 硬盘容量≥500GB； 3、显示器≥21英寸液晶显示器；
8	医生登记采集诊断工作站软件功能:1、中文界面, 标准DICOM3.0图像, 采用WINDOWS操作系统； 2、支持探测器0、90°、180°、270°四个方向任意放置； 3、支持多种自动操作模式转换, 专门为多种不同需求的医院流程准备, 可以方便配置合适的自动流程, 提高技师工作效率； 4、具有病人管理、图像采集、图像处理(图像校正、图像翻转、组织均衡、图像滤波)、图像观察(提供图像观察工具, 测量工具)等强大的图像采集处理能力； 5、支持1-4张的报告加图及专家模板, 可完成图文并茂的医学影像报告； 6、工作站软件控制高压, 通过工作站软件指令调节高压参数； 7、DICOM发送SCU, 可支持发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站； 8、DICOM接收SCP服务器, 可支持接收来自任何工作站的标准DICOM3.0图像；
9	医用图像打印系统:▲1, 媒体类型: 蓝色或透明PET基材胶片 ▲2, 媒体尺寸: ≥330mm ▲3, 打印精度: ≥2400DPI 4, 数据接口: DICOM协议数据格式 5, 网络接口: RJ45以太网标准, TCP/IP协议 ▲6, 噪声: 产品正常工作时, 距产品1m处噪声应小于68dB。 ▲7, 电源电压: AC100-240V, 频率: 50 Hz±1Hz 8, 支持网络打印 9, 可调节图像输出曲线
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：呼吸机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量5台
	2	基本参数：（1）气动气控或气动电控（2）适用范围：成人、儿童（3）气源：范围0.28MPa~0.6MPa
	3	通气参数：（1）▲分钟通气量：0~20L/min, 连续可调；（2）呼吸频率：10~60bpm, 连续可调；（3）氧浓度：45%-100%连续可调；（4）支持手动通气（5）吸呼比I:E 1:2
	4	监测参数：气道压力：设置范围-2~10kPa
	5	具有报警功能
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：氧气瓶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量95个
	2	▲规格≥15L
	3	适用于医疗机构等吸氧使用

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六：全自动生化分析仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量7台
	2	仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪
	3	▲分析速度：比色恒速≥410T/H
	4	最大可同时分析项目：≥92个
	5	测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)
	6	分析方法：终点法、固定时间法、动力学法，支持1-4试剂项目
	7	▲样本位：≥100个
	8	▲样本量：1.5μL~45uL，0.1μL步进。最小加样量≤1.5μL
	9	试剂位：≥90个
	10	试剂盘制冷温度：2~8℃
	11	试剂量：10μL~200uL，0.5μL步进。
	12	搅拌杆：≥2个
	13	反应杯位：≥92个,光径5mm;
	14	▲最小反应体积：≤100μl;
	15	温控方式：固体直热，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养；
	16	比色杯清洗：自动8阶温水清洗
	17	光学系统：全息凹面光栅后分光系统
	18	波长：340~800nm，≥12个波长
	19	吸光度线性范围：0~3.5 Abs
	20	样品携带污染率：≤0.05%
	21	▲支持HbA1c全血测试功能
	22	具有酶线性拓展功能
	23	支持一个项目放置多套试剂
	24	固定式条码扫描仪选配
	25	电解质分析模块选配
	26	操作系统：全中文操作界面
	27	电脑要求：CPU 2.6G及以上，硬盘 160G及以上，内存 2G及以上
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：全自动血细胞分析仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量7台
	2	检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定
	3	分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

4	检测参数: $\geq 26$ 项可报告参数 (不含散点图和直方图)
5	研究参数: $\geq 8$ 项, 具有中性粒细胞与淋巴细胞比率 (NLR)、血小板与淋巴细胞比率 (PLR)、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息
6	血液分析显示图形: $\geq 1$ 个三维散点图、 $\geq 3$ 个二维散点图、 $\geq 3$ 个直方图
7	▲进样方式: 全自动进样, 单管封闭进样; 急诊位有单管封闭进样仓, 有效降低生物污染风险
8	检测模式: 具有独立CRP、单独五分类、五分类+CRP等3种以上全血检测模式
9	样本用量: 五分类+CRP模式 $\leq 40\mu\text{l}$ , CRP模式 $\leq 20\mu\text{l}$
10	▲检测速度: 五分类+CRP模式 $\geq 55$ 个样本/小时
11	预稀释模式: 自动定量打出稀释液, 具备五分类+CRP功能
12	▲线性范围: WBC: $0\sim 400\times 10^9/\text{L}$ , PLT: $0\sim 5000\times 10^9/\text{L}$ , HGB: $0\sim 250\text{g}/\text{L}$
13	CRP线性范围: $0.2\sim 320\text{mg}/\text{L}$
14	CRP携带污染: $\leq 1.0\%$
15	全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰;
16	操作系统: 全中文操作分析报告软件
17	排堵方式: 正反冲洗, 高压灼烧
18	对所有试剂 (包括染色液、稀释液和CRP乳胶试剂) 全部进行 $37^\circ\text{C}$ 温控反应
19	具有原厂配套的试剂、质控品、校准品, 厂家具备溯源实验室;
20	工作电压: ( $100\text{V}\sim 240\text{V}$ )允差 $\pm 10\%$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八: 尿液分析仪 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量8台
	2	测定原理: 反射光电比色法
	3	▲测定速度: $\geq 200$ 条/小时
	4	▲可测项目: 白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微量白蛋白、ACR等;
	5	测试波长数量: $\geq 5$ 个波长
	6	显示屏: $\geq 7$ 英寸触摸式彩色液晶显示屏;
	7	重复性: 分析仪反射率测试结果的变异系数 $\leq 0.8\%$
	8	稳定性: 分析仪开机8h内, 反射率测试结果的变异系数 $\leq 0.8\%$
	9	携带污染: 检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本, 随后检测阴性样本, 阴性样本的结果不得出阳性
	10	仪器能准确感应尿试纸条的数量
	11	自动卸条功能: 能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内
	12	打印: 内置热敏打印机打印测试结果
	13	故障识别功能: 能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障
	14	仪器能自动感应试纸条, 将感应到得试纸条送入仪器内部
	15	条形码识别: 可选配条形码扫描器识别条形码

	16	存储功能：≥9000个测量结果
	17	校准功能：仪器配有试纸条校准功能
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：血压计（含村卫生室） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量245个
	2	血压计为台式；
	3	测量范围：0-300mmHg（0-40kPa）
	4	基本误差：±3.75mmHg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：听诊器（村卫生室） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采购数量120个
	2	用于听诊人体心、肺等器官活动声响变化；
	3	频响曲线：100-500Hz以测试声源为基准，衰减≤12dB。在500-1000Hz≤20dB。
	4	弹簧片硬度：HR15N82.9-88.4
	5	耳环弹力：两耳塞拉开140mm，弹力值1.372-1.960N
	6	耳环弹性：两耳塞拉开300mm，1分钟后恢复，变形≤10mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

### 3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 5.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1. 评标方法

基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第一标段）：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第二标段）：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

#### 3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标供应商;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

#### 4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

5.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

## 6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

## 7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

## 8.废标的情形

8.1出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算；

(4) 因重大变故，采购任务取消；

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

## 9.定标

9.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

## 10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

## 二、政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包1（基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第一标段））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------



序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第二标段））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

### 3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

- （1）符合中小企业划分标准；
- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
- （3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- （4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

## 三、评审程序

### 1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

## 2.投标报价审查

2.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

## 4.核心产品同品牌审查

4.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

4.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

## 6.汇总、排序

6.1综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

6.2最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标优劣顺序排列确定，上述均相同的由采购人确定。

### 表一资格性审查表

合同包1（基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第一标段））

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

合同包2（基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第二标段））

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。

表二符合性审查表：

合同包1（基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第一标段））

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第二标段））

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第一标段）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分30.0分 商务部分40.0分 报价得分30.0分	
技术部分	评审标准 (30.0分)	技术标响应情况 (30.0分) 各评委将根据响应文件及供应商所响应产品的性能指标进行综合评价。所响应产品技术指标全部满足采购文件要求的得满分30分。1、▲号条款的技术规格、参数为关键指标，供应商所响应产品▲号条款有一项负偏离，扣1分，超过5项负偏离，为投标无效。2、每单项产品一般参数条款为普通指标，有一项负偏离减0.5分，超过10项负偏离，为投标无效。

商务部分	评审标准 (40.0分)	<p>供货方案(10.0分) 供货方案应包括：1、有供货渠道及供货方式；2、有运输方案及配送流程（用文字和流程图表述）；3、有运输及安装技术人员配备方案；4、有出库方案；5、有发货及配送突发情况应急预案；6、有供货进度计划表（包括供货流程安排、时间安排等）；7、有货物到达指定交货地点的抽样、清点、登记等方案；8、有货物安装调试方案；9、有进度保证方案；10、有安装调试完成后质量检查方案。以上每项内容1分，满分10分，每缺少一项扣1分，所提供的方案中每项内容有一处缺陷扣0.5分（以上缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失等）。</p> <p>售后服务方案(12.0分) 售后服务方案应包括：1、售后保障措施；2、故障处理措施；3、定期维护；4、处理办法及服务联系方式；5、免费技术培训方；6、应急预案。以上每项内容2分，满分12分，每缺少一项扣2分，其中每项方案内容存在一处缺陷扣1分（以上缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失等）。</p> <p>质量保证措施 (8.0分) 质量保证措施应包括：1、质量管理体系；2、质量方针、目标、标准；3、质量保证承诺；4、质量保障措施。以上每项内容2分，满分8分，每缺少一项扣2分。其中每项方案内容存在一处缺陷扣1分。（缺陷是指：凭空捏造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失等）</p> <p>供货保障措施 (10.0分) 有详尽的、适应本项目的供货保障措施，至少包括：1、供货方案；2、人员配备；3、进度控制；4、质量监控；5、验收方案。以上每项内容2分，满分10分，每缺少一项扣2分。其中每项方案内容存在一处缺陷扣1分。（以上缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失等）。</p>
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	<p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

基层医疗卫生机构医疗设备采购项目（第二标段）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分30.0分 商务部分40.0分 报价得分30.0分	
技术部分	评审标准 (30.0分)	<p>技术标响应情况 (30.0分) 各评委将根据响应文件及供应商所响应产品的性能指标进行综合评价。所响应产品技术指标全部满足采购文件要求的得满分30分。1、▲号条款的技术规格、参数为关键指标，供应商所响应产品▲号条款有一项负偏离，扣1分，超过5项负偏离，为投标无效。2、每单项产品一般参数条款为普通指标，有一项负偏离减0.5分，超过10项负偏离，为投标无效。</p>

商务部分	评审标准 (40.0分)	<p>供货方案(10.0分) 供货方案应包括：1、有供货渠道及供货方式；2、有运输方案及配送流程（用文字和流程图表述）；3、有运输及安装技术人员配备方案；4、有出库方案；5、有发货及配送突发情况应急预案；6、有供货进度计划表（包括供货流程安排、时间安排等）；7、有货物到达指定交货地点的抽样、清点、登记等方案；8、有货物安装调试方案；9、有进度保证方案；10、有安装调试完成后质量检查方案。以上每项内容1分，满分10分，每缺少一项扣1分，所提供的方案中每项内容有一处缺陷扣0.5分（以上缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失等）。</p> <p>售后服务方案(12.0分) 售后服务方案应包括：1、售后保障措施；2、故障处理措施；3、定期维护；4、处理办法及服务联系方式；5、免费技术培训方；6、应急预案。以上每项内容2分，满分12分，每缺少一项扣2分，其中每项方案内容存在一处缺陷扣1分（以上缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失等）。</p> <p>质量保证措施 (8.0分) 质量保证措施应包括：1、质量管理体系；2、质量方针、目标、标准；3、质量保证承诺；4、质量保障措施。以上每项内容2分，满分8分，每缺少一项扣2分。其中每项方案内容存在一处缺陷扣1分。（缺陷是指：凭空捏造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失等）</p> <p>供货保障措施 (10.0分) 有详尽的、适应本项目的供货保障措施，至少包括：1、供货方案；2、人员配备；3、进度控制；4、质量监控；5、验收方案。以上每项内容2分，满分10分，每缺少一项扣2分。其中每项方案内容存在一处缺陷扣1分。（以上缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失等）。</p>
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	<p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

# 投标文件封面

(项目名称)

# 投标文件封面

项目编号：**[230382]GZXM[GK]20230002**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

## 投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成人员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、鸡西市政府采购投标（响应）供应商权利和义务告知书
- 十五、各类证明材料



**格式一：**

投标承诺书

采购单位、国咨项目管理有限公司：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人\_\_\_\_\_ (加盖公章)

法定代表人\_\_\_\_\_ (签字)

授权委托人\_\_\_\_\_ (签字)

年 月 日

**格式二：**

《投标资格承诺函》

国咨项目管理有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

2.我公司作为本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人/单位负责人近3年内不具有行贿犯罪记录。

3.我公司在截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我公司未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。”的情形。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（单位盖章）：

日期:

格式三:

授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托\_\_\_\_\_ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: \_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人: \_\_\_\_\_ (加盖公章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字)

授权委托人: \_\_\_\_\_ (签字)

法定代表人身份证扫描件  国徽面	法定代表人身份证扫描件  人像面
授权委托人身份证扫描件  国徽面	授权委托人身份证扫描件  人像面

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式四:

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求 (如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等)。若有不符合或未按承诺履行的, 后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容 (如标的提供的时间、地点, 质保期等) 。

特此承诺。

投标人名称: (加盖公章)      法定代表人 (或授权代表) 签字或盖章

年月日

格式五: (工程类项目可不填写或不提供)

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
			.....			
2		★	2.1			
			2.2			
			.....			
.....						

说明:

1. 投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3. 佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。

4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

**格式九：**

分项报价明细表（网上开评标可不填写）

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

**格式十：（不属于可不填写内容或不提供）**

联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
- 2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
- 3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
- 4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。
- 5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
- 6.本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）  
联合体成员名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**格式十一：**

（未要求可不填写）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

**格式十二：**

项目组成人员一览表（未要求可不填写）

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

**注：**

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十三：

投标人业绩情况表（未要求可不填写）

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十四：

鸡西市政府采购投标（响应）供应商权利和义务告知书

为提升我市政府采购领域供应商主体感受，不断优化我市营商环境，作为\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）政府采购项目的投标（响应）供应商，现将你单位的相关权利和义务告知如下：

1. 我市在政府采购活动中停止收取政府采购文件费用。
2. 我市在政府采购活动中取消向供应商收取投标（响应）保证金。确需收取的项目采购人和代理机构必须经监管部门同意后，通过电子保函形式代替投标（响应）保证金。
3. 供应商应按照采购文件规定的采购需求、投标人（响应供应商）的资格条件、投标（响应）时间等要求进行投标（响应）。
4. 我市现全面推广以电子保函形式交纳履约保证金，供应商可通过黑龙江省政府采购网金融服务专栏提出担保申请。对黑龙江省政府采购供应商信用评价等级为A+级的供应商免收履约保证金，对信用评价等级为A级供应商鼓励采购人根据实际情况减、免履约保证金。
5. 我市已全面推广实施“政采贷”业务，供应商如有融资需求，可通过黑龙江省政府采购网金融服务专栏，向相关金融机构提出融资申请。
6. 对小微企业价格评审优惠政策。货物和服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为20%，工程项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为10%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，货物和服务采购项目价格扣除优惠幅度为6%，工程采购项目价格扣除优惠幅度为2%。
7. 采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，最长不超过30日，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订，合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果的，或者中标（成交）供应商放弃中标（成交）项目的，应当依法承担法律责任。
8. 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
9. 对适合首付制的采购项目，可按照采购文件规定签订合同，采购人应对中小微企业的首付款比例为合同总额的50%以上（含），对小微企业首付款比例为70%以上（含）。
10. 对于满足合同约定验收条件的，采购人原则上应于收到供应商验收申请后2个工作日内，最长不得超过3个工作日，组织并完成履约验收。采购人委托采购代理机构进行验收的，应当签订委托协议。中标（成交）供应商应当按照合同约定通知采购人或采购代理机构对其提供的货物、工程或者服务进行验收，并提供相关技术资料、合格证明以及验收所必须具备的其他材料，协助采购人或采购代理机构开展验收。
11. 对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整为由延迟付款。采购人不可以将采购文件和合同中未规定的义务作为向你单位付款的条件。
12. 根据鸡西市财政局关于转发《黑龙江省财政厅 黑龙江省营商环境建设监督局关于印发〈黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法〉等4个暂行办法的通知》（鸡财函〔2022〕262号）规定，中标（成交）供应商具有履约验收相互评价的权利，如遇采购人、代理机构存在恶意评分、违法违规等行为，可向当地财政部门反馈相关问题线索并提供佐证。

请贵方手写反馈如下内容：

（我公司已阅读并知晓上述权利和义务）

公司全称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

格式十五：

各类证明材料（未要求可不填写）

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供的其他资料。