

大庆市政府采购中心

竞争性谈判文件

项目名称：骨密度仪、**DR**、胃肠机、移动**DR**、乳腺机、车载式数字摄影系统设备更新改造贷款贴息项目

项目编号：**[230601]QC[TP]20220073**

第一章竞争性谈判邀请

大庆市政府采购中心受大庆油田总医院的委托，采用竞争性谈判方式组织采购骨密度仪、DR、胃肠机、移动DR、乳腺机、车载式数字摄影系统设备更新改造贷款贴息项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：骨密度仪、DR、胃肠机、移动DR、乳腺机、车载式数字摄影系统设备更新改造贷款贴息项目

批准文件编号：庆财采核字[2022]00473号

采购文件编号：[230601]QC[TP]20220073

2.谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	骨密度仪（双能X射线骨密度仪）	1	详见招标文件	1,500,000.00
2	DR（数字化医用X射线摄影系统）	1	详见招标文件	1,700,000.00
3	肠机（数字化透视摄影X射线系统）	1	详见招标文件	2,000,000.00
4	移动DR（数字化移动式摄影X射线机）	1	详见招标文件	1,880,000.00
5	乳腺机（数字乳腺X线系统）	1	详见招标文件	2,800,000.00
6	车载式数字摄影系统（车载X射线机）	1	详见招标文件	590,000.00

二.参加竞争性谈判的供应商要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.本项目的特定资质要求：

合同包1（骨密度仪（双能X射线骨密度仪））：

1)提供参与本标段投标供应商有效的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证

2)若所投产品为进口产品，则生产厂家直接参与投标的须提供生产资格证明文件。经销商参与投标的需提供所投产品生产厂家或中国总代理商或区域代理商出具的长期经销代理权或长期授权或针对本项目的授权书。中国总代理商或区域代理商出具长期经销代理权或长期授权或针对本项目的授权书的，需提供中国总代理商或区域代理商与生产厂家的关系证明材料。

3)提供所投产品有效的医疗器械注册证。

合同包2（DR（数字化医用X射线摄影系统））：

1)提供参与本标段投标供应商有效的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证

2)提供所投产品有效的医疗器械注册证。

合同包3（肠机（数字化透视摄影X射线系统））：

1)提供参与本标段投标供应商有效的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证

2)提供所投产品有效的医疗器械注册证。

合同包4（移动DR（数字化移动式摄影X射线机））：

1)提供参与本标段投标供应商有效的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证

2)提供所投产品有效的医疗器械注册证。

合同包5（乳腺机（数字乳腺X线系统））：

1)提供参与本标段投标供应商有效的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证

2)提供所投产品有效的医疗器械注册证。

合同包6（车载式数字摄影系统（车载X射线机））：

1)提供参与本标段投标供应商有效的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证

2)提供所投产品有效的医疗器械注册证。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

1.获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

2.获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

3.谈判文件获取方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目响应”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。

其他要求

1.本项目如采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目如采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

四.谈判文件售价

本次谈判文件的售价为 无 元人民币。

五.递交响应文件截止时间、开标时间及地点

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

谈判地点：详见谈判公告

评审时间：详见谈判公告

开标地点：详见谈判公告

六.询问提起与受理

项目经办人： 梁卫娜 电话： 0459-6158246

七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

项目经办人： 梁卫娜 电话： 0459-6158246

2.对评审过程和结果的质疑，提供纸质材料：

质疑经办人： 那连涛 联系方式： 459-5814305

八.联系方式：

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：大庆市政府采购中心

地址： 黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号

联系人： 梁卫娜

联系电话： 0459-6158246

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

2. 采购人信息

采购单位名称：大庆油田总医院

地址：大庆市萨尔图区中康街9号

联系人：那连涛

联系电话：0459-5814305

大庆市政府采购中心

第二章 采购人需求

一、项目概况：

项目概况

1、采购内容

设备名称：骨密度仪（双能X射线骨密度仪）

数量：1台

设备用途：人体骨矿及全身肌肉脂肪含量的测定，诊断骨质疏松症，预测骨折风险，监测骨质疏松疗效。

2、预算金额：150万

3、采购方式：推荐式竞争性谈判

4、接受进口

项目概况

1、采购内容

设备名称：DR（数字化医用X射线摄影系统）

数量：1台

设备用途：通过X射线系统和数字平板探测器成像捕获系统，能方便地对全身包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理

2、预算金额：170万

3、采购方式：推荐式竞争性谈判

项目概况

1、采购内容

设备名称：胃肠机（数字化透视摄影X射线系统）

数量：1套

设备用途：该设备应满足临床消化系造影、泌尿系造影、子宫输卵管造影、ERCP检查等常规放射诊断及治疗的需要；满足全身各部位血管及非血管介入治疗检查、临床应用及其他放射影像学应用，能实现全身各部位的平板数字化透视及数字化摄片，实现数字图像储存管理等功能。

2、预算金额：200万

3、采购方式：推荐式竞争性谈判

项目概况

1、采购内容

设备名称：移动DR（数字化移动式摄影X射线机）

数量：1台

设备用途：可适合病房、重症监护室、手术室等需要床旁数字X线摄影成像的需求，从而实现包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理。

2、预算金额：188万

3、采购方式：推荐式竞争性谈判

项目概况

1、采购内容

设备名称：乳腺机（数字乳腺X线系统）

数量：1台

设备用途：该设备应满足全乳腺的数字X线的二维及三维摄影；满足对乳腺纤维囊性改变、乳腺炎、乳腺增生、乳腺纤维腺瘤和乳腺癌等乳腺多发病和常见病的常规放射诊断及辅助治疗的需要；实现数字图像储存管理等功能。

2、预算金额：280万

3、采购方式：推荐式竞争性谈判

项目概况

1、采购内容

设备名称：车载式数字摄影系统（车载X射线机）

数量：1套

设备用途：体检车上装配，应用于在特殊条件下的X射线透视拍片检查，适用于疫情防控检查.体检科，急诊，下乡义诊，普通放射线科室等，与车上多种设备协同作业。

2、预算金额：59万

3、采购方式：推荐式竞争性谈判

合同包1（骨密度仪（双能X射线骨密度仪））

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后90个日历日内交货
标的提供的地点	大庆油田总医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例20%，由采购单位自行结算付款给供应商。签订合同后支付合同价款的20%。 2期：支付比例80%，在满足合同约定验收条件下，在3个工作日内完成验收，并在15日内将剩余80%合同价款支付到合同约定的供应商账户。
验收要求	1期：1、验收时,提供完整技术资料、提供完整的操作手册。2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。4、保修期内的开机率：保证开机率95%（按一年365天计算）。5、验收时,提供设备易损件及耗材的明细及价格。6、验收时,提供培训。7、提供2名维修工程师规范培训。
履约保证金	收取比例：5%,说明：1、中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金。2、中标后合同履约保证金按合同总价的5%，由中标供应商提交给采购单位。3、采购单位验收合格质保期满后无息退还给供应商。4、履约保证金可采用转账、电汇或担保形式缴纳。账户：大庆油田总医院开户银行：中国工商银行大庆市分行油田支行 账号：0905060109249005558
其他	质保期：质保期一年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
----	-----------	------	------	----	----	-----------	-----------	------	--------

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	骨密度仪（双能X射线骨密度仪）	套	1.0 000	1,500,000.0 0	1,500,000.0 0	工业	详见附表一

附表一：骨密度仪（双能X射线骨密度仪） 是否进口：是

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. X线源
	2	1.1.双能X线发生方式
	3	1.1.1.稳恒电压
	4	1.1.2.脉冲式产生高，低双能X线
★	5	1.2.双能的峰值范围：高能≥100Kv；低能≥50Kv
★	6	1.3.球管最大耐受电流≥10mA
★	7	1.4.球管热负荷：≥3000 BTU/小时
	8	1.5.球管冷却方式：完全油循环冷
★	9	1.6.扫描方式：连续直线全扇形束（非折返扫描）
	10	1.7.自动智能扫描：无需预扫.
	11	2. 探测器系统
	12	2.1. 探测器的种类为高分辨率多元陶瓷数字探测器
★	13	2.2.探测器个数：≥64个
	14	3. 扫描
★	15	3.1.开放式扫描床，床面可前后，左右移动。
	16	3.2.床面尺寸：长度≥202cm；宽度≥80cm
	17	3.3. 扫描台伸展面积 长度≥302cm；宽度≥150cm
★	18	3.4. 最大有效扫描视野：长度X宽度≥195cm X 65cm
	19	3.5.扫描时间：正位腰椎或髋关节标准扫描模式≤30秒；全身≤4.5分钟
	20	3.6.精确激光定位灯
	21	3.7. 全套扫描定位器
	22	3.8. 扫描精度
	23	3.8.1. 活体腰椎或髋关节：≤0.8%
	24	3.8.2. 对仿人体腰椎质控模块扫描的精度：≤0.8%
	25	3.8.3. 长期稳定性好，4年长期精度≤0.4%
	26	3.9. 病人最大承重≥204公斤
	27	3.10. 扫描臂距离扫描床距离≥ 60cm
	28	3.11. 工作噪音≤53.8dB
	29	4. 扫描部位及临床应用功能
	30	4.1. 正位脊柱扫描、评估
	31	4.2.侧位脊柱扫描、评估
	32	4.3. 单侧股骨扫描

	33	4.4. 双侧股骨自动扫描、评估
	34	4.5. 全身BMD扫描，并可进行四肢、胸部、腹部单独区域分析测量
	35	4.6. 全身肌肉/脂肪成分分析，并可进行四肢、胸部、腹部的单独区域分析测量
	36	4.7. 自动WHO体重指数评估
	37	4.8. 人工关节置换后的自动扫描、评估
	38	4.9. 前臂自动扫描、评估
	39	4.10. 全身任意感兴趣区域骨密度测量，分析
	40	5. 临床应用软件包
	41	5.1. 运行环境：WINDOWS 7 Professional Chinese Version
	42	5.2. 骨密度仪中文操作软件
	43	5.3. 骨密度及标准骨密度计算软件包
	44	5.4. NHANES 参照数据库
	45	5.5. 中国大陆人骨密度参考数据库
	46	5.6. 与前一次扫描结果对比分析
	47	5.7. 异常骨密度区域或金属自动排除软件
	48	5.8. 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性）
	49	5.9. 体重/种族差异校正软件
	50	5.10. T值和Z值分析软件
	51	5.11. 校准系统：含质量检测程序，QA态势分析及质检模
	52	5.12. 检测结果趋势分析软件
	53	5.13. 弯曲脊柱专用分析
	54	5.14. 扫描时自动对比该病人以往图像
	55	5.15. 中文多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测部位打印在一张报告上进行联合评估
	56	6. 计算机系统
	57	6.1. 主控计算机
	58	6.1.1. 电脑工作站双核3 GHz以上
	59	6.1.2. Win7 操作系统
	60	6.1.3. 内存：≥4GB
	61	6.1.4. 硬盘：≥500GB
	62	6.1.5. DVD±RW驱动器
	63	6.2. 显示器：≥19寸液晶显示器
	64	6.3. 彩色打印机
	65	7. 校准
	66	7.1. 自动质控测试程序
	67	7.2. 外校准系统---仿真人体脊柱体模
	68	7.3. 有时时内校准系统，可不断地对人体骨骼组织进行不间断校准，保证数据稳定性。
	69	加注“★”项为重要条款，若其中1条不满足将导致投标无效；其余非★项如有5条或5条以上不符则亦将视为投标无效。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包2（DR（数字化医用X射线摄影系统））

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	大庆油田总医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例20%，由采购单位自行结算付款给供应商。签订合同后支付合同价款的20%。 2期：支付比例80%，在满足合同约定验收条件下，在3个工作日内完成验收，并在15日内将剩余80%合同价款支付到合同约定的供应商账户。
验收要求	1期： 1、验收时,提供完整技术资料，提供完整的操作手册。 2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。 3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。 4、保修期内的开机率：保证开机率95%（按一年365天计算）。 5、验收时,提供设备易损件及耗材的明细及价格。 6、验收时,提供培训。
履约保证金	收取比例：5%,说明： 1、中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金。 2、中标后合同履约保证金按合同总价的5%，由中标供应商提交给采购单位。 3、采购单位验收合格质保期满后无息退还给供应商。 4、履约保证金可采用转账、电汇或担保形式缴纳。 账户：大庆油田总医院 开户银行：中国工商银行大庆市分行油田支行 账号：0905060109249005558
其他	质保期：质保期一年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	DR（数字化医用X射线摄影系统）	台	1.000	1,700,000.00	1,700,000.00	工业	详见附表一

附表一：DR（数字化医用X射线摄影系统） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一, 数字平板探测器, 数量 2 块
★	2	1, 建议与主机同一品牌碘化铯非晶硅平板探测器, 尺寸规格≥43厘米X 43厘米, 最大空间分辨率≥3.6线对/毫米, 探测器像素尺寸≤139微米, 采集矩阵≥3000 X 3000
	3	2, DQE量子捕获效率（最大值） ≥70%
	4	3, 探测器外形尺寸规格≤46厘米x 46厘米x1.5厘米
	5	4, 探测器重量≤4.7公斤
	6	5, A/D数模转换≥16比特
	7	6, 应用模式: 具备固定检查床及胸片架外的无线便携式工作模式, 还可以配置在胸片架或固定检查床中的应用模式
	8	二, X射线高压发生器
★	9	1, 建议设备配置的X射线高压发生器是DR主机原厂设计生产并与主机同一品牌。
	10	2, 高压产生方式: 最高开关频率≥240kHz

	11	3, 最大功率 ≥ 65 千瓦
	12	4, 管电压范围40-150千伏
	13	5, 具备自动曝光量控制功能
	14	6, 最短曝光时间 ≤ 1 毫秒
	15	7, 最长曝光时间 ≥ 6 秒
	16	8, 摄影最小管电流 ≤ 10 毫安; 摄影最大管电流 ≥ 800 毫安,
	17	9, 摄影最小电流时间积 ≤ 0.1 毫安秒; 摄影最大电流时间积 ≥ 800 毫安秒,
	18	10, 具备X射线发生器技术: 阴极灯丝特征发射特性曲线的校准方法; 阳极转速检测等
	19	三, X射线球管
	20	1, 双焦点, 焦点规格: 小焦点 ≤ 0.6 毫米, 大焦点 ≤ 1.2 毫米
	21	2, 小焦点功率 ≥ 27 千瓦, 大焦点功率 ≥ 75 千瓦
	22	3, 阳极热容量 ≥ 300 kHu
	23	4, 高速旋转阳极, 阳极转速 ≥ 8000 转/分钟
	24	四, X射线束光器
	25	1, 束光器具备手动调节投照视野方式以及根据预设自动控制投照视野
	26	2, 束光器有LED射野灯光定时控制开关
	27	3, 数字显示: SID, 纵横向束光位置, X射线滤波板选择
	28	4, 束光器内置多片可供组合附加滤过片, 可以组成多档位滤过板, 档位数量 ≥ 3 种
	29	五, 悬吊式X射线球管机架
★	30	1, 五自由度运动悬吊式X射线球管支架(水平面纵、横向、垂直方向; 围绕水平轴、垂直轴旋转)。X射线球管运动及旋转: 水平面X轴电动及手动驱动, 水平面Y轴电动及手动驱动, 垂直方向电动及手动升降, X射线球管围绕水平轴电动及电动旋转
	31	2, X射线球管移动范围: 水平面X轴 ≥ 300 厘米, 水平面Y轴 ≥ 200 厘米, 垂直方向升降 ≥ 150 厘米
	32	3, X射线球管旋转角度范围: 围绕垂直轴旋转角度范围 $\geq \pm 150$ 度; 管围绕水平轴旋转角度范围 $\geq \pm 170$ 度
	33	4, 悬吊X射线球管自动跟踪功能
	34	4.1, X射线球管可以垂直方向跟踪检查床面升降; X射线球管可以在垂直对中状态或倾斜角度状态跟踪检查床的探测托架(bucky)左右移动
	35	4.2, X射线球管可在垂直状态或倾斜状态下自动跟踪垂直或倾斜状态的胸片架探测器托架(bucky)升降; 水平状态的X射线球管可以垂直跟踪胸片架水平状态的探测器托架(bucky)垂直升降
	36	5, 悬吊X射线球管可在检查床及胸片架摄影位置进行全电动位置切换对中定位, 同时也可在胸片架100厘米及180厘米双位置电动切换定位
	37	6, X射线球管端近台操作控制
	38	6.1, 彩色触摸屏, 尺寸 ≥ 10 英寸
	39	6.2, 可以同步显示患者检查信息列表
	40	6.3, 可以同步进行曝光界面操作: SID、球管角度显示, 球采集界面包括患者姓名、性别、检查体位、KV与mAs的显示及调节, AEC显示及选择, 患者检查体型显示及设置, 滤过显示
	41	6.4, 显示采集后的预览图像, 并可确认操作
	42	7, X射线球管端状态指示灯可指示: 机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态

★	43	8, 红外遥控装置, 可以控制包含: 胸片架升降; 束光器视野、指示灯控制; 自动跟踪、自动定位等功能
	44	六, 胸片架装置
	45	1, 探测器托架 (bucky) 垂直移动范围 ≥ 145 厘米, 翻转角度 ≥ -20 度- $+90$ 度
	46	2, 探测器托架支持43厘米X 43厘米型探测器
	47	3, 电离室自动曝光
	48	4, 可更换滤线栅装置, 滤线栅密度 ≥ 44 线/厘米, 栅格比 $\geq 10:1$, 摄影焦距满足100厘米-180厘米
	49	5, 立柱顶端状态指示灯可指示: 机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态
	50	七, 固定检查床装置
	51	1, 床面四方向浮动、升降固定安装检查床, 可电动升降, 升降范围 ≥ 25 厘米
	52	2, 床面水平横向移动 $\geq \pm 14$ 厘米
	53	3, 床面水平纵向移动 $\geq \pm 38$ 厘米
	54	4, 检查床探测器托架 (bucky) 支持43厘米X43厘米规格探测器
	55	5, 脚踏式控制床面运动
	56	6, 可更换滤线栅装置, 滤线栅密度 ≥ 44 线/厘米, 栅格比 $\geq 10:1$
★	57	7, 床面最大承重 ≥ 290 KG, 床面侧导轨安装的控制手柄: 可控制检查床面升降及浮动
	58	8, 电离室自动曝光控制
	59	八, 主系统控制及图像处理系统
	60	1, 系统控制 (包含发生器) 与信息、图像控制一体化设计
	61	2, 具备触摸屏操作、键盘操作、鼠标操作模式
	62	3, 主机工作站硬盘容量 ≥ 500 G, 图像存贮容量不小于5000幅 (非压缩)
	63	4, CPU主频 ≥ 2.9 G
	64	5, 主机内存 ≥ 8 GB
	65	6, DVD光驱装置
	66	7, 监视器 (LCD) 尺寸 ≥ 19 英寸
	67	8, 接口支持: 通过以太网输出DICOM-3.0格式图像, 有传输、打印、存储、工作列表等功能
	68	9, 条形码病人信息输入
	69	10, 图像处理功能
	70	10.1, 图像放大功能
	71	10.2, 病人资料显示
	72	10.3, 边缘增强
	73	10.3, 亮度调节
	74	10.5, 对比度调节
	75	10.6, 图像反转
	76	10.7, 多频率窗/多灰度窗图像管理处理, 提高图像显示动态范围, 能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示
	77	10.8, 根据解剖部分自动进行图像优化处理
	78	10.9, 注释、测量功能
	79	10.11, 图像打印排版功能
	80	11, 具有中英文界面选择, 图形化摄影体位选择, 体型选择等功能

★	81	12, 高级图像处理软件及应用功能
	82	12.1, 管线增强显示成像软件
	83	12.2, 气胸可视化成像软件
	84	12.3, 智能虚拟滤线栅 (Smart Grid)
	85	12.4, 体检专用套件: 体检模式 尘肺病检查模式
	86	12.5, 骨抑制成像处理技术
	87	13, DR长型成像 (全自动图像拼接)
	88	13.1, 可以在医院或骨科诊所中自动的获取患者相关联的解剖部位的数字影像, 从而进一步生成全景图像, 自动计算、采集、拼接: 技师定义其感兴趣的区域, 该系统可以自动计算出所要采集的序列的数量, 定位机架系统做好采集准备, 按下曝光键, 系统可全自动实现整个过程
	89	13.2, 该功能可以完全在DR的一体化控制台上全自动的完成, 无需额外的图像处理工作站
	90	13.3, 该系统可以自动控制球管的角度摆动、相应的探测器位置跟踪对中 (非球管与探测器同步平行运动方式)。
	91	13.4, 在采集长度120厘米条件下, 最大连续曝光采集≤5幅影像 (站立位)
	92	13.5, 系统包含患者固定站立架、边侧滑槽及附件安转滑槽、一体化标尺, 患者固定扶手
	93	加注“★”项为重要条款, 若其中1条不满足将导致投标无效; 其余非★项如有5条或5条以上不符则亦将视为投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包3 (肠机 (数字化透视摄影X射线系统))

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	大庆油田总医院
投标有效期	从提交投标 (响应) 文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期: 支付比例20%, 由采购单位自行结算付款给供应商。签订合同后支付合同价款的20%。 2期: 支付比例80%, 在满足合同约定验收条件下, 在3个工作日内完成验收, 并在15日内将剩余80%合同价款支付到合同约定的供应商账户。
验收要求	1期: 1、验收时,提供完整技术资料, 提供完整的操作手册。 2、安装在医院指定地点, 供方负责装卸、搬运和安装费用, 达到验收标准。 3、维修响应速度: 2小时内响应, 接到故障电话后24小时内到达现场。 4、保修期内的开机率: 保证开机率95% (按一年365天计算)。 5、验收时,提供设备易损件及耗材的明细及价格。 6、验收时,提供培训。
履约保证金	收取比例: 5%,说明: 1、中标 (成交) 供应商签订合同前, 应向采购人提交履约保证金。 2、中标后合同履约保证金按合同总价的5%, 由中标供应商提交给采购单位。 3、采购单位验收合格质保期满后无息退还给供应商。 4、履约保证金可采用转账、电汇或担保形式缴纳。 账户: 大庆油田总医院 开户银行: 中国工商银行大庆市分行油田支行 账号: 0905060109249005558
其他	质保期: 质保期一年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	胃肠机（数字化透视摄影X射线系统）	台	1.0000	2,000,000.00	2,000,000.00	工业	详见附表一

附表一：胃肠机（数字化透视摄影X射线系统） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1, 多功能检查床系统,
	2	1.1, 床体结构及材质, 要求岛屿式一体化可倾斜床面遥控检查床, 带有消化系统造影专用压迫装置, 可进行遥控操作, 具有紧急刹车安全装置, 具有全数字化成像系统及单片片摄影及连续点片摄影功能; 采用低吸收剂量的碳素纤维高强度床板。
	3	1.2, 床体四周可接触患者, 要求满足
	4	1.3, 床体倾斜角度, $\geq -28 \sim +88$ 度
★	5	1.4, 床体升降功能, 要求具有升降功能, 最低床面高度 ≤ 75 cm, 最高床面高度 ≥ 90 cm
★	6	1.5, 倾斜投照角度, $\geq \pm 30$ 度
	7	1.6, 床面侧向移动范围, ≥ 14 cm
	8	1.7, 影像系统移动范围, ≥ 90 cm
	9	1.8, 源像距 (SID), ≥ 150 cm, 满足胸部摄影
	10	1.9, 压迫器压力, ≤ 80 N
	11	1.10, 滤线栅, 栅密度, ≤ 40 LP/cm
	12	1.11, 床体承重, ≥ 135 kg
	13	1.12, 立位碰撞保护, 床体在立位过程中具有碰撞保护功能
	14	2, 高压发生器系统,
	15	2.1, 高压产生方式, 要求采用高频逆变、微处理器控制技术
	16	2.2, 最大标称功率, ≥ 50 kW
	17	2.3, 摄影管电流, ≥ 630 mA
	18	2.4, 高压发生器频率, ≥ 50 kHz
	19	2.5, 最短曝光时间, ≤ 1 ms
	20	2.6, 最大透视管电流, ≤ 5 mA
	21	2.7, 最低透视管电流, ≤ 0.1 mA
	22	2.8, 脉冲透视帧频, ≥ 6 种
	23	2.9, 摄影方式, 要求具备点片摄影 / 直接摄影 / 连续摄影功能
	24	2.10, 解剖程序设定, ≥ 400 组
	25	2.11, 操作方式, 液晶触摸屏或鼠标键盘控制
	26	2.12, 故障自我诊断功能, 具有系统故障自我诊断功能, 摄影条件AEC全自动控制; 具有管电压自动适应功能
	27	3, X线球管系统,
	28	3.1, 球管阳极热容量, ≥ 400 kHu

★	29	3.2, 球管阳极旋转速度, ≥ 9500 转/分
★	30	3.3, 球管焦点, 双焦点, 小焦点 ≤ 0.6 mm, 大焦点 ≤ 1.2 mm
	31	3.4, 球管焦点功率, 小焦点 ≥ 35 kW;大焦点 ≥ 90 kW
	32	3.5, 最高使用管电压, ≥ 150 KV
	33	3.6, 束光器类型, 可自动及手动控制
	34	3.7, 曝光野指示灯, 要求具有
	35	4, 动态平板探测器系统,
	36	4.1, 数字化探测器材质, 数字化探测器, 非晶硅, 表面涂层硫化氧化二钼或碘化铯
★	37	4.2, 平板结构, 无线传输且平板可移出至床体外, 方便轮椅以及特殊体位拍摄
	38	4.3, 平板类型, 整板动态平板探测器, 要求透视检查及摄影检查均采用平板成像
	39	4.4, 摄片方式, 探测器须透视、摄影及连续摄影的需要
	40	4.5, 平板尺寸, ≥ 17 英寸 $\times 17$ 英寸, 平板尺寸可以根据拍片部位的需要进行大小调节
	41	4.6, 有效像素, > 680 万
	42	4.7, 像数尺寸, $\leq 160\mu\text{m}$
	43	4.8, 采集灰阶, ≥ 16 bit
	44	4.9, 空间分辨率, > 3.0 lp/mm
	45	4.10, 采集矩阵, $> 2.5\text{K} \times 2.6\text{K}$
	46	4.11, 从曝光到获得预示图像的最短时间, $\leq 3\text{s}$
	47	4.12, X光量子探测效率, $65\% @ (0 \text{ Lp/mm})$
	48	4.13, 平板视野, ≥ 5 视野
	49	5, 主机控制台系统,
	50	5.1, 控制台配置, 控制台配置, 可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等。
	51	5.2, 系统配置, CPU ≥ 3.1 GHz, 内存容量 $\geq 4\text{G}$
	52	5.3, 硬盘, SSD硬盘容量 $\geq 500\text{G}$
	53	5.4, DICOM3.0接口, 配有标准DICOM3.0输入输出接口, 具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取功能
	54	5.5, 操作系统, Unix、Linux或Windows10, 操作界面
	55	5.6, 显示器, ≥ 19 英寸专业显示器。
★	56	5.7, 显示器数量, ≥ 2 台
	57	6, 数字图像处理系统, 一套
★	58	6.1, 透视采集速度, $\geq 30 \text{ f/s}$
	59	6.2, 透视存储, ≥ 950 每序列
	60	6.3, 最大脉冲透视速率, $\geq 15 \text{ f/s} @ 1024 \times 1024$
	61	6.4, 最后图像保持功能, 要求具有
	62	6.5, 摄影采集速率, $\geq 15 \text{ f/s} @ 1024 \times 1024$
	63	6.6, 数字分隔摄影功能, 要求具有

	64	6.7, 硬盘存储, ≥60000f
	65	6.8, 图像外部存储, DVD-R
	66	6.9, 网络连通性, DICOM打印/存储/工作列表/MPPS
	67	6.10, 剂量显示功能, 要求具有
	68	6.11, 剂量报告, DICOM RDSR
	69	7, 图像处理功能,
	70	7.1, 实时动态高亮度控制功能, 要求具有
	71	7.2, 实时动态图像显示、回放功能, 要求具有
	72	7.3, 实时边缘增强功能, 要求具有
	73	7.4, 窗宽、窗位调整功能, 要求具有
	74	7.5, 图像放大及漫游显示功能, 要求具有
	75	7.6, 多幅显示功能, 要求具有
	76	7.7, 黑白反转功能, 要求具有
	77	7.8, 左右翻转功能, 要求具有
	78	7.9, 电子束光器功能, 要求具有
	79	7.10, 测量功能及注释功能, 要求具有
	80	7.11, AP/PA、L/R定位标记, 要求具有
★	81	7.12, 全脊柱、全下肢拼接功能, 要求具有
	82	8, 附件,
	83	8.1, 对讲系统, 要求配备
	84	8.2, 脚踏板、肩托架、手柄、钨餐杯、床垫, 要求配备
	85	9, 其他,
★	86	9.1, 所投机型高压发生器、球管、束光器及检查床系统等主要成像元器件为等为整机制造厂原厂生产,
	87	加注“★”项为重要条款, 若其中1条不满足将导致投标无效; 其余非★项如有5条或5条以上不符则亦将视为投标无效。
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包4 (移动DR (数字化移动式摄影X射线机))

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	大庆油田总医院
投标有效期	从提交投标 (响应) 文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期: 支付比例20%, 由采购单位自行结算付款给供应商。签订合同后支付合同价款的20%。 2期: 支付比例80%, 在满足合同约定验收条件下, 在3个工作日内完成验收, 并在15日内将剩余80%合同价款支付到合同约定的供应商账户。

验收要求	1期：1、验收时,提供完整技术资料，提供完整的操作手册。2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。4、保修期内的开机率：保证开机率95%（按一年365天计算）。5、验收时,提供设备易损件及耗材的明细及价格。6、验收时,提供培训。
履约保证金	收取比例：5%,说明：1、中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金。2、中标后合同履约保证金按合同总价的5%，由中标供应商提交给采购单位。3、采购单位验收合格质保期满后无息退还给供应商。4、履约保证金可采用转账、电汇或担保形式缴纳。账户：大庆油田总医院 开户银行：中国工商银行大庆市分行油田支行 账号：0905060109249005558
其他	质保期：质保期一年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	移动DR（数字化移动式摄影X射线机）	套	1.0000	1,880,000.00	1,880,000.00	工业	详见附表一

附表一：移动DR（数字化移动式摄影X射线机） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1, 数字平板探测器。数量1块
★	2	1.1, 该平板是非晶硅技术进口探测器，建议探测器与主机系统属于同一制造商企业集团生产。
	3	1.2, 探测器尺寸≥35厘米X 42厘米
	4	1.3, 探测器像素尺寸≤139微米，采集矩阵≥750万像素（2500x3000）
	5	1.4, 最大空间分辨率≥3.6线对/毫米
	6	1.5, 探测器外形尺寸规格≤39厘米x 46厘米x1.5厘米
	7	1.6, 探测器重量≤3.2公斤
	8	1.7, A/D数模转换≥16比特
	9	1.8, 在电池供电无线模式下，可支持曝光次数不少于340次（4-6小时内）
	10	1.9, 探测器电池可快速拆卸更换
	11	1.10, 探测器电池可通过设备主机上具备的双充电槽充电，同时还具备探测器在线直接充电模式。
★	12	1.11, 防尘防水标准达到IP57。
	13	1.12, 内置式第二块高性能电池，并可存储平板校准文件等
	14	1.13, 具备更换标准电池无需重新启动功能
	15	1.14, 探测器表面承重≥170公斤
	16	2, 系统控制及图像采集处理系统
★	17	2.1, 双显示器操作控制界面，主显示器≥19英寸，次显示器（球管端）≥8英寸，均可触摸屏操作。次监视器与主监视器功能同步，可以显示患者检查信息列表；采集界面包括患者姓名、性别、检查体位、KV与mAs的显示及调节，患者检查体型显示及设置；曝光后的预览图像显示等功能。
	18	2.2, 界面菜单为中文显示

	19	2.3, 主机工作站硬盘容量 $\geq 500G$, CPU $\geq 3.7G$, 系统内存 $\geq 16G$
	20	2.4, 接口支持: 通过以太网或无线方式输出DICOM-3.0格式图像,有传输/接收、打印、存储、查询、工作表等功能
	21	2.5, 操作系统:WINDOWS
	22	2.6, 图像处理功能
	23	2.6.1, 图像放大功能
	24	2.6.2, 病人资料显示
	25	2.6.3, 边缘增强
	26	2.6.4, 窗宽/窗位调节
	27	2.6.5, 动态范围调节
	28	2.6.6, 图像反转
	29	2.6.7, 多频率窗/多灰度窗图像管理处理, 提高图像显示动态范围, 能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示
	30	2.6.8, 根据解剖部分自动进行图像优化处理
	31	2.6.9, 图像排版功能
	32	2.6.10, 根据不同颜色对不同患者图像处理的结果进行分类显示
	33	2.7, ID身份识别卡系统, 可通过读取ID卡自动完成系统登录, 配12张ID卡。
	34	2.8, SmartGrid (虚拟滤线栅软件) (软件需具备CFDA国家食品药品监督管理局的软件注册认证, 谈判现场无需提供认证证书, 供货前由采购单位核验)。
	35	3, X线高压发生器及球管
★	36	3.1, 发生器最大输出电功率 ≥ 32 千瓦
	37	3.2, 千伏范围 40-150千伏, 每1千伏调节
	38	3.3, 最高毫安 ≥ 400 毫安
	39	3.4, X线发生器曝光由自带充电电池系统支持
	40	3.5, 系统电源要求 100-240伏, 50/60Hz, 电源容量 ≤ 1.5 kw
	41	3.6, 双焦点X线球管, 焦点尺寸 $\leq 0.6/1.2$ mm
	42	3.7, X线球管阳极热容量 ≥ 300 khu
	43	3.8, 红外遥控曝光装置
	44	4, 机身及运动部件
★	45	4.1, X线球管支撑运动结构为垂直升降立柱与水平伸缩横臂结构
	46	4.1.1, X线球管立柱可垂直升降, 球管横臂垂直升降范围 ≥ 130 厘米,
	47	4.1.2, X线球管立柱可左右旋转, 旋转范围 $\geq \pm 270$ 度
	48	4.1.3, X线球管水平横臂可前后水平伸缩, 伸缩范围 ≥ 45 厘米,球管焦点距离立柱中心最大伸展距离 ≥ 130 厘米.
	49	4.1.4, X线球管左右旋转角度范围 ≥ 300 度
	50	4.1.5, X线球管可前后摆动, 角度范围 ≥ 90 度
	51	4.1.6, X线束光器可旋转, 角度范围 $\geq \pm 90$ 度
	52	4.1.7, 各方向运动、旋转通过电磁锁止方式控制
	53	4.2, 双电机独立驱动方式

	54	4.3, 机身最小外形规格, 长x宽x高(驱动状态) ≤130X59X 140厘米
★	55	4.4, 双探测器电池独立充电槽, 三槽探测器存储槽(最大支持4343探测器)
	56	4.5, 探测器存储槽
	57	4.6, 便携式滤线器存储槽
	58	4.7, 文本、铅字、消毒液、手套等相对应专设储存位置
	59	4.8, 条形码阅读器
	60	4.9, 前置式触碰安全停止开关
	61	加注“★”项为重要条款, 若其中1条不满足将导致投标无效; 其余非★项如有5条或5条以上不符则亦将视为投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包5(乳腺机(数字乳腺X线系统))

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	大庆油田总医院
投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期: 支付比例20%, 由采购单位自行结算付款给供应商。签订合同后支付合同价款的20%。 2期: 支付比例80%, 在满足合同约定验收条件下, 在3个工作日内完成验收, 并在15日内将剩余80%合同价款支付到合同约定的供应商账户。
验收要求	1期: 1、验收时,提供完整技术资料, 提供完整的操作手册。2、安装在医院指定地点, 供方负责装卸、搬运和安装费用, 达到验收标准。3、维修响应速度: 2小时内响应, 接到故障电话后24小时内到达现场。4、保修期内的开机率: 保证开机率95%(按一年365天计算)。5、验收时,提供设备易损件及耗材的明细及价格。6、验收时,提供培训。7、提供3名维修工程师规范培训。
履约保证金	收取比例: 5%,说明: 1、中标(成交)供应商签订合同前, 应向采购人提交履约保证金。2、中标后合同履约保证金按合同总价的5%, 由中标供应商提交给采购单位。3、采购单位验收合格质保期满后无息退还给供应商。4、履约保证金可采用转账、电汇或担保形式缴纳。账户: 大庆油田总医院 开户银行: 中国工商银行大庆市分行油田支行 账号: 0905060109249005558
其他	质保期: 质保期一年

2.技术标准与要求

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	乳腺机(数字乳腺X线系统)	套	1.0000	2,800,000.00	2,800,000.00	工业	详见附表一

附表一: 乳腺机(数字乳腺X线系统) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1, X线球管组件参数要求: , X线球管组件参数要求:
	2	1.1, 阳极材质要求: , 阳极材质需采用钨靶;
	3	1.2, 阳极靶角要求: , 阳极需为双靶角设计, 大焦点需为16°小焦点需为10°;
★	4	1.3, 阳极热容量要求:, 阳极热容量需≥300KHU。
	5	1.4, 阳极散热率要求: , 阳极散热率≥60KHu/分
	6	1.5, 管套热容量要求: , 管套热容量≥500KHU
	7	1.6, 管套散热率要求: , 管套散热率≥100W
	8	1.7, 阳极转速要求: , 阳极转速≥10000 转/分
	9	2, 平板探测器参数要求: , 平板探测器参数要求:
	10	2.1, 平板设计要求: , 需采用非拼接整板设计;
★	11	2.2, 平板成像技术要求: , 直接数字化成像技术: 可将X线直接转化为数字信号
	12	2.3, 平板材质要求: , 需为非晶硒或其他直接数字化成像材质;
★	13	2.4, 探测器成像视野要求: , 探测器有效成像视野需≥24×30cm;
	14	2.5, 探测器空间分辨率要求: , 探测器空间分辨率需≥5.8lp/mm;
	15	2.6, 像素要求: , 像素大小需≤90μm;
	16	2.7, 图像灰阶度要求: , 图像灰阶度需≥16bit。
	17	3, 高压发生器参数要求: , 高压发生器参数要求:
	18	3.1, 高压发生器设计要求: , 需为高频逆变式设计;
	19	3.2, 功率要求: , 功率需≥4.9KW;
	20	3.3, 最大曝光电压要求: , 最大曝光电压需≥49KV,
	21	3.4, 最小曝光电压要求: , 最小曝光电压需≤21KV。
	22	4, 曝光控制, 曝光控制
	23	4.1, 曝光模式要求: , 设备需支持手动和自动曝光(AEC)
	24	4.2, 曝光预设要求: , 自动曝光(AEC)可选预设≥7个
	25	5, 压迫系统参数要求: , 压迫系统参数要求:
	26	5.1, 压迫板数量要求: , 需提供不少于两种尺寸的压迫板;
	27	5.2, 压迫功能要求: , 需具备手动压迫功能、智能变速压迫功能;
	28	5.3, 压迫板释放功能要求: , 压迫板需支持曝光后自动释放功能和紧急释放功能。
	29	5.4, 显示屏要求: , 压迫系统上具备显示屏, 可显示厚度、压力、 AEC位置、角度。
	30	5.5, 点压要求: , 支持点压tomo拍摄
	31	5.6, 局部放大要求: , 需配备局部放大摄影功能, 具备放大倍数需≥2个;
	32	6, 机架具体参数要求: , 机架具体参数要求:
	33	6.1, 机架设计要求: , 需采用C型臂设计;
	34	6.2, 机架旋转要求: , C臂支持一键自动旋转到 LCC, RCC, LMLO, RMLO;
★	35	6.3, SID要求: , SID≥66cm
	36	6.4, 紧急按钮要求: , 机架两侧具有紧急停止按钮和位置锁止按钮

	37	6.5, 摆位避让要求: , 具备摆位避让功能: 斜侧位摆位时, 球管与探测器平板可执行大角度分离, 方便技师完成摆位;
	38	7, 数字乳腺三维体层摄影功能要求: , 数字乳腺三维体层摄影功能要求:
	39	7.1, 断层摄影要求: , 需具有三维断层摄影功能, 球管曝光完成后需可自动复位;
	40	7.2, 二维摄影要求: , 需支持单独二维摄影模式、体层摄影模式和组合摄影模式等;
	41	7.3, 断层摄影曝光次数要求: , 单个断层体位的采集曝光次数需 ≥ 15 次;
★	42	7.4, 三维断层扫描角度要求: , 三维断层扫描角度范围: $\geq 25^\circ$;
★	43	7.5, 断层扫描采集时间要求: , 单次断层扫描采集时间 ≤ 10 秒;
	44	7.6, 断层图像灰阶要求: , 断层图像灰阶深度: ≥ 16 bits;
	45	8, 图像采集工作站具体参数要求: , 图像采集工作站具体参数要求:
	46	8.1, 显示屏要求: , 配备显示屏 ≥ 2 个: 其中图像预览屏分辨率需 ≥ 2 MP
	47	8.2内存要求: , 工作站内存需 ≥ 16 GB;
	48	8.3, 硬盘要求: , 工作站硬盘需 ≥ 2 TB;
	49	8.4, 数据传输要求: , 具有DICOM数据输出接口;
	50	9, 图像后处理工作站具体参数要求: , 图像后处理工作站具体参数要求:
	51	9.1, 显示屏要求: , 需配备 ≥ 5 M医用灰阶显示器2台
	52	9.2, 功能要求: , 需具有图像测量功能, 需具有诊断报告编辑功能; 需具有图像排版和输出打印等功能; 需具有数据库备份/恢复、数据库压缩、图像备份和图像数据传输等功能;
	53	9.3, 数据传输要求: , 需具有DICOM3.0数据接口, 可实现图像数据传输、存储、查询、打印等功能;
	54	9.4, 图像浏览要求: , 需支持2D图像、断层图像浏览;
	55	9.5, 断层图像回放要求: , 支持断层图像电影回放功能;
	56	10, 设备需具有乳腺AI智能诊断分析功能, 设备需具有乳腺AI智能诊断分析功能
★	57	10.1, 注册证要求: , 该系统已获得医疗器械注册证批准使用(谈判现场无需提供证书, 成交供应商在供货前提供, 由采购单位核验): 适用于乳腺X射线影像的处理、乳腺X影像智能分析;
	58	10.2, 硬件系统配备要求: , 硬件系统配备: 内存 ≥ 16 GB, 硬盘 ≥ 4 TB, GPU ≥ 8 GB
	59	10.3, 自动检出要求: , 支持自动检出乳腺病灶, 包括: 肿块、钙化、腋窝淋巴结肿大等10种以上病灶检出;
	60	10.4, 病症分析要求: , 支持对肿块、钙化、乳头回缩、腋窝淋巴结肿大等10种以上异常征象的性状进行分析;
	61	10.5, 报告自动生成要求: , 支持病灶BI-RADS分类功能和自动生成结构化报告功能;
	62	加注“★”项为重要条款, 若其中1条不满足将导致投标无效; 其余非★项如有5条或5条以上不符则亦将视为投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包6(车载式数字摄影系统(车载X射线机))

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	大庆油田总医院
投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天

付款方式	1期：支付比例20%，由采购单位自行结算付款给供应商。签订合同后支付合同价款的20%。 2期：支付比例80%，在满足合同约定验收条件下，在3个工作日内完成验收，并在15日内将剩余80%合同价款支付到合同约定的供应商账户。
验收要求	1期：1、验收时,提供完整技术资料，提供完整的操作手册。2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。4、保修期内的开机率：保证开机率95%（按一年365天计算）。5、验收时,提供设备易损件及耗材的明细及价格。6、验收时,提供培训。
履约保证金	收取比例：5%,说明：1、中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金。2、中标后合同履约保证金按合同总价的5%，由中标供应商提交给采购单位。3、采购单位验收合格质保期满后无息退还给供应商。4、履约保证金可采用转账、电汇或担保形式缴纳。账户：大庆油田总医院开户银行：中国工商银行大庆市分行油田支行 账号：0905060109249005558
其他	质保期：质保期一年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	车载式数字摄影系统（车载X射线机）	台	1.0000	590,000.00	590,000.00	工业	详见附表一

附表一：车载式数字摄影系统（车载X射线机） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1适用范围：产品安装于特定医疗车上，在远离医院的现场进行胸部数字化X射线摄影检查和诊断。
★	2	2固定式数字化平板探测器，非移动平板。
	3	2.1有效范围≥17"×17"，像素总和≥930万，整板结构
	4	2.2探测器影像数据检测矩阵≥3072×3072
	5	2.3探测器单元尺寸≤139um
	6	2.4探测器材料：非晶硅
★	7	2.5动态范围≥16bit
	8	2.6空间分辨率≥3.6LP/mm
	9	2.7平板供电形式非电池供电，非电容供电
	10	2.8像素填充率不低于100%
	11	3 X线球管
	12	3.1 阳极热容量≥300KHU
★	13	3.2高速球管，球管阳极旋转速度≥10000rpm
	14	3.3球管功率≥77KW
	15	3.4双焦点≤0.6mm（小焦点）/1.2mm（大焦点）

	16	3.5管电压范围：40-150KVP
	17	3.6管组件热容量：930kj
	18	3.7靶面材料：铯钨钼
	19	4.储能式高频逆变高压发生器
★	20	4.1输出功率≥50KW，最大电流时间乘积≥0.1-125mAs
★	21	4.2高频≥400KHZ
	22	4.3输出电压：40-150KV
	23	4.4最大管电流≥10-630mA
	24	4.5加载时间调节范围≥1.0~6300ms
	25	4.6输入电源：~220Vac
	26	4.7最短曝光时间≤1ms
	27	4.8集成的系统操作工作台，可控制X线发生器、影像探测器、图像显示及图像传输
	28	5.立柱式球管支撑装置
	29	5.1胸片架升降定位时，球管能自动与胸片架联动，保持自动对中。
	30	5.2球管上下移动范围≥420mm
	31	5.3探测器上下移动范围≥420mm
	32	5.4SID：1800mm
	33	6.采集工作站
	34	6.1屏幕尺寸≥19"
	35	6.2类型：黑白/彩色液晶
	36	6.3分辨率（象素矩阵）≥1280×1024
	37	6.4亮度最大值≥250cd/m ²
	38	6.5符合GB4943信息安全标准
	39	加注“★”项为重要条款，若其中1条不满足将导致投标无效；其余非★项如有3条或3条以上不符则亦将视为投标无效。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第三章 供应商须知

一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	庆财采核字[2022]00473号
2	项目编号	[230601]QC[TP]20220073
3	项目名称	骨密度仪、DR、胃肠机、移动DR、乳腺机、车载式数字摄影系统设备更新改造贷款贴息项目
4	包组情况	共6包
5	采购资金预算金额	10,470,000.00

6	采购方式	竞争性谈判
7	开标方式	不见面开标
8	评标方式	现场网上评标
9	评标办法	合同包1（骨密度仪（双能X射线骨密度仪））：最低评标价法 合同包2（DR（数字化医用X射线摄影系统））：最低评标价法 合同包3（肠机（数字化透视摄影X射线系统））：最低评标价法 合同包4（移动DR（数字化移动式摄影X射线机））：最低评标价法 合同包5（乳腺机（数字乳腺X线系统））：最低评标价法 合同包6（车载式数字摄影系统（车载X射线机））：最低评标价法
10	现场踏勘	否
11	保证金缴纳截止时间（同递交响应文件截止时间）	详见采购公告
12	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
13	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
14	响应文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）{{非加密电子版响应文件数}}份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。 （3）纸质响应文件正本 {{纸质响应文件正本}} 份，纸质响应文件副本 {{纸质响应文件副本}} 份。
15	中标候选人推荐家数	合同包1（骨密度仪（双能X射线骨密度仪））： 3 合同包2（DR（数字化医用X射线摄影系统））： 3 合同包3（肠机（数字化透视摄影X射线系统））： 3 合同包4（移动DR（数字化移动式摄影X射线机））： 3 合同包5（乳腺机（数字乳腺X线系统））： 3 合同包6（车载式数字摄影系统（车载X射线机））： 3
16	中标供应商确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
17	备选方案	不允许
18	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受 包3： 不接受 包4： 不接受 包5： 不接受 包6： 不接受
19	代理服务费收取方式	不收取。

20	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>骨密度仪（双能X射线骨密度仪）：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>DR（数字化医用X射线摄影系统）：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>肠机（数字化透视摄影X射线系统）：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>移动DR（数字化移动式摄影X射线机）：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>乳腺机（数字乳腺X线系统）：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>车载式数字摄影系统（车载X射线机）：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	---

21	电子招投标	<p>各响应供应商须在响应截止时间前上传加密的电子响应文件至“黑龙江省项目采购电子交易系统”。且需携带响应单位有效CA前往开标现场。各响应供应商未在响应截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃响应。响应供应商所编制的电子响应文件、开标时递交的U盘（或光盘）存储的非加密响应文件内容应一致。投标供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话：4009985566按5转1。</p> <p>1、本项目采用电子开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，改为非加密电子响应文件开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对加密电子响应文件进行评审，如在评标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子评标时，改为非加密电子响应文件评标。</p> <p>2、定义：</p> <p>（1）电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用单位电子公章完成加密后，成功上传至黑龙江省项目采购电子交易系统的最终版指定格式电子响应文件；</p> <p>（2）非加密电子版响应文件是指存储在U盘（或光盘）中的响应文件。</p> <p>3、使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供响应供应商刻录使用。U盘（或光盘）由响应供应商自行刻录、存储，响应供应商必须保证电子存储设备能够正常读取。U盘（或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、响应单位名称等信息。</p> <p>4、响应供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，响应供应商应当使用CA在采购代理机构设置的时间内完成响应文件在线解密。</p> <p>5、开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构视其为无效投标：</p> <p>（1）经检查数字证书无效的响应文件；</p> <p>（2）投标供应商应在采购代理机构设置的时间内完成解密，因自身原因造成电子响应文件未能解密的；</p> <p>（3）开标现场无法使用系统进行电子开评标时，响应供应商未按招标文件要求提供非加密电子响应文件的；</p> <p>（4）逾期送达或者未按照招标文件要求密封的响应文件。</p> <p>6、本招标项目的响应供应商必须在开标时间开始后完成所投全部包组的电子响应文件在线解密。投标供应商必须保证在采购代理机构设置的时间内完成全部包组的电子响应文件解密。</p>
22	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>

23	其他	质保期，质保期一年 质保期，质保期一年 质保期，质保期一年 质保期，质保期一年 质保期，质保期一年 质保期，质保期一年
24	项目兼投兼中规则	兼投兼中：本项目兼投兼中。
25	报价区间	各合同包报价不超过预算总价
26	报价形式	合同包1（骨密度仪（双能X射线骨密度仪））:总价 合同包2（DR（数字化医用X射线摄影系统））:总价 合同包3（肠机（数字化透视摄影X射线系统））:总价 合同包4（移动DR（数字化移动式摄影X射线机））:总价 合同包5（乳腺机（数字乳腺X线系统））:总价 合同包6（车载式数字摄影系统（车载X射线机））:总价

二.响应须知

1.响应方式

1.1 响应方式采用网上响应，流程如下：

供应商应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作响应文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2缴纳保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退保证金，每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行响应信息确认后，应通过应标管理-已响应的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为响应单位全称且与响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3查看响应状况。通过应标管理-已响应的项目可查看已响应项目信息。

2.特别提示：

2.1 由于保证金到账需要一定时间，请供应商在递交响应文件截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

1.1本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和黑龙江省有关法律、法规、规章制度编制。

1.2供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为谈判文件的组成部分），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

1.3本次公开采购项目，是以谈判公告的方式邀请非特定的供应商参加响应。

2.适用范围

2.1本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所涉及的项目和内容。

3.响应费用

3.1供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指大庆油田总医院。

4.2“采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。本谈判文件的采购代理机构特指大庆市政府采购中心。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5“成交人”是指经谈判小组评审确定的对谈判文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本谈判文件规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式响应的，应符合以下规定

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7响应时，应以联合体协议中确定的主体方名义响应，以主体方名义缴纳保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人按谈判文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据，不构成对谈判文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.谈判文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构需对谈判文件作实质性变动的，应当在规定的截止时间前3个工作日以公告形式告知所有参加谈判的供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五、响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2.响应报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容及要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。响应总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 响应报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于谈判文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还保证金。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其保证金。

4. 保证金

4.1 保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和谈判文件本章“响应须知”规定的保证金缴纳要求递交保证金，并作为其响应文件的组成部分。

4.2 保证金的退还：

(1) 供应商在递交截止时间前放弃响应的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未成交人保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 成交人保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

(1) 成交后，无正当理由放弃中标资格；

(2) 成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

(3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；

(4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

(6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

5. 响应文件的修改和撤回

5.1 供应商在提交递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

5.2 在提交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

6. 响应文件的递交

6.1 在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点或模式进行响应的概不负责。

7. 样品（演示）

7.1 谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2 开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，成交人与采购人共同清点、检查和密封样品，由成交人送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、成交通知书发放

1.开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称；
- (4) 开标结束，响应文件移交谈判小组。

1.2开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3备注说明：

1.3.1若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。/p>

1.3.2若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码；在系统约定时间内使用 CA 证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效响应。

1.3.3供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

3.1成交供应商确定后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网、黑龙江省公共资源交易网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

3.2项目废标后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网、黑龙江省公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.成交通知书发放

4.1发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录黑龙江省政府采购网--政府采购云平台打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

4.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之

日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

注：对谈判文件质疑的，还需提供供应商首次下载采购文件的时间截图。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1 具体格式见本谈判文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2 《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

成交人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照谈判文件、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标供应商）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1) 合同格式以及合同条款

(2) 中标结果公告及中标通知书

(3) 谈判文件

(4) 响应文件

(5) 变更合同

2. 本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

3. 合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

4. 付款方式及时间

***（见谈判文件第四章）

5. 交货安装

交货时间：

交货地点：

6. 质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

7. 包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

8.运输要求

- (1) 运输方式及线路:
- (2) 运输及相关费用由乙方承担。

9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

10.验收

- (1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。
- (2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。
- (3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

11.售后服务

- (1) 乙方应按谈判文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
- (2) 其他售后服务内容： （响应文件售后承诺等）

12.违约条款

- (1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。
- (2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

14.争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

- (1) 提交 仲裁委员会仲裁。
- (2) 向 人民法院起诉。

15.合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章） 乙方： （章）
采购方法人代表： （签字） 供应商法人代表： （签字）
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
联系电话： 联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**

名称	品牌、规格、标准/主要内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
合计：人民币大写：**元整						¥：**

第四章 谈判内容与技术要求

一、项目概况：

项目概况

1、采购内容

设备名称：骨密度仪（双能X射线骨密度仪）

数量：1台

设备用途：人体骨矿及全身肌肉脂肪含量的测定，诊断骨质疏松症，预测骨折风险，监测骨质疏松疗效。

2、预算金额：150万

3、采购方式：推荐式竞争性谈判

4、接受进口

项目概况

1、采购内容

设备名称：DR（数字化医用X射线摄影系统）

数量：1台

设备用途：通过X射线系统和数字平板探测器成像捕获系统，能方便地对全身包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理

2、预算金额：170万

3、采购方式：推荐式竞争性谈判

项目概况

1、采购内容

设备名称：胃肠机（数字化透视摄影X射线系统）

数量：1套

设备用途：该设备应满足临床消化系造影、泌尿系造影、子宫输卵管造影、ERCP检查等常规放射诊断及治疗的需要；满足全身各部位血管及非血管介入治疗检查、临床应用及其他放射影像学应用，能实现全身各部位的平板数字化透视及数字化摄片，实现数字图像储存管理等功能。

2、预算金额：200万

3、采购方式：推荐式竞争性谈判

项目概况

1、采购内容

设备名称：移动DR（数字化移动式摄影X射线机）

数量：1台

设备用途：可适合病房、重症监护室、手术室等需要床旁数字X线摄影成像的需求，从而实现包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理。

2、预算金额：188万

3、采购方式：推荐式竞争性谈判

项目概况

1、采购内容

设备名称：乳腺机（数字乳腺X线系统）

数量：1台

设备用途：该设备应满足全乳腺的数字X线的二维及三维摄影；满足对乳腺纤维囊性改变、乳腺炎、乳腺增生、乳腺纤维腺瘤和乳腺癌等乳腺多发病和常见病的常规放射诊断及辅助治疗的需要；实现数字图像储存管理等功能。

2、预算金额：280万

3、采购方式：推荐式竞争性谈判

项目概况

1、采购内容

设备名称：车载式数字摄影系统（车载X射线机）

数量：1套

设备用途：体检车上装配，应用于在特殊条件下的X射线透视拍片检查，适用于疫情防控检查.体检科，急诊，下乡义诊，普通放射线科室等，与车上多种设备协同作业。

2、预算金额：59万

3、采购方式：推荐式竞争性谈判

合同包1（骨密度仪（双能X射线骨密度仪））

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后90个日历日内交货
标的提供的地点	大庆油田总医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例20%，由采购单位自行结算付款给供应商。签订合同后支付合同价款的20%。 2期：支付比例80%，在满足合同约定验收条件下，在3个工作日内完成验收，并在15日内将剩余80%合同价款支付到合同约定的供应商账户。
验收要求	1期：1、验收时,提供完整技术资料、提供完整的操作手册。2、安装在医院指定地点,供方负责装卸、搬运和安装费用,达到验收标准。3、维修响应速度：2小时内响应,接到故障电话后24小时内到达现场。4、保修期内的开机率：保证开机率95%（按一年365天计算）。5、验收时,提供设备易损件及耗材的明细及价格。6、验收时,提供培训。7、提供2名维修工程师规范培训。
履约保证金	收取比例：5%,说明：1、中标（成交）供应商签订合同前,应向采购人提交履约保证金。2、中标后合同履约保证金按合同总价的5%,由中标供应商提交给采购单位。3、采购单位验收合格质保期满后无息退还给供应商。4、履约保证金可采用转账、电汇或担保形式缴纳。账户：大庆油田总医院开户银行：中国工商银行大庆市分行油田支行 账号：0905060109249005558
其他	质保期：质保期一年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
----	-----------	------	------	----	----	-----------	-----------	------	--------

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	骨密度仪 (双能X射线骨密度仪)	套	1.0 000	1,500,000.0 0	1,500,000.0 0	工业	详见附表一

附表一：骨密度仪 (双能X射线骨密度仪) 是否进口：是

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. X线源
	2	1.1.双能X线发生方式
	3	1.1.1.稳恒电压
	4	1.1.2.脉冲式产生高，低双能X线
★	5	1.2.双能的峰值范围：高能≥100Kv；低能≥50Kv
★	6	1.3.球管最大耐受电流≥10mA
★	7	1.4.球管热负荷：≥3000 BTU/小时
	8	1.5.球管冷却方式：完全油循环冷
★	9	1.6.扫描方式：连续直线全扇形束（非折返扫描）
	10	1.7.自动智能扫描：无需预扫.
	11	2. 探测器系统
	12	2.1. 探测器的种类为高分辨率多元陶瓷数字探测器
★	13	2.2.探测器个数：≥64个
	14	3. 扫描
★	15	3.1.开放式扫描床，床面可前后，左右移动。
	16	3.2.床面尺寸：长度≥202cm；宽度≥80cm
	17	3.3. 扫描台伸展面积 长度≥302cm；宽度≥150cm
★	18	3.4. 最大有效扫描视野：长度X宽度≥195cm X 65cm
	19	3.5.扫描时间：正位腰椎或髋关节标准扫描模式≤30秒；全身≤4.5分钟
	20	3.6.精确激光定位灯
	21	3.7. 全套扫描定位器
	22	3.8. 扫描精度
	23	3.8.1. 活体腰椎或髋关节：≤0.8%
	24	3.8.2. 对仿人体腰椎质控模块扫描的精度：≤0.8%
	25	3.8.3. 长期稳定性好，4年长期精度≤0.4%
	26	3.9. 病人最大承重≥204公斤
	27	3.10. 扫描臂距离扫描床距离≥ 60cm
	28	3.11. 工作噪音≤53.8dB
	29	4. 扫描部位及临床应用功能
	30	4.1. 正位脊柱扫描、评估
	31	4.2.侧位脊柱扫描、评估
	32	4.3. 单侧股骨扫描

33	4.4. 双侧股骨自动扫描、评估
34	4.5. 全身BMD扫描，并可进行四肢、胸部、腹部单独区域分析测量
35	4.6. 全身肌肉/脂肪成分分析，并可进行四肢、胸部、腹部的单独区域分析测量
36	4.7. 自动WHO体重指数评估
37	4.8. 人工关节置换后的自动扫描、评估
38	4.9. 前臂自动扫描、评估
39	4.10. 全身任意感兴趣区域骨密度测量，分析
40	5. 临床应用软件包
41	5.1. 运行环境：WINDOWS 7 Professional Chinese Version
42	5.2. 骨密度仪中文操作软件
43	5.3. 骨密度及标准骨密度计算软件包
44	5.4. NHANES 参照数据库
45	5.5. 中国大陆人骨密度参考数据库
46	5.6. 与前一次扫描结果对比分析
47	5.7. 异常骨密度区域或金属自动排除软件
48	5.8. 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性）
49	5.9. 体重/种族差异校正软件
50	5.10. T值和Z值分析软件
51	5.11. 校准系统：含质量检测程序，QA态势分析及质检模
52	5.12. 检测结果趋势分析软件
53	5.13. 弯曲脊柱专用分析
54	5.14. 扫描时自动对比该病人以往图像
55	5.15. 中文多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测部位打印在一张报告上进行联合评估
56	6. 计算机系统
57	6.1. 主控计算机
58	6.1.1. 电脑工作站双核3 GHz以上
59	6.1.2. Win7 操作系统
60	6.1.3. 内存：≥4GB
61	6.1.4. 硬盘：≥500GB
62	6.1.5. DVD±RW 驱动器
63	6.2. 显示器：≥19寸液晶显示器
64	6.3. 彩色打印机
65	7. 校准
66	7.1. 自动质控测试程序
67	7.2. 外校准系统---仿真人体脊柱体模
68	7.3. 有时时内校准系统，可不断地对人体骨骼组织进行不间断校准，保证数据稳定性。
69	加注“★”项为重要条款，若其中1条不满足将导致投标无效；其余非★项如有5条或5条以上不符则亦将视为投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包2（DR（数字化医用X射线摄影系统））

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	大庆油田总医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例20%，由采购单位自行结算付款给供应商。签订合同后支付合同价款的20%。 2期：支付比例80%，在满足合同约定验收条件下，在3个工作日内完成验收，并在15日内将剩余80%合同价款支付到合同约定的供应商账户。
验收要求	1期： 1、验收时,提供完整技术资料，提供完整的操作手册。 2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。 3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。 4、保修期内的开机率：保证开机率95%（按一年365天计算）。 5、验收时,提供设备易损件及耗材的明细及价格。 6、验收时,提供培训。
履约保证金	收取比例：5%,说明： 1、中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金。 2、中标后合同履约保证金按合同总价的5%，由中标供应商提交给采购单位。 3、采购单位验收合格质保期满后无息退还给供应商。 4、履约保证金可采用转账、电汇或担保形式缴纳。 账户：大庆油田总医院 开户银行：中国工商银行大庆市分行油田支行 账号：0905060109249005558
其他	质保期：质保期一年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	DR（数字化医用X射线摄影系统）	台	1.000	1,700,000.00	1,700,000.00	工业	详见附表一

附表一：DR（数字化医用X射线摄影系统） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一, 数字平板探测器, 数量 2 块
★	2	1, 建议与主机同一品牌碘化铯非晶硅平板探测器, 尺寸规格≥43厘米X 43厘米, 最大空间分辨率≥3.6线对/毫米, 探测器像素尺寸≤139微米, 采集矩阵≥3000 X 3000
	3	2, DQE量子捕获效率（最大值） ≥70%
	4	3, 探测器外形尺寸规格≤46厘米x 46厘米x1.5厘米
	5	4, 探测器重量≤4.7公斤
	6	5, A/D数模转换≥16比特
	7	6, 应用模式: 具备固定检查床及胸片架外的无线便携式工作模式, 还可以配置在胸片架或固定检查床中的应用模式
	8	二, X射线高压发生器
★	9	1, 建议设备配置的X射线高压发生器是DR主机原厂设计生产并与主机同一品牌。
	10	2, 高压产生方式: 最高开关频率≥240kHz

	11	3, 最大功率 ≥ 65 千瓦
	12	4, 管电压范围40-150千伏
	13	5, 具备自动曝光量控制功能
	14	6, 最短曝光时间 ≤ 1 毫秒
	15	7, 最长曝光时间 ≥ 6 秒
	16	8, 摄影最小管电流 ≤ 10 毫安; 摄影最大管电流 ≥ 800 毫安,
	17	9, 摄影最小电流时间积 ≤ 0.1 毫安秒; 摄影最大电流时间积 ≥ 800 毫安秒,
	18	10, 具备X射线发生器技术: 阴极灯丝特征发射特性曲线的校准方法; 阳极转速检测等
	19	三, X射线球管
	20	1, 双焦点, 焦点规格: 小焦点 ≤ 0.6 毫米, 大焦点 ≤ 1.2 毫米
	21	2, 小焦点功率 ≥ 27 千瓦, 大焦点功率 ≥ 75 千瓦
	22	3, 阳极热容量 ≥ 300 kHu
	23	4, 高速旋转阳极, 阳极转速 ≥ 8000 转/分钟
	24	四, X射线束光器
	25	1, 束光器具备手动调节投照视野方式以及根据预设自动控制投照视野
	26	2, 束光器有LED射野灯光定时控制开关
	27	3, 数字显示: SID, 纵横向束光位置, X射线滤波板选择
	28	4, 束光器内置多片可供组合附加滤过片, 可以组成多档位滤过板, 档位数量 ≥ 3 种
	29	五, 悬吊式X射线球管机架
★	30	1, 五自由度运动悬吊式X射线球管支架(水平面纵、横向、垂直方向; 围绕水平轴、垂直轴旋转)。X射线球管运动及旋转: 水平面X轴电动及手动驱动, 水平面Y轴电动及手动驱动, 垂直方向电动及手动升降, X射线球管围绕水平轴电动及电动旋转
	31	2, X射线球管移动范围: 水平面X轴 ≥ 300 厘米, 水平面Y轴 ≥ 200 厘米, 垂直方向升降 ≥ 150 厘米
	32	3, X射线球管旋转角度范围: 围绕垂直轴旋转角度范围 $\geq \pm 150$ 度; 管围绕水平轴旋转角度范围 $\geq \pm 170$ 度
	33	4, 悬吊X射线球管自动跟踪功能
	34	4.1, X射线球管可以垂直方向跟踪检查床面升降; X射线球管可以在垂直对中状态或倾斜角度状态跟踪检查床的探测托架(bucky)左右移动
	35	4.2, X射线球管可在垂直状态或倾斜状态下自动跟踪垂直或倾斜状态的胸片架探测器托架(bucky)升降; 水平状态的X射线球管可以垂直跟踪胸片架水平状态的探测器托架(bucky)垂直升降
	36	5, 悬吊X射线球管可在检查床及胸片架摄影位置进行全电动位置切换对中定位, 同时也可在胸片架100厘米及180厘米双位置电动切换定位
	37	6, X射线球管端近台操作控制
	38	6.1, 彩色触摸屏, 尺寸 ≥ 10 英寸
	39	6.2, 可以同步显示患者检查信息列表
	40	6.3, 可以同步进行曝光界面操作: SID、球管角度显示, 球采集界面包括患者姓名、性别、检查体位、KV与mAs的显示及调节, AEC显示及选择, 患者检查体型显示及设置, 滤过显示
	41	6.4, 显示采集后的预览图像, 并可确认操作
	42	7, X射线球管端状态指示灯可指示: 机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态

★	43	8, 红外遥控装置, 可以控制包含: 胸片架升降; 束光器视野、指示灯控制; 自动跟踪、自动定位等功能
	44	六, 胸片架装置
	45	1, 探测器托架 (bucky) 垂直移动范围 ≥ 145 厘米, 翻转角度 ≥ -20 度- $+90$ 度
	46	2, 探测器托架支持43厘米X 43厘米型探测器
	47	3, 电离室自动曝光
	48	4, 可更换滤线栅装置, 滤线栅密度 ≥ 44 线/厘米, 栅格比 $\geq 10:1$, 摄影焦距满足100厘米-180厘米
	49	5, 立柱顶端状态指示灯可指示: 机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态
	50	七, 固定检查床装置
	51	1, 床面四方向浮动、升降固定安装检查床, 可电动升降, 升降范围 ≥ 25 厘米
	52	2, 床面水平横向移动 $\geq \pm 14$ 厘米
	53	3, 床面水平纵向移动 $\geq \pm 38$ 厘米
	54	4, 检查床探测器托架 (bucky) 支持43厘米X43厘米规格探测器
	55	5, 脚踏式控制床面运动
	56	6, 可更换滤线栅装置, 滤线栅密度 ≥ 44 线/厘米, 栅格比 $\geq 10:1$
★	57	7, 床面最大承重 ≥ 290 KG, 床面侧导轨安装的控制手柄: 可控制检查床面升降及浮动
	58	8, 电离室自动曝光控制
	59	八, 主系统控制及图像处理系统
	60	1, 系统控制 (包含发生器) 与信息、图像控制一体化设计
	61	2, 具备触摸屏操作、键盘操作、鼠标操作模式
	62	3, 主机工作站硬盘容量 ≥ 500 G, 图像存贮容量不小于5000幅 (非压缩)
	63	4, CPU主频 ≥ 2.9 G
	64	5, 主机内存 ≥ 8 GB
	65	6, DVD光驱装置
	66	7, 监视器 (LCD) 尺寸 ≥ 19 英寸
	67	8, 接口支持: 通过以太网输出DICOM-3.0格式图像, 有传输、打印、存储、工作列表等功能
	68	9, 条形码病人信息输入
	69	10, 图像处理功能
	70	10.1, 图像放大功能
	71	10.2, 病人资料显示
	72	10.3, 边缘增强
	73	10.3, 亮度调节
	74	10.5, 对比度调节
	75	10.6, 图像反转
	76	10.7, 多频率窗/多灰度窗图像管理处理, 提高图像显示动态范围, 能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示
	77	10.8, 根据解剖部分自动进行图像优化处理
	78	10.9, 注释、测量功能
	79	10.11, 图像打印排版功能
	80	11, 具有中英文界面选择, 图形化摄影体位选择, 体型选择等功能

★	81	12, 高级图像处理软件及应用功能
	82	12.1, 管线增强显示成像软件
	83	12.2, 气胸可视化成像软件
	84	12.3, 智能虚拟滤线栅 (Smart Grid)
	85	12.4, 体检专用套件: 体检模式 尘肺病检查模式
	86	12.5, 骨抑制成像处理技术
	87	13, DR长型成像 (全自动图像拼接)
	88	13.1, 可以在医院或骨科诊所中自动的获取患者相关联的解剖部位的数字影像, 从而进一步生成全景图像, 自动计算、采集、拼接: 技师定义其感兴趣的区域, 该系统可以自动计算出所要采集的序列的数量, 定位机架系统做好采集准备, 按下曝光键, 系统可全自动实现整个过程
	89	13.2, 该功能可以完全在DR的一体化控制台上全自动的完成, 无需额外的图像处理工作站
	90	13.3, 该系统可以自动控制球管的角度摆动、相应的探测器位置跟踪对中 (非球管与探测器同步平行运动方式)。
	91	13.4, 在采集长度120厘米条件下, 最大连续曝光采集≤5幅影像 (站立位)
	92	13.5, 系统包含患者固定站立架、边侧滑槽及附件安转滑槽、一体化标尺, 患者固定扶手
	93	加注“★”项为重要条款, 若其中1条不满足将导致投标无效; 其余非★项如有5条或5条以上不符则亦将视为投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包3 (肠机 (数字化透视摄影X射线系统))

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	大庆油田总医院
投标有效期	从提交投标 (响应) 文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期: 支付比例20%, 由采购单位自行结算付款给供应商。签订合同后支付合同价款的20%。 2期: 支付比例80%, 在满足合同约定验收条件下, 在3个工作日内完成验收, 并在15日内将剩余80%合同价款支付到合同约定的供应商账户。
验收要求	1期: 1、验收时,提供完整技术资料, 提供完整的操作手册。 2、安装在医院指定地点, 供方负责装卸、搬运和安装费用, 达到验收标准。 3、维修响应速度: 2小时内响应, 接到故障电话后24小时内到达现场。 4、保修期内的开机率: 保证开机率95% (按一年365天计算)。 5、验收时,提供设备易损件及耗材的明细及价格。 6、验收时,提供培训。
履约保证金	收取比例: 5%,说明: 1、中标 (成交) 供应商签订合同前, 应向采购人提交履约保证金。 2、中标后合同履约保证金按合同总价的5%, 由中标供应商提交给采购单位。 3、采购单位验收合格质保期满后无息退还给供应商。 4、履约保证金可采用转账、电汇或担保形式缴纳。 账户: 大庆油田总医院 开户银行: 中国工商银行大庆市分行油田支行 账号: 0905060109249005558
其他	质保期: 质保期一年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	胃肠机（数字化透视摄影X射线系统）	台	1.0000	2,000,000.00	2,000,000.00	工业	详见附表一

附表一：胃肠机（数字化透视摄影X射线系统） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1, 多功能检查床系统,
	2	1.1, 床体结构及材质, 要求岛屿式一体化可倾斜床面遥控检查床, 带有消化系统造影专用压迫装置, 可进行遥控操作, 具有紧急刹车安全装置, 具有全数字化成像系统及单片点片摄影及连续点片摄影功能; 采用低吸收剂量的碳素纤维高强度床板。
	3	1.2, 床体四周可接触患者, 要求满足
	4	1.3, 床体倾斜角度, $\geq -28 \sim +88$ 度
★	5	1.4, 床体升降功能, 要求具有升降功能, 最低床面高度 ≤ 75 cm, 最高床面高度 ≥ 90 cm
★	6	1.5, 倾斜投照角度, $\geq \pm 30$ 度
	7	1.6, 床面侧向移动范围, ≥ 14 cm
	8	1.7, 影像系统移动范围, ≥ 90 cm
	9	1.8, 源像距 (SID), ≥ 150 cm, 满足胸部摄影
	10	1.9, 压迫器压力, ≤ 80 N
	11	1.10, 滤线栅, 栅密度, ≤ 40 LP/cm
	12	1.11, 床体承重, ≥ 135 kg
	13	1.12, 立位碰撞保护, 床体在立位过程中具有碰撞保护功能
	14	2, 高压发生器系统,
	15	2.1, 高压产生方式, 要求采用高频逆变、微处理器控制技术
	16	2.2, 最大标称功率, ≥ 50 kW
	17	2.3, 摄影管电流, ≥ 630 mA
	18	2.4, 高压发生器频率, ≥ 50 kHz
	19	2.5, 最短曝光时间, ≤ 1 ms
	20	2.6, 最大透视管电流, ≤ 5 mA
	21	2.7, 最低透视管电流, ≤ 0.1 mA
	22	2.8, 脉冲透视帧频, ≥ 6 种
	23	2.9, 摄影方式, 要求具备点片摄影 / 直接摄影 / 连续摄影功能
	24	2.10, 解剖程序设定, ≥ 400 组
	25	2.11, 操作方式, 液晶触摸屏或鼠标键盘控制
	26	2.12, 故障自我诊断功能, 具有系统故障自我诊断功能, 摄影条件AEC全自动控制; 具有管电压自动适应功能
	27	3, X线球管系统,
	28	3.1, 球管阳极热容量, ≥ 400 kHu

★	29	3.2, 球管阳极旋转速度, ≥ 9500 转/分
★	30	3.3, 球管焦点, 双焦点, 小焦点 ≤ 0.6 mm, 大焦点 ≤ 1.2 mm
	31	3.4, 球管焦点功率, 小焦点 ≥ 35 kW;大焦点 ≥ 90 kW
	32	3.5, 最高使用管电压, ≥ 150 KV
	33	3.6, 束光器类型, 可自动及手动控制
	34	3.7, 曝光野指示灯, 要求具有
	35	4, 动态平板探测器系统,
	36	4.1, 数字化探测器材质, 数字化探测器, 非晶硅, 表面涂层硫氧化二钒或碘化铯
★	37	4.2, 平板结构, 无线传输且平板可移出至床体外, 方便轮椅以及特殊体位拍摄
	38	4.3, 平板类型, 整板动态平板探测器, 要求透视检查及摄影检查均采用平板成像
	39	4.4, 摄片方式, 探测器须透视、摄影及连续摄影的需要
	40	4.5, 平板尺寸, ≥ 17 英寸 $\times 17$ 英寸, 平板尺寸可以根据拍片部位的需要进行大小调节
	41	4.6, 有效像素, > 680 万
	42	4.7, 像数尺寸, $\leq 160\mu\text{m}$
	43	4.8, 采集灰阶, ≥ 16 bit
	44	4.9, 空间分辨率, > 3.0 lp/mm
	45	4.10, 采集矩阵, $> 2.5\text{K} \times 2.6\text{K}$
	46	4.11, 从曝光到获得预示图像的最短时间, $\leq 3\text{s}$
	47	4.12, X光量子探测效率, $65\% @ (0 \text{ Lp/mm})$
	48	4.13, 平板视野, ≥ 5 视野
	49	5, 主机控制台系统,
	50	5.1, 控制台配置, 控制台配置, 可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等。
	51	5.2, 系统配置, CPU ≥ 3.1 GHz, 内存容量 $\geq 4\text{G}$
	52	5.3, 硬盘, SSD硬盘容量 $\geq 500\text{G}$
	53	5.4, DICOM3.0接口, 配有标准DICOM3.0输入输出接口, 具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取功能
	54	5.5, 操作系统, Unix、Linux或Windows10, 操作界面
	55	5.6, 显示器, ≥ 19 英寸专业显示器。
★	56	5.7, 显示器数量, ≥ 2 台
	57	6, 数字图像处理系统, 一套
★	58	6.1, 透视采集速度, $\geq 30 \text{ f/s}$
	59	6.2, 透视存储, ≥ 950 每序列
	60	6.3, 最大脉冲透视速率, $\geq 15 \text{ f/s} @ 1024 \times 1024$
	61	6.4, 最后图像保持功能, 要求具有
	62	6.5, 摄影采集速率, $\geq 15 \text{ f/s} @ 1024 \times 1024$
	63	6.6, 数字分隔摄影功能, 要求具有

	64	6.7, 硬盘存储, $\geq 60000f$
	65	6.8, 图像外部存储, DVD-R
	66	6.9, 网络连通性, DICOM打印/存储/工作列表/MPPS
	67	6.10, 剂量显示功能, 要求具有
	68	6.11, 剂量报告, DICOM RDSR
	69	7, 图像处理功能,
	70	7.1, 实时动态高亮度控制功能, 要求具有
	71	7.2, 实时动态图像显示、回放功能, 要求具有
	72	7.3, 实时边缘增强功能, 要求具有
	73	7.4, 窗宽、窗位调整功能, 要求具有
	74	7.5, 图像放大及漫游显示功能, 要求具有
	75	7.6, 多幅显示功能, 要求具有
	76	7.7, 黑白反转功能, 要求具有
	77	7.8, 左右翻转功能, 要求具有
	78	7.9, 电子束光器功能, 要求具有
	79	7.10, 测量功能及注释功能, 要求具有
	80	7.11, AP/PA、L/R定位标记, 要求具有
★	81	7.12, 全脊柱、全下肢拼接功能, 要求具有
	82	8, 附件,
	83	8.1, 对讲系统, 要求配备
	84	8.2, 脚踏板、肩托架、手柄、钡餐杯、床垫, 要求配备
	85	9, 其他,
★	86	9.1, 所投机型高压发生器、球管、束光器及检查床系统等主要成像元器件为等为整机制造厂原厂生产,
	87	加注“★”项为重要条款, 若其中1条不满足将导致投标无效; 其余非★项如有5条或5条以上不符则亦将视为投标无效。
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包4 (移动DR (数字化移动式摄影X射线机))

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	大庆油田总医院
投标有效期	从提交投标 (响应) 文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期: 支付比例20%, 由采购单位自行结算付款给供应商。签订合同后支付合同价款的20%。 2期: 支付比例80%, 在满足合同约定验收条件下, 在3个工作日内完成验收, 并在15日内将剩余80%合同价款支付到合同约定的供应商账户。

验收要求	1期：1、验收时,提供完整技术资料，提供完整的操作手册。2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。4、保修期内的开机率：保证开机率95%（按一年365天计算）。5、验收时,提供设备易损件及耗材的明细及价格。6、验收时,提供培训。
履约保证金	收取比例：5%,说明：1、中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金。2、中标后合同履约保证金按合同总价的5%，由中标供应商提交给采购单位。3、采购单位验收合格质保期满后无息退还给供应商。4、履约保证金可采用转账、电汇或担保形式缴纳。账户：大庆油田总医院 开户银行：中国工商银行大庆市分行油田支行 账号：0905060109249005558
其他	质保期：质保期一年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	移动DR（数字化移动式摄影X射线机）	套	1.0000	1,880,000.00	1,880,000.00	工业	详见附表一

附表一：移动DR（数字化移动式摄影X射线机） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1, 数字平板探测器。数量1块
★	2	1.1, 该平板是非晶硅技术进口探测器，建议探测器与主机系统属于同一制造商企业集团生产。
	3	1.2, 探测器尺寸≥35厘米X 42厘米
	4	1.3, 探测器像素尺寸≤139微米，采集矩阵≥750万像素（2500x3000）
	5	1.4, 最大空间分辨率≥3.6线对/毫米
	6	1.5, 探测器外形尺寸规格≤39厘米x 46厘米x1.5厘米
	7	1.6, 探测器重量≤3.2公斤
	8	1.7, A/D数模转换≥16比特
	9	1.8, 在电池供电无线模式下，可支持曝光次数不少于340次（4-6小时内）
	10	1.9, 探测器电池可快速拆卸更换
	11	1.10, 探测器电池可通过设备主机上具备的双充电槽充电，同时还具备探测器在线直接充电模式。
★	12	1.11, 防尘防水标准达到IP57。
	13	1.12, 内置式第二块高性能电池，并可存储平板校准文件等
	14	1.13, 具备更换标准电池无需重新启动功能
	15	1.14, 探测器表面承重≥170公斤
	16	2, 系统控制及图像采集处理系统
★	17	2.1, 双显示器操作控制界面，主显示器≥19英寸，次显示器（球管端）≥8英寸，均可触摸屏操作。次监视器与主监视器功能同步，可以显示患者检查信息列表；采集界面包括患者姓名、性别、检查体位、KV与mAs的显示及调节，患者检查体型显示及设置；曝光后的预览图像显示等功能。
	18	2.2, 界面菜单为中文显示

	19	2.3, 主机工作站硬盘容量 $\geq 500G$, CPU $\geq 3.7G$, 系统内存 $\geq 16G$
	20	2.4, 接口支持: 通过以太网或无线方式输出DICOM-3.0格式图像,有传输/接收、打印、存储、查询、工作表等功能
	21	2.5, 操作系统:WINDOWS
	22	2.6, 图像处理功能
	23	2.6.1, 图像放大功能
	24	2.6.2, 病人资料显示
	25	2.6.3, 边缘增强
	26	2.6.4, 窗宽/窗位调节
	27	2.6.5, 动态范围调节
	28	2.6.6, 图像反转
	29	2.6.7, 多频率窗/多灰度窗图像管理处理, 提高图像显示动态范围, 能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示
	30	2.6.8, 根据解剖部分自动进行图像优化处理
	31	2.6.9, 图像排版功能
	32	2.6.10, 根据不同颜色对不同患者图像处理的结果进行分类显示
	33	2.7, ID身份识别卡系统, 可通过读取ID卡自动完成系统登录, 配12张ID卡。
	34	2.8, SmartGrid (虚拟滤线栅软件) (软件需具备CFDA国家食品药品监督管理局的软件注册认证, 谈判现场无需提供认证证书, 供货前由采购单位核验)。
	35	3, X线高压发生器及球管
★	36	3.1, 发生器最大输出电功率 ≥ 32 千瓦
	37	3.2, 千伏范围 40-150千伏, 每1千伏调节
	38	3.3, 最高毫安 ≥ 400 毫安
	39	3.4, X线发生器曝光由自带充电电池系统支持
	40	3.5, 系统电源要求 100-240伏, 50/60Hz, 电源容量 ≤ 1.5 kw
	41	3.6, 双焦点X线球管, 焦点尺寸 $\leq 0.6/1.2$ mm
	42	3.7, X线球管阳极热容量 ≥ 300 khu
	43	3.8, 红外遥控曝光装置
	44	4, 机身及运动部件
★	45	4.1, X线球管支撑运动结构为垂直升降立柱与水平伸缩横臂结构
	46	4.1.1, X线球管立柱可垂直升降, 球管横臂垂直升降范围 ≥ 130 厘米,
	47	4.1.2, X线球管立柱可左右旋转, 旋转范围 $\geq \pm 270$ 度
	48	4.1.3, X线球管水平横臂可前后水平伸缩, 伸缩范围 ≥ 45 厘米,球管焦点距离立柱中心最大伸展距离 ≥ 130 厘米.
	49	4.1.4, X线球管左右旋转角度范围 ≥ 300 度
	50	4.1.5, X线球管可前后摆动, 角度范围 ≥ 90 度
	51	4.1.6, X线束光器可旋转, 角度范围 $\geq \pm 90$ 度
	52	4.1.7, 各方向运动、旋转通过电磁锁止方式控制
	53	4.2, 双电机独立驱动方式

	54	4.3, 机身最小外形规格, 长x宽x高(驱动状态) ≤130X59X 140厘米
★	55	4.4, 双探测器电池独立充电槽, 三槽探测器存储槽(最大支持4343探测器)
	56	4.5, 探测器存储槽
	57	4.6, 便携式滤线器存储槽
	58	4.7, 文本、铅字、消毒液、手套等相对应专设储存位置
	59	4.8, 条形码阅读器
	60	4.9, 前置式触碰安全停止开关
	61	加注“★”项为重要条款, 若其中1条不满足将导致投标无效; 其余非★项如有5条或5条以上不符则亦将视为投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包5(乳腺机(数字乳腺X线系统))

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	大庆油田总医院
投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期: 支付比例20%, 由采购单位自行结算付款给供应商。签订合同后支付合同价款的20%。 2期: 支付比例80%, 在满足合同约定验收条件下, 在3个工作日内完成验收, 并在15日内将剩余80%合同价款支付到合同约定的供应商账户。
验收要求	1期: 1、验收时,提供完整技术资料, 提供完整的操作手册。2、安装在医院指定地点, 供方负责装卸、搬运和安装费用, 达到验收标准。3、维修响应速度: 2小时内响应, 接到故障电话后24小时内到达现场。4、保修期内的开机率: 保证开机率95%(按一年365天计算)。5、验收时,提供设备易损件及耗材的明细及价格。6、验收时,提供培训。7、提供3名维修工程师规范培训。
履约保证金	收取比例: 5%,说明: 1、中标(成交)供应商签订合同前, 应向采购人提交履约保证金。2、中标后合同履约保证金按合同总价的5%, 由中标供应商提交给采购单位。3、采购单位验收合格质保期满后无息退还给供应商。4、履约保证金可采用转账、电汇或担保形式缴纳。账户: 大庆油田总医院 开户银行: 中国工商银行大庆市分行油田支行 账号: 0905060109249005558
其他	质保期: 质保期一年

2.技术标准与要求

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	乳腺机(数字乳腺X线系统)	套	1.0000	2,800,000.00	2,800,000.00	工业	详见附表一

附表一: 乳腺机(数字乳腺X线系统) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1, X线球管组件参数要求：, X线球管组件参数要求：
	2	1.1, 阳极材质要求：, 阳极材质需采用钨靶；
	3	1.2, 阳极靶角要求：, 阳极需为双靶角设计, 大焦点需为16°小焦点需为10°；
★	4	1.3, 阳极热容量要求：, 阳极热容量需 $\geq 300\text{KHU}$ 。
	5	1.4, 阳极散热率要求：, 阳极散热率 $\geq 60\text{KHu/分}$
	6	1.5, 管套热容量要求：, 管套热容量 $\geq 500\text{KHU}$
	7	1.6, 管套散热率要求：, 管套散热率 $\geq 100\text{W}$
	8	1.7, 阳极转速要求：, 阳极转速 ≥ 10000 转/分
	9	2, 平板探测器参数要求：, 平板探测器参数要求：
	10	2.1, 平板设计要求：, 需采用非拼接整板设计；
★	11	2.2, 平板成像技术要求：, 直接数字化成像技术：可将X线直接转化为数字信号
	12	2.3, 平板材质要求：, 需为非晶硒或其他直接数字化成像材质；
★	13	2.4, 探测器成像视野要求：, 探测器有效成像视野需 $\geq 24 \times 30\text{cm}$ ；
	14	2.5, 探测器空间分辨率要求：, 探测器空间分辨率需 $\geq 5.8\text{lp/mm}$ ；
	15	2.6, 像素要求：, 像素大小需 $\leq 90\mu\text{m}$ ；
	16	2.7, 图像灰阶度要求：, 图像灰阶度需 $\geq 16\text{bit}$ 。
	17	3, 高压发生器参数要求：, 高压发生器参数要求：
	18	3.1, 高压发生器设计要求：, 需为高频逆变式设计；
	19	3.2, 功率要求：, 功率需 $\geq 4.9\text{KW}$ ；
	20	3.3, 最大曝光电压要求：, 最大曝光电压需 $\geq 49\text{KV}$,
	21	3.4, 最小曝光电压要求：, 最小曝光电压需 $\leq 21\text{KV}$ 。
	22	4, 曝光控制, 曝光控制
	23	4.1, 曝光模式要求：, 设备需支持手动和自动曝光(AEC)
	24	4.2, 曝光预设要求：, 自动曝光(AEC)可选预设 ≥ 7 个
	25	5, 压迫系统参数要求：, 压迫系统参数要求：
	26	5.1, 压迫板数量要求：, 需提供不少于两种尺寸的压迫板；
	27	5.2, 压迫功能要求：, 需具备手动压迫功能、智能变速压迫功能；
	28	5.3, 压迫板释放功能要求：, 压迫板需支持曝光后自动释放功能和紧急释放功能。
	29	5.4, 显示屏要求：, 压迫系统上具备显示屏, 可显示厚度、压力、AEC位置、角度。
	30	5.5, 点压要求：, 支持点压tomo拍摄
	31	5.6, 局部放大要求：, 需配备局部放大摄影功能, 具备放大倍数需 ≥ 2 个；
	32	6, 机架具体参数要求：, 机架具体参数要求：
	33	6.1, 机架设计要求：, 需采用C型臂设计；
	34	6.2, 机架旋转要求：, C臂支持一键自动旋转到 LCC, RCC, LMLO, RMLO；
★	35	6.3, SID要求：, SID $\geq 66\text{cm}$
	36	6.4, 紧急按钮要求：, 机架两侧具有紧急停止按钮和位置锁止按钮

	37	6.5, 摆位避让要求: , 具备摆位避让功能: 斜侧位摆位时, 球管与探测器平板可执行大角度分离, 方便技师完成摆位;
	38	7, 数字乳腺三维体层摄影功能要求: , 数字乳腺三维体层摄影功能要求:
	39	7.1, 断层摄影要求: , 需具有三维断层摄影功能, 球管曝光完成后需可自动复位;
	40	7.2, 二维摄影要求: , 需支持单独二维摄影模式、体层摄影模式和组合摄影模式等;
	41	7.3, 断层摄影曝光次数要求: , 单个断层体位的采集曝光次数需 ≥ 15 次;
★	42	7.4, 三维断层扫描角度要求: , 三维断层扫描角度范围: $\geq 25^\circ$;
★	43	7.5, 断层扫描采集时间要求: , 单次断层扫描采集时间 ≤ 10 秒;
	44	7.6, 断层图像灰阶要求: , 断层图像灰阶深度: ≥ 16 bits;
	45	8, 图像采集工作站具体参数要求: , 图像采集工作站具体参数要求:
	46	8.1, 显示屏要求: , 配备显示屏 ≥ 2 个: 其中图像预览屏分辨率需 ≥ 2 MP
	47	8.2内存要求: , 工作站内存需 ≥ 16 GB;
	48	8.3, 硬盘要求: , 工作站硬盘需 ≥ 2 TB;
	49	8.4, 数据传输要求: , 具有DICOM数据输出接口;
	50	9, 图像后处理工作站具体参数要求: , 图像后处理工作站具体参数要求:
	51	9.1, 显示屏要求: , 需配备 ≥ 5 M医用灰阶显示器2台
	52	9.2, 功能要求: , 需具有图像测量功能, 需具有诊断报告编辑功能; 需具有图像排版和输出打印等功能; 需具有数据库备份/恢复、数据库压缩、图像备份和图像数据传输等功能;
	53	9.3, 数据传输要求: , 需具有DICOM3.0数据接口, 可实现图像数据传输、存储、查询、打印等功能;
	54	9.4, 图像浏览要求: , 需支持2D图像、断层图像浏览;
	55	9.5, 断层图像回放要求: , 支持断层图像电影回放功能;
	56	10, 设备需具有乳腺AI智能诊断分析功能, 设备需具有乳腺AI智能诊断分析功能
★	57	10.1, 注册证要求: , 该系统已获得医疗器械注册证批准使用(谈判现场无需提供证书, 成交供应商在供货前提供, 由采购单位核验): 适用于乳腺X射线影像的处理、乳腺X影像智能分析;
	58	10.2, 硬件系统配备要求: , 硬件系统配备: 内存 ≥ 16 GB, 硬盘 ≥ 4 TB, GPU ≥ 8 GB
	59	10.3, 自动检出要求: , 支持自动检出乳腺病灶, 包括: 肿块、钙化、腋窝淋巴结肿大等10种以上病灶检出;
	60	10.4, 病症分析要求: , 支持对肿块、钙化、乳头回缩、腋窝淋巴结肿大等10种以上异常征象的性状进行分析;
	61	10.5, 报告自动生成要求: , 支持病灶BI-RADS分类功能和自动生成结构化报告功能;
	62	加注“★”项为重要条款, 若其中1条不满足将导致投标无效; 其余非★项如有5条或5条以上不符则亦将视为投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包6(车载式数字摄影系统(车载X射线机))

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	大庆油田总医院
投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天

付款方式	1期：支付比例20%，由采购单位自行结算付款给供应商。签订合同后支付合同价款的20%。 2期：支付比例80%，在满足合同约定验收条件下，在3个工作日内完成验收，并在15日内将剩余80%合同价款支付到合同约定的供应商账户。
验收要求	1期：1、验收时,提供完整技术资料，提供完整的操作手册。2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。4、保修期内的开机率：保证开机率95%（按一年365天计算）。5、验收时,提供设备易损件及耗材的明细及价格。6、验收时,提供培训。
履约保证金	收取比例：5%,说明：1、中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金。2、中标后合同履约保证金按合同总价的5%，由中标供应商提交给采购单位。3、采购单位验收合格质保期满后无息退还给供应商。4、履约保证金可采用转账、电汇或担保形式缴纳。账户：大庆油田总医院 开户银行：中国工商银行大庆市分行油田支行 账号：0905060109249005558
其他	质保期：质保期一年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	车载式数字摄影系统（车载X射线机）	台	1.0000	590,000.00	590,000.00	工业	详见附表一

附表一：车载式数字摄影系统（车载X射线机） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1适用范围：产品安装于特定医疗车上，在远离医院的现场进行胸部数字化X射线摄影检查和诊断。
★	2	2固定式数字化平板探测器，非移动平板。
	3	2.1有效范围≥17"×17"，像素总和≥930万，整板结构
	4	2.2探测器影像数据检测矩阵≥3072×3072
	5	2.3探测器单元尺寸≤139um
	6	2.4探测器材料：非晶硅
★	7	2.5动态范围≥16bit
	8	2.6空间分辨率≥3.6LP/mm
	9	2.7平板供电形式非电池供电，非电容供电
	10	2.8像素填充率不低于100%
	11	3 X线球管
	12	3.1 阳极热容量≥300KHU
★	13	3.2高速球管，球管阳极旋转速度≥10000rpm
	14	3.3球管功率≥77KW
	15	3.4双焦点≤0.6mm（小焦点）/1.2mm（大焦点）

	16	3.5管电压范围：40-150KVP
	17	3.6管组件热容量：930kj
	18	3.7靶面材料：铯钨钼
	19	4.储能式高频逆变高压发生器
★	20	4.1输出功率≥50KW，最大电流时间乘积≥0.1-125mAs
★	21	4.2高频≥400KHZ
	22	4.3输出电压：40-150KV
	23	4.4最大管电流≥10-630mA
	24	4.5加载时间调节范围≥1.0~6300ms
	25	4.6输入电源：~220Vac
	26	4.7最短曝光时间≤1ms
	27	4.8集成的系统操作工作台，可控制X线发生器、影像探测器、图像显示及图像传输
	28	5.立柱式球管支撑装置
	29	5.1胸片架升降定位时，球管能自动与胸片架联动，保持自动对中。
	30	5.2球管上下移动范围≥420mm
	31	5.3探测器上下移动范围≥420mm
	32	5.4SID：1800mm
	33	6.采集工作站
	34	6.1屏幕尺寸≥19"
	35	6.2类型：黑白/彩色液晶
	36	6.3分辨率（象素矩阵）≥1280×1024
	37	6.4亮度最大值≥250cd/m ²
	38	6.5符合GB4943信息安全标准
	39	加注“★”项为重要条款，若其中1条不满足将导致投标无效；其余非★项如有3条或3条以上不符则亦将视为投标无效。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第五章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）谈判小组应当对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理并将截图存档；

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

5.按照谈判文件要求，成交人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

{ { 评标方法谈判 } }

2. 评标原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

3. 谈判小组

3.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 确认或者制定谈判文件；

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

(4) 编写评审报告；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，视为供应商串通响应

5.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同供应商的响应文件相互混装；

5.6不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

6.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

6.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；

6.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

6.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8.废标（终止）的情形

8.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合谈判要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；

（4）法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9.定标

9.1 谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和价格相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅的，视为响应文件未实质性响应（未响应）谈判文件该部分要求的，由供应商自行承担责任。

二、政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本谈判文件相关要求执行

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（骨密度仪（双能X射线骨密度仪））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（DR（数字化医用X射线摄影系统））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包3（肠机（数字化透视摄影X射线系统））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包4（移动DR（数字化移动式摄影X射线机））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包5（乳腺机（数字乳腺X线系统））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包6（车载式数字摄影系统（车载X射线机））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

(1) 符合中小企业划分标准；

(2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

(3) 中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

(4) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

3.4提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 谈判

(1) 谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2) 谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表

签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

3.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如仅发起一轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的首轮报价作为其最后报价，如发起多轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的最后一轮报价作为其最后报价。

3.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

3.3最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA锁的将视为供应商自动放弃最后报价。

3.4注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.汇总、排序

5.1响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后响应报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按技术指标顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

表一 资格性审查表

合同包1（骨密度仪（双能X射线骨密度仪））

<p>（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>

（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
要求	提供参与本标段投标供应商有效的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证
要求	若所投产品为进口产品，则生产厂家直接参与投标的须提供生产资格证明文件。经销商参与投标的需提供所投产品生产厂家或中国总代理商或区域代理商出具的长期经销代理权或长期授权或针对本项目的授权书。中国总代理商或区域代理商出具长期经销代理权或长期授权或针对本项目的授权书的，需提供中国总代理商或区域代理商与生产厂家的关系证明材料。
要求	提供所投产品有效的医疗器械注册证。
要求	本项目面向全部企业采购，执行《政府采购中小微企业管理办法》

合同包2（DR（数字化医用X射线摄影系统））

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
--------------------------------	------------------------------------

<p>(二) 承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(五) 承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）</p>

要求	提供参与本标段投标供应商有效的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证
要求	提供所投产品有效的医疗器械注册证。
要求	本项目面向全部企业采购，执行《政府采购中小微企业管理办法》

合同包3（肠机（数字化透视摄影X射线系统））

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
要求	提供参与本标段投标供应商有效的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证
要求	提供所投产品有效的医疗器械注册证。
要求	本项目面向全部企业采购，执行《政府采购中小微企业管理办法》

合同包4（移动DR（数字化移动式摄影X射线机））

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
要求	提供参与本标段投标供应商有效的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证
要求	提供所投产品有效的医疗器械注册证。
要求	本项目面向全部企业采购，执行《政府采购中小微企业管理办法》

合同包5（乳腺机（数字乳腺X线系统））

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
--------------------------------	------------------------------------

<p>(二) 承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(五) 承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）</p>

要求	提供参与本标段投标供应商有效的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证
要求	提供所投产品有效的医疗器械注册证。
要求	本项目面向全部企业采购，执行《政府采购中小微企业管理办法》

合同包6（车载式数字摄影系统（车载X射线机））

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
要求	提供参与本标段投标供应商有效的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证
要求	提供所投产品有效的医疗器械注册证。
要求	本项目面向全部企业采购，执行《政府采购中小微企业管理办法》

表二符合性审查表：

合同包1（骨密度仪（双能X射线骨密度仪））

投标承诺书	提供标准格式的“投标承诺书”并按要求签字、加盖公章
投标报价	投标报价（包括分项报价和总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算，不得缺项、漏项。
主要商务条款	提供标准格式的“主要商务要求承诺书”并加盖公章
联合体投标	非联合体投标不提供
技术部分实质性内容	明确所投标的的产品品牌、规格型号；响应文件对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。节能产品认证证书。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。
其他要求	其他符合性审查不合格的情形

合同包2（DR（数字化医用X射线摄影系统））

投标承诺书	提供标准格式的“投标承诺书”并按要求签字、加盖公章
投标报价	投标报价（包括分项报价和总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算，不得缺项、漏项。
主要商务条款	提供标准格式的“主要商务要求承诺书”并加盖公章
联合体投标	非联合体投标不提供

技术部分实质性内容	明确所投标的的产品品牌、规格型号；响应文件对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。节能产品认证证书。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。
其他要求	其他符合性审查不合格的情形

合同包3（肠机（数字化透视摄影X射线系统））

投标承诺书	提供标准格式的“投标承诺书”并按要求签字、加盖公章
投标报价	投标报价（包括分项报价和总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算，不得缺项、漏项。
主要商务条款	提供标准格式的“主要商务要求承诺书”并加盖公章
联合体投标	非联合体投标不提供
技术部分实质性内容	明确所投标的的产品品牌、规格型号；响应文件对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。节能产品认证证书。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。
其他要求	其他符合性审查不合格的情形

合同包4（移动DR（数字化移动式摄影X射线机））

投标承诺书	提供标准格式的“投标承诺书”并按要求签字、加盖公章
投标报价	投标报价（包括分项报价和总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算，不得缺项、漏项。
主要商务条款	提供标准格式的“主要商务要求承诺书”并加盖公章
联合体投标	非联合体投标不提供
技术部分实质性内容	明确所投标的的产品品牌、规格型号；响应文件对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。节能产品认证证书。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。
其他要求	其他符合性审查不合格的情形

合同包5（乳腺机（数字乳腺X线系统））

投标承诺书	提供标准格式的“投标承诺书”并按要求签字、加盖公章
-------	---------------------------

投标报价	投标报价（包括分项报价和总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算，不得缺项、漏项。
主要商务条款	提供标准格式的“主要商务要求承诺书”并加盖公章
联合体投标	非联合体投标不提供
技术部分实质性内容	明确所投标的的产品品牌、规格型号；响应文件对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。节能产品认证证书。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。
其他要求	其他符合性审查不合格的情形

合同包6（车载式数字摄影系统（车载X射线机））

投标承诺书	提供标准格式的“投标承诺书”并按要求签字、加盖公章
投标报价	投标报价（包括分项报价和总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算，不得缺项、漏项。
主要商务条款	提供标准格式的“主要商务要求承诺书”并加盖公章
联合体投标	非联合体投标不提供
技术部分实质性内容	明确所投标的的产品品牌、规格型号；响应文件对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。节能产品认证证书。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。
其他要求	其他符合性审查不合格的情形

表三详细评审表：

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

响应文件封面

(项目名称)

响应文件封面

(正本/副本)

项目编号：**[230601]QC[TP]20220073**

所投采购包：第 包

(供应商名称)

年 月 日

响应文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、保证金
- 十一、联合体协议书
- 十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十三、项目组成人员一览表
- 十四、供应商业绩情况表
- 十五、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、大庆市政府采购中心：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）谈判文件要求，经我方 （供应商名称） 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意谈判文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照谈判文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- （3）在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- （4）不按照谈判文件要求提交履约保证金；
- （5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- （6）要求更改谈判文件和中标结果公告的实质性内容；
- （7）法律法规和谈判文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商法人签字： （加盖公章）

年 月 日

格式二：

资格承诺函

一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的政府采购供应商条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力。

供应商类型为企业的，承诺通过“国家企业信用信息公示系统”（<https://www.gsxt.gov.cn>）等合法渠道可查证的信息为：

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1.“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章、第六章、第八章相关条款的规定，可独立承担民事责任。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。承诺通过“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn>）等合法渠道可查证的信息为：

1.未被列入失信被执行人。

2.未被列入税收违法黑名单。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

（四）有依法缴纳税收的良好记录。承诺在纳税所在地的税务机关可查证的信息为：

- 1.不存在欠税信息。
- 2.不存在重大税收违法。
- 3.不属于纳税“非正常户”（供应商类型为自然人的不适用本条）。

（五）有依法缴纳社会保障资金的良好记录。承诺通过“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn>）“国家企业信用信息公示系统”（<https://www.gsxt.gov.cn>）或政府有关部门等合法渠道可查证的信息为：

1.未被列入“社会保险领域严重失信人名单”。

2.缴纳社保的人数和金额，其中基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险均须依法缴纳。（供应商类型为自然人的不适用本条）

供应商类型为自然人的，承诺可提供依法缴纳社会保障资金的证明材料，且无不良记录。

（六）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。供应商需承诺通过“国家企业信用信息公示系统”（<https://www.gsxt.gov.cn>）、“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）、“中国裁判文书网”（<https://wenshu.court.gov.cn>）等合法渠道可查证的信息为：

1.在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

2.在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的警告和较大金额罚款（二百万元以上）的行政处罚。

3.在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

4.虽因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满。

二、符合其他法律法规规定的政府采购供应商条件：

（一）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。

（二）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”（<https://www.gsxt.gov.cn>）、“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）、“中国裁判文书网”（<https://wenshu.court.gov.cn>）、“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn>）、“中国政府采购网”（<https://www.ccgp.gov.cn>）等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）承诺通过“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。

（四）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

承诺人（供应商或自然人CA签章）：

日 期：

格式三：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件 国徽面	法定代表人身份证扫描件 人像面
授权委托人身份证扫描件 国徽面	授权委托人身份证扫描件 人像面

_____年____月____日

格式四：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于谈判文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____

_____年 月 日

格式五：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明：

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足谈判文件要求。

2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制采购文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。

4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式九：

分项报价明细表

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1								
2								
3								
...								

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：

投标保证金

供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式十一：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十二：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十三：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按谈判文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十四：

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十五：

各类证明材料

- 1.谈判文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。