

# 伊春市中心医院供氧系统设备采购中标（成交）明细

黑龙江松旅工程管理有限公司受伊春市中心医院委托，采用公开招标进行采购供氧系统设备采购（项目编号：[230701]SLGC[GK]20220001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（供氧系统设备）

- 1.1、中标（成交）供应商：盖州市龙华医疗设备安装有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：811,495.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	病房护理及医院通用设备	供氧系统设备	1、电泳铝合金设备带1)、规格：200*60、2)、材质：优质电泳铝合金，面板厚≥1.5mm 3)、三腔结构：强 弱电 三体管道分腔安装2、氧气终端 95个 1)、采用自密封结构快速插座，工作压力0.2-0.8mp 流量≥10L/min 2)、中式 3)、铜质 3、吸引终端 95个 1)、采用自密封结构快速插座，工作压力0.2-0.8mp 流量≥10L/min、2)、中式 3)、铜质4、脱氧紫铜管 255米 1)、供氧干管、2)、焊接、3)、规格φ12*1.5、4)、压力实验吹扫清洗满足设计与规范要求 5、脱氧紫铜管 495米 1)、供氧支管套管、2)、焊接 3)、规格φ8*1.4)、压力实验吹扫清洗满足设计与规范要求6、脱氧紫铜管 290米 1)、供氧主管（大楼及高压氧仓）、2)、焊接、3)、规格φ28*3、4)、压力实验吹扫清洗满足设计与规范要求 7、二级减压箱 1台 1)、双路； 2)、输入压力 0.6-1.0MP； 输出压力0-0.5MP、3)、500*600*200, 4)、≥80m3/h 8、医用负压排气消毒处理设备 2台 1)、 出风量：100m3/h--300m3/h（风量区间）； 2)、空气 PM2.5: ≤10µg/m3； 3)、洁净空气量：100m3/h--300m3/h（不考虑损耗）； 4)紫外线灯流明衰减：≤15%； 5)细菌菌落总数：≤4CFU/(5min×直径9cm平皿)； 6)、噪音：≤50dB。 7)、过滤阻力小于10KPa 9、低温液体储罐 2台 1)、真空粉末绝热 2)、容积≥5m3 3)、工作压力 ≥0.8Mpa 10、空温式汽化器 2套 1)、低温液体的汽化充瓶或汽化后的集中供气、2)、≥200Nm3/h、3)、工作压力 0.2-16.5Mpa	1、辽宁大榆气体有限公司2、宁波华生医疗器械有限公司3、宁波华生医疗器械有限公司4、沈阳市精密铜管厂5、沈阳市精密铜管厂6、沈阳市精密铜管厂7、河北欧威医疗设备有限公司8、深圳市汉起科技有限公司9、辽宁大榆气体有限公司10、辽宁大榆气体有限公司	1、辽宁大榆气体有限公司2、宁波华生医疗器械有限公司3、宁波华生医疗器械有限公司4、沈阳市精密铜管厂5、沈阳市精密铜管厂6、沈阳市精密铜管厂7、河北欧威医疗设备有限公司8、深圳市汉起科技有限公司9、辽宁大榆气体有限公司10、辽宁大榆气体有限公司	1、辽宁2、宁波3、宁波4、沈阳5、沈阳6、沈阳7、河北8、深圳9、辽宁10、辽宁	811,495.00	1.00	项	811,495.00

黑龙江松旅工程管理有限公司  
2022年05月20日