

# 牡丹江市第一人民医院核磁维保服务中标（成交）明细

牡丹江市德信招投标代理有限公司受牡丹江市第一人民医院委托，采用竞争性磋商进行采购核磁维保服务（项目编号：[231001]DXDL[CS]20240002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（核磁维保服务）

1.1、中标（成交）供应商：广东上药桑尼克医疗科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：476,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	医疗设备维修和保养服务	核磁维保服务	GE 1.5T 和3.0T核磁维保服务项目1) 包含核磁整体设备及全部外周设备：电子系统（梯度柜、射频柜、系统柜、计算机、扫描床及所属辅件等）；制冷系统（冷头、吸附器、氦气压缩机、高低压氦气管等全部制冷设备）；空调和水冷机组；磁体；正常液氮消耗补充；远程液氮面监控；原厂工作站及工作站软硬件修复；保证机器各软件正常运行。2) 包含该设备所有线圈（头部线圈，腹部线圈，腰椎线圈等），如线圈故障，维修前须提供备用线圈，确保机器正常运行。3) 不包含：失超、失超的液氮损失、第三方图形工作站、激光相机、高压注射器、非原厂配置 UPS、工作站、稳压器、等其他第三方外围设备。由于维修方失误或监控压力失职造成机器失超或液氮损失，责任及赔偿由维修方负责。	2 全系统定期校正：系统定期保养每季度不得少于1次，每年不得少于4次，有记录。3 投标人提供400或800服务电话，一旦接到服务电话，保证在2小时内响应，24小时内工程师到达服务现场处理故障。4 维保期内，供应商保证设备全年的正常使用时间不低于95%，每年按365天计算因故障时间每年不大于365x5%天=18天。因维修停机，每超过一天保修期顺延2天。单台设备单次故障维修时间不得超过5天，如果超过5天，按报修当天算起到维修结束，服务商须赔偿在此期间使用科室的经济损失。5 投标人有大型备件库，备件供应100%保障。提供证明。6 确保所提供的备件是与原设备型号一致的原厂备件，更换完毕后达到原厂MRI设备的运行标准。7 投标人提供国内MRI维保项目业绩的医院名录，近三年业绩项目医院不少10家(证明有维修实力，提供医院名录供招标人核查)。8 投标人需配备有培训资质的专业MR工程师≥3名，提供培训证明文件。9 维修报告：随时提供电子版、纸质版维修报告和保养报告并送往设备科存档。10 投标人应具备GE1.5T和GE3.0T专业维修工具，如万用表、示波器、网络分析仪、可调直流电源等，并提供工具清单、工具图片。11 维保期内，如冷头出现故障，服务商须免费进行更换且必须更换住友品牌的冷头。12 投标人具有完善的服务管理软件以保证后期优质的维保服务，包含医疗事故质量智能溯源系统，医疗影像色谱制备分析系统；医疗影像自动诊断识别系统；医疗设备全景智慧管理系统；投标人须提供国家版权局颁布的软件著作权证书或证明文件并加盖公章。13 投标人具有完善的：磁共振设备冷头更换工具专利，超导磁体除冰工具专利，磁共振设备梯度线圈更换工具专利等。以保证后期优质的维保服务。投标人须提供专利证书或证明文件并加盖公章。14 投标人具有由国家认可机构颁发的“医疗器械质量管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，质量管理体系认证证书。投标人须提供证书或证明文件并加盖公章。	自合同签订之日起12个月	符合现行国家、行业、地方或其他相关标准合格要求	476,000.00	1.00	项	476,000.00