

大庆市人民医院人民医院CT维保服务中标（成交）明细

大庆市政府采购中心受大庆市人民医院委托，采用单一来源进行采购人民医院CT维保服务（项目编号：[230601]QC[DY]20240029）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（人民医院CT维保服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：佳能医疗系统（中国）有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：975,000.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

| 品目号 | 品目名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
|-----|----------|----------|---|---|------|---|------------|------|----|------------|
| 1-1 | 其他医疗卫生服务 | 佳能CT维保服务 | AQUILION/ONE（Aquilion ONE TSX-301A）和ACTMION/16（Activion16 TSX-031A）维保服务要包含两台设备相应的电子部件、机械部件（球管探测器除外） | 1. 维保设备共2台，分别为320排CT和16排CT，维保服务要包含两台设备相应的电子部件、机械部件（球管探测器除外）。两台设备的型号分别为:AQUILION/ONE和ACTMION/16 TSX-031A。2. 所更换的备件必须是制造商认证的合格原厂全新备件3. 及时获取并提供全套完整的制造商系统软硬件改版措施4. 所派工程师为接受过原制造商专业培训的工程师5. 预防性保养，并提供包括电气安全、系统安全、系统性能、图像质量等保养，并提供保养报告，每年4次。6. 两台设备的开机率，全年工作日分别不低于95%7. 提供设备的安全检查和运行状态检查，并提供当年的系统运行报告8. 一小时内响应院方保修电话，如院方不能自行解决，工程师接到电话后12小时内到场维修 | 1年 | 1. 维保设备共2台，分别为320排CT和16排CT，维保服务要包含两台设备相应的电子部件、机械部件（球管探测器除外）。两台设备的型号分别为:AQUILION/ONE和ACTMION/16 TSX-031A。2. 所更换的备件必须是制造商认证的合格原厂全新备件3. 及时获取并提供全套完整的制造商系统软硬件改版措施4. 所派工程师为接受过原制造商专业培训的工程师5. 预防性保养，并提供包括电气安全、系统安全、系统性能、图像质量等保养，并提供保养报告，每年4次。6. 两台设备的开机率，全年工作日分别不低于95%7. 提供设备的安全检查和运行状态检查，并提供当年的系统运行报告8. 一小时内响应院方保修电话，如院方不能自行解决，工程师接到电话后12小时内到场维修 | 975,000.00 | 1.00 | 项 | 975,000.00 |

大庆市政府采购中心
2024年09月19日