

哈尔滨市第四医院医疗设备维修保养采购项目(二次)中标(成交)明细

国信招标集团股份有限公司受哈尔滨市第四医院委托,采用竞争性谈判进行采购医疗设备维修保养采购项目(二次)(项目编号:[230101]GXZB[TP]20240004-1)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

一、合同包1 (64排CT维保、128排CT维保、飞利浦Azurion 7M20血管机维保服务、3.0T核磁维保)

1.1、中标(成交)供应商:黑龙江福晟医疗科技有限公司

1.2、中标(成交)总价: 731,000.00 元

1.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	其他专业技术服务	飞利浦Azurion 7M20血管机维保服务	我公司完全响应招标文件的服务范围	我公司完全响应招标文件的服务要求	合同签订后进入设备维保期自合同签订之日起12个月	我公司完全响应招标文件的服务标准	48,500.00	1.00	项	48,500.00
1-2	其他专业技术服务	3.0T核磁维保(飞利浦Ingenia CX)	我公司完全响应招标文件的服务范围	我公司完全响应招标文件的服务要求	合同签订后进入设备维保期自合同签订之日起12个月	我公司完全响应招标文件的服务标准	295,000.00	1.00	项	295,000.00
1-3	其他专业技术服务	64排维保(飞利浦Ingenity CT)	我公司完全响应招标文件的服务范围	我公司完全响应招标文件的服务要求	合同签订后进入设备维保期自合同签订之日起12个月	我公司完全响应招标文件的服务标准	143,500.00	1.00	项	143,500.00
1-4	其他专业技术服务	128排维保(飞利浦Brilliance iCT)	我公司完全响应招标文件的服务范围	我公司完全响应招标文件的服务要求	合同签订后进入设备维保期自合同签订之日起12个月	我公司完全响应招标文件的服务标准	244,000.00	1.00	项	244,000.00

二、合同包2 (16排CT维保、1.5T及3.0T核磁共振配套空调水冷维保、1.5T核磁维保)

1.1、中标(成交)供应商:沈阳希泰商贸有限公司

1.2、中标(成交)总价: 284,800.00 元

1.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
2-1	其他专业技术服务	1.5T核磁维保(西门子Avanto)	1.5T核磁维保(西门子Avanto)	名称:医用磁共振成像系统1.5T,1台/套。品牌:西门子 型号:Avanto 保证全年不限次数现场,24小时随时响应,2小时内到现场。全年四次保养。所有线圈、冷却系统(冷头、压缩机、液氮)的保修,包含的备件发生损坏,由中标方免费更换,配件费、人工费、路费及差旅费等各项支出由中标方负责承担。包含所有设备维修及配件(包括机器失超液氮及励磁的全部费用)。保证全年95%以上的开机率。保养要求:投标人的保养服务需做好记录,包括但不限于设备清洁、性能测试及校准等,根据采购人要求对设备的数据进行备份。根据采购人要求的时间段,进行保养工作。响应时间:设备发生故障时,投标人客服须在≤15分钟内响应,提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障,投标人须在≤24小时内到达设备使用现场进行维修,排除故障。维修保养记录:投标人需定期对医工人员提供所修设备的产品培训及季度、年度设备分析报告,以及出保前2个月对设备做全面性能检测和评估,出具检测评估报告。维修工程师人员及临床培训老师培训要求:投标方具备同系列设备的工程师至少三名(含),且接受过设备制造商系统的同类型设备维修专业培训,提供有效期内工程师获得制造商的培训证书,并每年提供不低于两次临床培训指导并提供新应用技术支持。备件供应:为了保障服务能力,投标公司提供备件及易耗品必须是未使用过的全新或是符合国家质控标准的合格产品。高值备件:PBU,射频放大器,梯度线圈,冷头等需要出具制造商查询证书。对所保设备提供安全检查。对所保设备提供影像质量检查。对所保设备提供设备除尘保养。对所保设备提供运行状态检查。	自合同签订之日起12个月	符合采购人验收要求	220,000.00	1.00	项	220,000.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-2-2	其他专业技术服务	1.5T及3.0T核磁共振配套空调水冷维保	1.5T及3.0T核磁共振配套空调水冷维保	1.5T空调，1台/套。名称：机房用精密空气调节器 品牌：艾默生 型号：P2040DARMS1R1.5T水冷，1台/套。名称：水冷机组 品牌：艾美康 型号：/3.0T空调，1台/套。名称：机房专用空调机组 品牌：阿尔西 室内机型号：OPTIMA.O.DXA35E2A2 室外机型号：2×CME83.0T水冷，1台/套。名称：Leco涡旋式风冷冷水机组 品牌：南京利科 型号：AQS0182ME-B/L保证全年不限次数现场，24小时随时响应，2小时内到现场。包含我院1.5T西门子磁共振Avanto及3.0T磁共振Ingenia CX配套空调水冷维修及所有备件更换(原厂)。保证全年95%以上的开机率。保养要求：投标人的保养服务需做好记录，包括但不限于设备清洁、性能测试及校准等，根据采购人要求对设备的数据进行备份。根据采购人要求的时间段，进行保养工作。响应时间：设备发生故障时，投标人客服须在≤15分钟内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，投标人须在≤24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。维修保养记录：投标人需定期对医工人员提供所修设备的产品培训及季度、年度设备分析报告，以及出保前2个月对设备做全面性能检测和评估，出具检测评估报告。对所保设备提供安全检查。对所保设备提供影像质量检查。对所保设备提供设备除尘保养。对所保设备提供运行状态检查。	自合同签订之日起12个月	符合采购人验收要求	45,000.00	1.00	项	45,000.00
2-3	其他专业技术服务	16排维保（西门子SOMATOM Emotion 16）	16排维保（西门子SOMATOM Emotion 16）	名称：X射线计算机体层摄影设备，1台/套。品牌：西门子 型号：SOMATOM Emotion 16签订合同1年内不限次人工和两次保养的技术保。维保人员具有相应专业资质。客户服务要求每周7天乘24小时全天候响应。现场响应时间：当日保修期内，提供设备的定期维护保养。其中包括设备的安全检查、影像质量检查、运行状态检查，并提供当时系统状态报告。保证数据库完善和稳定性升级。如检测后需配件更换，应立即与院方相关工作人员联系，说明情况，以保证设备正常运行。保养要求：投标人的保养服务需做好记录，包括但不限于设备清洁、性能测试及校准等，根据采购人要求对设备的数据进行备份。根据采购人要求的时间段，进行保养工作。响应时间：设备发生故障时，投标人400客服须在≤15分钟内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，投标人须在≤24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。维修保养记录：投标人需定期对医工人员提供所修设备的产品培训及季度、年度设备分析报告，以及出保前2个月对设备做全面性能检测和评估，出具检测评估报告。对所保设备提供安全检查。对所保设备提供影像质量检查。对所保设备提供设备除尘保养。对所保设备提供运行状态检查。	自合同签订之日起12个月	符合采购人验收要求	19,800.00	1.00	项	19,800.00

三、合同包3（40排CT维保）

- 1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨银创医疗设备有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：38,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	其他专业技术服务	40排维保（联影uCT 530+）	详见响应文件技术偏离及详细配置明细表	详见响应文件技术偏离及详细配置明细表	自合同签订之日起12个月	符合国家相关行业标准，达到采购人以及招标文件要求	38,000.00	1.00	项	38,000.00

国信招标集团股份有限公司
2024年11月30日