

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	设备名称：30° 腹腔镜硬镜
	供应商名称：哈尔滨楚尧商贸有限公司
专业人员论证意见	<p>经论证，哈尔滨市第五附属第二医院 拟采购的 30° 腹腔镜硬镜原有 两家请示设备连接使用，该部件型号是 深部跟现有系统匹配，其他部件无法匹配。 根据政府采购法第十二条第一款规定： 只能从唯一来源采购和“情形，直用单 一来源采购的，本次选择唯一授权采购给 与楚尧商贸有限公司作单一来源采购供 应商。</p>
专业人员签字	李少华
	日期 25 年 11 月 3 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	设备名称：30° 腹腔镜硬镜	
	供应商名称：哈尔滨楚尧商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>经论证，新采购的30°腹腔镜硬镜需要跟原采购高清影像设备连接使用，该设备焦距长、景深浅，需要匹配现有超高清影像系统匹配，其它品牌设备无法匹配现有超高清影像系统，只能匹配德国KARLSTORZ生产原产配件。</p> <p>根据政府采购法第三十一条第一款规定：“只能从唯一供应商处采购的”情形，宜采用单一来源采购方式。建议选择唯一授权单位哈尔滨楚尧商贸有限公司作为单一来源采购供应商。</p>	
专业人员签字	袁方	日期 23年11月3日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	设备名称：30° 腹腔镜硬镜	
	供应商名称：哈尔滨楚尧商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>经论证，30°腹腔镜硬镜项目 因30°腹腔镜硬镜需与原有进口高 影像设备连接使用，配件来源单一 且跟现有进口高影像系统匹配，只能 匹配德国KARL STORZ生产的原装配件。 根据政府采购法第三十一条之规定 从唯一供应商处采购的，建议选择 唯一授权哈尔滨楚尧商贸有限公司 作为单一来源采购供应商。</p>	
专业人员签字		日期 23年 1月3日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

论证意见汇总

设备名称：30° 腹腔镜硬镜

经论证，新采购的 30° 腹腔镜硬镜需要跟原来超高清影像设备连接使用，该配件焦距、景深需要跟现有超高清影像系统匹配，其它品牌配件无法匹配现有超高清影像系统，只能匹配德国 KARL STORZ 生产的原产配件。符合政府采购法第三十一条第一款规定的“只能从唯一供应商处采购的”情形，宜采用单一来源采购方式。建议选择唯一授权单位哈尔滨楚尧商贸有限公司作为单一来源采购供应商。

论证意见

论证专家签字：

王华 刘莹 袁方

25 年 11 月 23 日