


单一来源论证意见汇总

项目名称	哈尔滨医科大学附属第四医院腹腔镜手术室-单孔腹腔镜镜头（30°腹腔镜）
采购单位	哈尔滨医科大学附属第四医院
日期	2022年12月5日
专业人员论证结论	<p>根据本项目的实际情况与采购需求进行论证，由于该院已购置卡尔史托斯品牌腹腔镜且该腹腔镜配套镜头属于专机专用产品。第三方品牌无法替代。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）项“只能从唯一供应商处采购的”情形和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的规定，建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李永
	职称: 医师
	工作单位: 哈尔滨市第一医院
项目信息	项目名称: 哈尔滨医科大学附属第四医院腹腔镜手术室-单孔腹腔镜镜头 (30° 腹腔镜)
	供应商名称: 长春市富乐辉医疗设备有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>经论证, 贵院拟采购单孔腹腔镜镜头, 该镜头为医疗设备, 专业性较强, 市场上同类产品较少, 且该镜头为进口产品, 无法替代。经市场调研, 贵院拟采购的镜头为唯一供应商。建议贵院采用单一来源采购方式。</p>
专业人员签字	<p>李永</p> <p>日期: 2023年 12月 5日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李大为
	职称: 正高级工程师
	工作单位: 黑龙江医院
项目信息	项目名称: 哈尔滨医科大学附属第四医院腹腔镜手术室-单孔腹腔镜镜头 (30° 腹腔镜)
	供应商名称: 长春市富乐辉医疗设备有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>由于医大四院已购置该品牌腹腔镜, 该品牌配套镜头属于专用产品, 第三方品牌无法替代, 应从原厂或原厂指定经销商处采购, 因此, 根据政府采购法第三十一条规定, 建议采用单一来源的方式采购该项目。</p>
专业人员签字	<p>李大为</p> <p>日期: 2023年12月5日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 尚延军
	职称: 高工
	工作单位: 哈尔滨医科大学附属第四医院
项目信息	项目名称: 哈尔滨医科大学附属第四医院腹腔镜手术室-单孔腹腔镜镜头 (30° 腹腔镜)
	供应商名称: 长春市富乐辉医疗设备有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该医院有一台单孔腹腔镜, 为32作 将增加4个操作孔完成手术。 所以单孔腹腔镜镜头是必备 产品, 其他品牌是无法连接的。 为32作, 建议单一来源采购方式。 唯一供应商: 长春市富乐辉医疗设备 有限公司。</p>
专业人员签字	尚延军 日期 2023年12月5日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。