

单一来源采购专家论证意见表

时间：2023、2、13.

采购单位	大庆市中西医结合医院
使用单位	大庆市中西医结合医院
项目名称	大庆市中西医结合医院日立128CT专用球管采购项目
项目金额	¥150万元
专家论证意见 (1)	<p>日立128CT SCENARIA专用球管为美国工程师MSC-707HP 7.5 MHU型球管,其他厂家球管与该CT的不匹配,根据《政府采购法》第三十一条第一款,本项目拟采购的项目一致性要求,建议向该球管厂家采购,故建议采用单一来源方式采购。</p> <p>专家姓名: 田志 工作单位: 大庆市中西医结合医院 职称: 高工</p>
专家论证意见 (2)	<p>该设备的球管的安装结构及校正程序均有其特殊性,是其他厂家相应配件无法替代的,为保证设备的正常运行,只能向原厂配件,故建议采用单一来源方式采购。</p> <p>专家姓名: 姜海波 工作单位: 市中医院 职称: 高工</p>
专家论证意见 (3)	<p>球管是CT的关键部件,每个厂家的球管的参数都有其独特性,是其他厂家无法替代的,故建议采用单一来源方式采购。</p> <p>专家姓名: 孙书雨 工作单位: 市中医院 职称: 高工</p>

注：专家要三人以上，必须是单数