

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|----------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 李心洪 | |
| | 职称: 主任技师 | |
| | 工作单位: 大庆市第四医院 | |
| 项目信息 | 项目名称: GN 革兰阴性菌鉴定卡、GP 革兰阳性菌鉴定卡、N334 革兰阴性菌药敏卡片(肠杆菌)、N335 革兰阴性菌药敏卡片(非发酵菌)、GP68 革兰阳性菌药敏卡片(肺炎链球菌)(非发酵菌)、P639 革兰阳性菌药敏卡片(葡萄球菌、肠球菌、无乳链球菌)(非发酵菌)、YS08 真菌药敏卡(非发酵菌), 一次性悬浮液管、0.45%专用盐水(样本稀释液) | |
| | 供应商名称: | |
| 专业人员论证意见 | <p>疾控中心申请的以上采购项目, 均为与设备配套使用的试剂与耗材, 专机专用, 无可替代产品。同意单一来源采购。</p> | |
| 专业人员签字 | 李心洪 | 日期 2023年 4月 6日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|-------------------|
| 专业人员信息 | 姓名：刘景波 | |
| | 职称：主任医师 | |
| | 工作单位：大庆龙南医院 | |
| 项目信息 | 项目名称：GN 革兰阴性菌鉴定卡、GP 革兰阳性菌鉴定卡、N334 革兰阴性菌药敏卡片(肠杆菌)、N335 革兰阴性菌药敏卡片（非发酵菌）、GP68 革兰阳性菌药敏卡片(肺炎链球菌)(非发酵菌)、P639 革兰阳性菌药敏卡片(葡萄球菌、肠球菌、无乳链球菌)(非发酵菌)、YS08 真菌药敏卡(非发酵菌)，一次性悬浮液管、0.45%专用盐水（样本稀释液） | |
| | 供应商名称： | |
| 专业人员论证意见 | <p>疾控中心使用 Vitek 2. compact 药敏分析系统，其配套试剂国产无法替代，为了检测结果准确性、稳定性，故推荐以上试剂使用。</p> | |
| 专业人员签字 | 刘景波 | 日期 2023 年 4 月 6 日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|----------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 尹亚牛 | |
| | 职称: 副主任医师 | |
| | 工作单位: 大庆市第三医院 | |
| 项目信息 | 项目名称: GN 革兰阴性菌鉴定卡、GP 革兰阳性菌鉴定卡、N334 革兰阴性菌药敏卡片(肠杆菌)、N335 革兰阴性菌药敏卡片(非发酵菌)、GP68 革兰阳性菌药敏卡片(肺炎链球菌)(非发酵菌)、P639 革兰阳性菌药敏卡片(葡萄球菌、肠球菌、无乳链球菌)(非发酵菌)、YS08 真菌药敏卡(非发酵菌), 一次性悬浮液管、0.45%专用盐水(样本稀释液) | |
| | 供应商名称: | |
| 专业人员论证意见 | <p>大庆市疾病预防控制中心现有药敏分析系统为 vittek 2 compact 药敏分析系统, 该仪器运行必须配套使用同品牌试剂, 其他品牌无法与之配套使用, 不可替代。</p> <p>基于此, 同意采购以上“项目信息”所列试剂(耗材类)。</p> | |
| 专业人员签字 | 尹亚牛 | 日期 2023年 4月 6日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|--------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 李沐 | |
| | 职称: 主任技师 | |
| | 工作单位: 大沃市第四医院. | |
| 项目信息 | 项目名称: BD 绝对计数管、BD 流式细胞分析用溶血素、BD 白细胞分化抗原 CD3/CD8/CD45/CD4、BD FACSClean、BD FACS Shutdown Solution | |
| | 供应商名称: | |
| 专业人员论证意见 | <p>疾控中心申请的以上项目, 均为 检测设备配套使用, 专机专用, 无可替代产品, 同意单一来源采购.</p> | |
| 专业人员签字 | 李沐 | 日期 2023年4月6日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|-----------------|
| 专业人员信息 | 姓名：刘景波 | |
| | 职称：主任医师 | |
| | 工作单位：龙头龙南医院 | |
| 项目信息 | 项目名称：BD 绝对计数管、BD 流式细胞分析用溶血素、BD 白细胞分化抗原 CD3/CD8/CD45/CD4、BD FACSClean、BD FACS Shutdown Solution | |
| | 供应商名称： | |
| 专业人员论证意见 | <p>疾控中心现有 BD 流式细胞仪用于检测艾滋病患者 CD4 细胞检测任务，为了得到数据的准确性，又因国产试剂无法使用，故推荐以上产品。</p> | |
| 专业人员签字 | 刘景波 | 日期 2023年 4月 6 日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|---|----------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 尹业年 | |
| | 职称: 副主任医师 | |
| | 工作单位: 大庆市第三医院 | |
| 项目信息 | 项目名称: BD 绝对计数管、BD 流式细胞分析用溶血素、BD 白细胞分化抗原 CD3/CD8/CD45/CD4、BD FACSClean、BD FACS Shutdown Solution | |
| | 供应商名称: | |
| 专业人员论证意见 | <p>大庆市疾病预防控制中心现有流式细胞仪为进口BD流式细胞仪, 该仪器正常运行必须使用同品牌试剂, 不可替代。</p> <p>基于以上事实, 同意采购“项目信息”所列试剂, 均为仪器配套专用试剂。</p> | |
| 专业人员签字 | 尹业年 | 日期 2022年 9月 6日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|-----------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 刘景波 | |
| | 职称: 主治医师 | |
| | 工作单位: 大庆龙南医院 | |
| 项目信息 | 项目名称: API20E 微生物鉴定条 (Ref 20 100)、API 配套 0.85%NaCl 悬浮液 3ml、沙门氏菌属诊断血清套装、3M 大肠菌群/大肠杆菌测试片、3M 菌落总数测试片测试片、霉菌和酵母菌测试片 | |
| | 供应商名称: | |
| 专业人员论证意见 | <p>以上采购试剂部分是专机专用, 其它品牌试剂无法替代, 上机操作无法识别; 为单一来源产品; 其中沙门氏血清套装提供了使用数据、性能报告相关说明, 与其它产品有对比分析; 3M 测试片也做了相应说明, 有图片、平板对比数据分析; 以上试剂为同行业参考推荐, 为了保证数据结果的可靠性、稳定性、精准性, 推荐采用进口单一来源。</p> | |
| 专业人员签字 | 刘景波 | 日期 2023年 4月 12日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|---|------------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 尹亚牛 | |
| | 职称: 副主任技师 | |
| | 工作单位: 大庆市第三医院 | |
| 项目信息 | 项目名称: API20E 微生物鉴定条 (Ref 20 100)、API 配套 0.85%NaCl 悬浮液 3ml、沙门氏菌属诊断血清套装、3M 大肠菌群/大肠杆菌测试片、3M 菌落总数测试片测试片、霉菌和酵母菌测试片 | |
| | 供应商名称: | |
| 专业人员论证意见 | <p>大庆市疾病预防控制中心现用微生物鉴定条为进口 API 鉴定系统, 该系统须配套使用原厂试剂耗材方可正常开展工作, 其他来源试剂无法替代, 故同意以进口单一来源采购 API20E 微生物鉴定条和配套 0.85% NaCl 悬浮液。</p> <p>根据 (GB 4789.4-2016)、(GB 4789.03-2003)、(GB 4789.02-2022) 及 (GB 4789.15-2016) 菌落总数检测要求, 结合本中心实际使用经验及同行业普遍使用现状, 为保证检测结果准确性, 同意进口采购沙门氏菌血清 (3M 测试片)</p> | |
| 专业人员签字 | 尹亚牛 | 日期: 2022年 4月 12日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|---------------|
| 专业人员信息 | 姓名：张丽 | |
| | 职称：副主任技师 | |
| | 工作单位：大庆市第五医院 | |
| 项目信息 | 项目名称：API20E 微生物鉴定条 (Ref 20 100)、API 配套 0.85%NaCl 悬浮液 3ml、沙门氏菌属诊断血清套装、3M 大肠菌群/大肠杆菌测试片、3M 菌落总数测试片测试片、霉菌和酵母菌测试片 | |
| | 供应商名称： | |
| 专业人员论证意见 | <p>API20E 微生物鉴定条. API 配套 0.85% Nacl 悬浮液 3ml. 为仪器配套. 专机专用. 给予采购. 3M 大肠菌群/大肠杆菌测试片在菌落识别度明显优于国产测试片. 获得官方认可. 可以采购.</p> <p>沙门氏菌属诊断血清套装. 丹麦进口和国内沙门氏菌比对后与进口血清确实存在差异. 可以采购. 丹麦进口有助提高微生物实验质量和提高实验效率.</p> | |
| 专业人员签字 | 张丽 | 日期 2023年4月12日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。