

专业人员论证承诺书

我庄严承诺：

一、认真履行论证职责。严格遵守国家各级部门颁发的采购与招标方面的法律、法规，评审意见客观、公平、公正。

二、执行回避制度。本人与本项目的招标人（采购人）既无亲情关系，也没有经济及其它利益关系。

三、论证结束后，遵守保密制度，不向任何人透漏文件的论证过程及内容。

本人严格履行上述承诺。如有违反，愿意接受处理及承担法律责任。

承诺人： 谢明珠

2023年6月15日

专业人员论证承诺书

我庄严承诺：

一、认真履行论证职责。严格遵守国家各级部门颁发的采购与招标方面的法律、法规，评审意见客观、公平、公正。

二、执行回避制度。本人与本项目的招标人（采购人）既无亲情关系，也没有经济及其它利益关系。

三、论证结束后，遵守保密制度，不向任何人透漏文件的论证过程及内容。

本人严格履行上述承诺。如有违反，愿意接受处理及承担法律责任。

承诺人：

2023年6月15日

专业人员论证承诺书

我庄严承诺：

一、认真履行论证职责。严格遵守国家各级部门颁发的采购与招标方面的法律、法规，评审意见客观、公平、公正。

二、执行回避制度。本人与本项目的招标人（采购人）既无亲情关系，也没有经济及其它利益关系。

三、论证结束后，遵守保密制度，不向任何人透漏文件的论证过程及内容。

本人严格履行上述承诺。如有违反，愿意接受处理及承担法律责任。

承诺人：



2023年6月15日

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|-----------------|
| 专业人员信息 | 姓名： 谢明珠 | |
| | 职称： 副主任药师 | |
| | 工作单位： 哈尔滨三联药业 | |
| 项目信息 | 项目名称： 哈尔滨医科大学附属第四医院医学影像科胃肠机球管项目 | |
| | 供应商名称： 哈尔滨靖意嘉科技有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>西门子 AXIOM Luminos dRF 数字胃肠机属于医用大型精密仪器，所需 X 射线管组件 - 球管为高值损耗专用零件，具有球管证书、球管标签，并与主机注册一致的球管，其他品牌型号的球管无法替代使用具有唯一性。为确保设备的稳定运行和辐射剂量安全，此设备采用西门子医疗系统有限公司原厂生产的独有原装球管。建议采购单一来源采购。</p> | |
| 专业人员签字 | 谢明珠 | 日期 2023年 6月 15日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|---|--------------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 孙润泰 | |
| | 职称: 主任技师 | |
| | 工作单位: 哈尔滨市疾病预防控制中心 | |
| 项目信息 | 项目名称: 哈尔滨医科大学附属第四医院医学影像科胃肠机球管项目 | |
| | 供应商名称: 哈尔滨靖意嘉科技有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>经论证: 哈尔滨医大医院所采购胃肠机球管项目, 由于该球管用于原西门子AXIOM Luminos DRF数字胃肠机更换配件, 其他厂家产品无法与原机匹配使用, 只能采购原厂家产品, 符合政府采购法第三十条“只能从唯一供应商处采购”情形, 建议采用单一来源方式采购。</p> | |
| 专业人员签字 | 孙润泰 | 日期 2023 年 6 月 15 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|--------------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 姜颖 | |
| | 职称: 主任 | |
| | 工作单位: 哈医大肿瘤医院 | |
| 项目信息 | 项目名称: 哈尔滨医科大学附属第四医院医学影像科胃肠机球管项目 | |
| | 供应商名称: 哈尔滨靖意嘉科技有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>西门子 AXIOM Luminos dRF 数字胃肠机 X 射线管组件——球管是设备的配套组件, 该配件属于高值损耗专用零件, 非通用型配件, 其他品牌型号的球管无法替代使用, 为保证原有设备的稳定性及辐射剂量安全, 需要采购原厂配件, 以保证该配件与原有设备注册类型一致。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条的相关规定, 推荐采购方采用单一来源方式进行采购。</p> | |
| 专业人员签字 | 姜颖 | 日期 2023 年 6 月 15 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证结论

| | |
|---------------------|--|
| 项目信息 | 项目名称：哈尔滨医科大学附属第四医院医学影像科胃肠机球管项目 |
| 单一来源采购方式专业人员论证结论 | 供应商名称：哈尔滨靖意嘉科技有限公司 经论证，本项目为西门子 AXIOM Luminos dRF 数字胃肠机 X 射线管组件，球管是该设备的配套组件，该配件属于高值损耗专用零件，非通用型配件，其他品牌型号的球管无法替代使用，为保证原有设备的稳定运行及辐射剂量安全，需要采购原厂配件，以保证该配件与原有设备主机注册类型一致。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条关于申请单一来源采购的相关规定，推荐采用单一来源采购方式进行采购。 |
| 日期 2023 年 06 月 15 日 | |

专业人员签字：

谢明珠