

论证小组签到表

项目名称：肇源县总医院 64 排 CT 球管单一来源采购项目


论证时间：2024 年 10 月 24 日 14 时 00 分

序号	姓名	工作单位	职称	专业	身份证号码	联系电话
1	李强	肇源县疾病预防控制中心	高工	医学	23010719	172 / 500
2	姜成	肇源县疾病预防控制中心	主任	医学	230224 1200/X	13936
3	王磊	肇源县疾病预防控制中心	主任	医学	23010819	13/33
4						
5						

专家承诺书

本人作为论证专家，在参加组织的论证工作中，将遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》认真执行政府采购制度、严格履行论证专家职责，本着公正、公平及诚实、信用的原则，并对自己的论证意见承担责任，保证论证材料真实有效；同时本人将严格遵守保密纪律，不私自透露论证情况。

论证小组全体成员签名：



2024年10月24日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 韩冲
	职称: 高级工程师
	工作单位: 哈尔滨市南岗区卫生监督所
项目信息	项目名称: 肇源县总医院 64 排 CT 球管单一来源采购项目
	供应商名称: 哈尔滨伯尼特商贸有限公司
专业人员论证意见	<p>论证: 该单位使用的佳能(原东芝)AQUILION CT中2,使用的CT球管一佳能GXB-750D CT球管属于专用配件,具有不可替代性,其品牌,型号球管无法替代使用,更换的球管必须为原厂配件。</p> <p>佳能医疗CT球管产部在国内唯一授权经销商是哈尔滨伯尼特商贸有限公司,因本次采购的产品具有不可替代性,只能从某一特定的供应商处采购。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款(一)项“只能从唯一供应商处采购的情形”。本项目采用单一来源采购。</p>
专业人员签字	<p>韩冲</p> <p>日期: 2024年10月24日</p>


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>董斌</u>	
	职称: <u>高级技师</u>	
	工作单位: <u>黑龙江中医药大学附属第一医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>肇源县总医院 64 排 CT 球管单一来源采购项目</u>	
	供应商名称: <u>哈尔滨伯尼特商贸有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>论证意见: 肇源县总医院的 CT 球管采购项目, CT 球管为该机器的核心部件, 兼容性很强, 具有唯一性。且“哈尔滨伯尼特商贸有限公司”为本项目唯一授权供应商, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购的”情形。建议采用单一来源的采购方式进行采购。</p>	
专业人员签字	<u>董斌</u>	日期 <u>2014</u> 年 <u>10</u> 月 <u>24</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>王英杰</u>
	职称: <u>正高</u>
	工作单位: <u>哈尔滨医科大学</u>
项目信息	项目名称: <u>肇源县总医院 64 排 CT 球管单一来源采购项目</u>
	供应商名称: <u>哈尔滨伯尼特商贸有限公司</u>
专业人员论证意见	<p><u>经论证</u></p> <p><u>一、佳能(原东芝)A001210VCT 机头对管属于球管球头, 该设备对管是专机专用。</u></p> <p><u>二、哈尔滨伯尼特商贸有限公司是佳能医疗CT对管产品在省内唯一授权经销商。</u></p> <p><u>根据以上事实论证该单一来源方式采购符合政府采购法第三十一条第一款规定。</u></p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> 日期 <u>2024年10月24日</u> </div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。