


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 王雪航	
	职称： 主任医师	
	工作单位： 黑龙江省疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称： MR3.0核磁共振、64排CT、256排CT维保项目	
	供应商名称： 河南舟景科技有限公司	
专家人员论证意见	<p>经论证，黑龙江中医药大学附属第一医院现配备 Ingenia 3.0T核磁、Incisive CT、Brilliance iCT，均为进口设备。针对3台设备的维保服务项目采购，因设备配件为专机专用进口配件，其它渠道暂时无法进行有效替代获取，原厂工程师具有此类设备的专门维修资格，因此具备配套性和唯一性。河南舟景科技有限公司为飞利浦(中国)投资有限公司合法授权公司，具有唯一供应商条件。以上情况符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”的条件。综上，建议采用单一来源方式进行下一步采购工作。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	
专业人员签字	王雪航	日期：2024年10月12日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李博宇	
	职称: 讲师	
	工作单位: 黑龙江护理高等专科学校	
项目信息	项目名称: MR3.0核磁共振、64排CT、256排CT维保项目	
	供应商名称: 河南舟景科技有限公司	
专家人员论证意见	<p>经认真论证, 现有 Ingenia 3.0T核磁, Incept Brilliance iCT为进口设备, 拟采购3台维保, 因该配件为专机专用进口配件, 其他暂无法有效替代, 且原厂工程师具备此设备维修资格, 故具备配套性, 唯一性. 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定情形, 只能从唯一供应商处采购, 综上所述, 建议以单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	李博宇	日期: 2024年10月12日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吴迪	
	职称: 副高	
	工作单位: 黑龙江中医药大学	
项目信息	项目名称: MR3.0核磁共振、64排CT、256排CT维保项目	
	供应商名称: 河南舟景科技有限公司	
专家人员论证意见	<p>经论证,黑龙江中医药大学附属第一医院有 Ingenia 3.0T核磁, Invisive CT 及 Brilliance CT 为进口设备,维保配件属于通用,属于产品均无法替代,具有唯一性,符合《政府采购法》第二十一条第一款相关规定,拟作唯一供应商处理,建议以单一来源方式采购。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	
专业人员签字	吴迪	日期: 2024年10月12日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

论证意见汇总

项目名称：MR3.0核磁共振、64排CT、256排CT维保项目

论证意见	<p>经认真论证，现有 Ingenia 3.0T 核磁、IncisiveCT、Brilliance iCT 为进口设备，拟采购3台维保，因维保配件为专机专用进口配件，其他暂无法有效替代，且原厂工程师具备此设备维修资格，故具备配套性、唯一性，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定情形，只能从唯一供应商处采购。综上所述，建议从单一来源方式进行采购。</p>
论证专家签字：	<p>李博宇 王方航 袁建</p> <p style="text-align: right;">2024年10月12日</p>