

单一来源采购申请表

使用单位	北安市第一人民医院				
项目名称					
预算金额	序号	货物名称	规格 (人份/盒)	预算单价 (元)	预算总价 (元)
	1.	血细胞分析用稀释液	20L	346.06	506000.00
	2.	血细胞分析用溶血剂	500mL	522.50	
	3.		1L	1045.00	
	4.	血细胞分析用溶血剂	1L	836.00	
	5.		4L	3344.00	
	6.	血细胞分析用溶血剂	1L	368.50	
	7.		4L	1474.00	
	8.	血细胞分析用染色液	22 mL	1815.00	
	9.		42mL	3448.50	
	10.	血细胞分析用染色液	12 mL	1045.00	
	11.		22 mL	1914.00	
	12.	血细胞分析用染色液	12 mL	3630.00	
	13.	血细胞分析用稀释液	500mL	495.00	
	14.		1L	990.00	
	15.	血细胞分析用染色液	12mL	1941.50	
	16.	清洁液	2*100mL/盒	264.00	
	17.		4mL*10 支	132.00	
18.	50mL		66.00		
申请理由	<p>我院目前在使用引进的帝迈全自动血液分析仪 DH-800CS 系统，该系统用于临床血常规检测。帝迈全自动血液分析仪 DH-800CS 系列试剂专为帝迈全自动血液分析仪 DH-800CS 仪器所设计、生产和使用，为专机专用产品；而当帝迈全自动血液分析仪 DH-800CS 使用非帝迈全自动血液分析仪 DH-800CS 试剂时，则无力保证所得到的结果的性能或质量。深圳市帝迈生物技术有限公司授权黑龙江省港银健泰医疗器械有限公司为黑龙江区域唯一供应商。</p> <p>根据政府采购法第三十一条的适用条件，满足只能从唯一供应商处采购条件，现我院申请采用单一来源方式采购。</p>				

单位名称：北安市第一人民医院

2024年 2月 19日



单一来源采购申请表

使用单位	北安市第一人民医院				
项目名称					
预算金额	序号	货物名称	规格 (人份/盒)	预算单价 (元)	预算总价 (元)
	1.	血细胞分析用稀释液	20L	346.06	506000.00
	2.	血细胞分析用溶血剂	500mL	522.50	
	3.		1L	1045.00	
	4.	血细胞分析用溶血剂	1L	836.00	
	5.		4L	3344.00	
	6.	血细胞分析用溶血剂	1L	368.50	
	7.		4L	1474.00	
	8.	血细胞分析用染色液	22 mL	1815.00	
	9.		42mL	3448.50	
	10.	血细胞分析用染色液	12 mL	1045.00	
	11.		22 mL	1914.00	
	12.	血细胞分析用染色液	12 mL	3630.00	
	13.	血细胞分析用稀释液	500mL	495.00	
	14.		1L	990.00	
	15.	血细胞分析用染色液	12mL	1941.50	
	16.	清洁液	2*100mL/盒	264.00	
	17.		4mL*10支	132.00	
18.	50mL		66.00		
申请理由	<p>我院目前在使用引进的帝迈全自动血液分析仪 DH-800CS 系统，该系统用于临床血常规检测。帝迈全自动血液分析仪 DH-800CS 系列试剂专为帝迈全自动血液分析仪 DH-800CS 仪器所设计、生产和使用，为专机专用产品；而当帝迈全自动血液分析仪 DH-800CS 使用非帝迈全自动血液分析仪 DH-800CS 试剂时，则无力保证所得到的结果的性能或质量。深圳市帝迈生物技术有限公司授权黑龙江省港银健泰医疗器械有限公司为黑龙江区域唯一供应商。</p> <p>根据政府采购法第三十一条的适用条件，满足只能从唯一供应商处采购条件，现我院申请采用单一来源方式采购。</p>				

单位名称：北安市第一人民医院

2024年 2月 19日



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李大为
	职称: 正高级工程师
	工作单位: 黑龙江省医院
项目信息	项目名称:
	供应商名称: 黑龙江省港银健泰医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>经论证, 由于该单位已采购帝迈品牌血液分析仪(DH-800CS), 该设备配套试剂属于专用产品, 第三方品牌无法替代, 因此, 根据政府采购法第三十一条相关规定, 建议采用单一来源方式从指定供应商处采购。</p>
专业人员签字	<p>李大为</p>
	日期: 2024. 2. 19

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李博宇
	职称: 讲师
	工作单位: 黑龙江护理高等专科学校
项目信息	项目名称:
	供应商名称: 黑龙江省港银健泰医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>经认真论证, 现有帝迈品牌血液分析仪 BH-800CS, 该设备配套试剂为走机专用产品, 其他暂无法替代。根据政府采购法等三十一条相关规定, 建议从单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<p>李博宇</p>
	日期: 2024.2.19

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘化
	职称: 高级
	工作单位: 哈尔滨威远医疗器械有限公司
项目信息	项目名称:
	供应商名称: 黑龙江省港银健泰医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>本人经测试该产品的性能和报告, 验证该组合血液分析仪DH-800CS系统只能采用该产品配套的试剂。黑龙江省港银健泰医疗器械有限公司是深圳市帝达生物技术有限公司黑龙江区域唯一代理商。此情况符合政府采购同类产品的唯一性条件, 可以采用单一来源方式采购。</p> <p>刘化</p>
专业人员签字	<p>刘化</p> <p>日期: 2024.2.19</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

专业人员论证意见表

项目名称:

<p>审核内容及意见</p>	<p>为论证该试剂结果的准确性和稳定性，常总会在试剂的液相色谱仪 DH-800CS 系统只能选用该产品的配套系列试剂。总行有港银健康医疗器械有限公司是深圳常达生物技术有限公司总行区域唯一代理商。此情形符合政府采购法第三条只从唯一供应商处采购的精神，可以采用单一来源方式采购。</p>
<p>全体评委签字</p>	<p>李博宇 李博宇 李博宇</p>

日期:2024年 2月9日