

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李永刚
	职称: 主任技师
	工作单位: 齐齐哈尔市红十字中心医院
项目信息	项目名称: 齐齐哈尔市医学院附属第二医院飞利浦设备维修更换服务
	供应商名称: 哈尔滨讯昂医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>该项目3台飞利浦设备,为大型复杂医疗设备,维保能力和原厂配件需由厂家授权的唯一供应商进行,符合单一来源采购要求,适用于政府采购办法第三十一条规定。</p>
专业人员签字	<p>李永刚</p>
	日期: 2024年 3月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>吴树奇</u>
	职称: <u>正高</u>
	工作单位: <u>齐齐哈尔市中医医院</u>
项目信息	项目名称: <u>齐齐哈尔市医学院附属第二医院飞利浦设备维修更换服务</u>
	供应商名称: <u>哈尔滨讯昂医疗器械有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>该项目中Azurion 7.0 超导造影X射线系统和Allura Xper FD w.o.造影进行了论证。Zigenia 3.0T磁共振为飞利浦原装进口设备，配件需原厂出厂，原厂保障设备正常运行，不损失寿命同期，符合政府采购办法第三十一条只从唯一供应商处采购的。建议采用原厂或原厂授权的供应商处采购。</p>
专业人员签字	<u>吴树奇</u>
	日期: <u>2024年3月26日</u>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 关哲刚	
	职称: 正高	
	工作单位: 市财政信息中心	
项目信息	项目名称: 齐齐哈尔市医学院附属第二医院飞利浦设备维修更换服务	
	供应商名称: 哈尔滨讯昂医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>该项目为附属二院维保服务采购项目由于前期已经选用了飞利浦厂家设备,为了保障设备正常运转建议采用厂家授权的唯一供应商来完成采购,符合政府采购法第三十二条规定。</p>	
专业人员签字	关哲刚	日期: 2024年 3月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。