

论证专家声明书


本人已接受采购人邀请，担任心脏大血管外科医用物理升降温仪(升温)采购单一来源采购论证会评审专家。

本人声明，本人在论证前未与采购人、采购代理机构、供应商发生可能影响论证结果的接触，不向外透露论证情况以及与论证有关的其他内容，不收受采购人超出合理报酬以外的任何现金，有价证券和礼物，不收受有关利害关系人的任何财物和好处。本人无国家或本市有关规定需要回避的情况。

作为黑龙江省政府采购论证专家，一经确定参加政府采购论证成为论证专家的成员，就应该独立、公正地对项目进行论证。本人保证：本人身份真实有效，将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》《评标委员会和评标办法暂行规定》等法律法规的规定，独立、客观，公正地履行论证专家职责。

特此声明。

论证专家签字：



2024 年 5 月 8 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	那鹤	
	职称:	主任医师	
	工作单位:	哈尔滨市第一医院	
项目信息	项目名称: 心脏大血管外科医用物理升降温仪(升温)采购		
	供应商名称: 哈尔滨市斐睿医疗器械有限公司		
专业人员论证意见	<p>通过审阅相关资料，认为该医用物理升降温仪(升温)设备配件(型号: HLC0660)是唯一可以搭配“奥林”优维循环机使用的配件。它可连接双体泵，使温度在35-39℃之间调节，达到手术室中理想的加温环境，并符合政府采购法第31条的规定，选用单一来源采购方式。</p>		
	专业人员签字	那鹤	日期: 2024年 5月 8 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

论证专家声明书

本人已接受采购人邀请，担任心脏大血管外科医用物理升降温仪(升温)采购单一来源采购论证会评审专家。

本人声明，本人在论证前未与采购人、采购代理机构、供应商发生可能影响论证结果的接触，不向外透露论证情况以及与论证有关的其他内容，不收受采购人超出合理报酬以外的任何现金，有价证券和礼物，不收受有关利害关系人的任何财物和好处。本人无国家或本市有关规定需要回避的情况。

作为黑龙江省政府采购论证专家，一经确定参加政府采购论证成为论证专家的成员，就应该独立、公正地对项目进行论证。本人保证：本人身份真实有效，将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》《评标委员会和评标办法暂行规定》等法律法规的规定，独立、客观，公正地履行论证专家职责。

特此声明。

论证专家签字：



2024年5月8日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	唐立伟
	职称:	高级工程师
	工作单位:	哈尔滨市第四医院
项目信息	项目名称: 心脏大血管外科医用物理升降温仪(升温)采购	
	供应商名称: 哈尔滨市斐睿医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>经论证,采购单位保有的医用物理升降温仪设备已损坏无法使用,该设备是唯一能做“柔物”体外循环机使用的设备品种,为保证临床使用需要,采购该设备,此项目采购符合政府采购法第三十一条要求,建议采用单一来源方式对其进行采购。</p>	
专业人员签字	唐立伟	日期: 2024年5月8日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

论证专家声明书

本人已接受采购人邀请，担任心脏大血管外科医用物理升降温仪(升温)采购单一来源采购论证会评审专家。

本人声明，本人在论证前未与采购人、采购代理机构、供应商发生可能影响论证结果的接触，不向外透露论证情况以及与论证有关的其他内容，不收受采购人超出合理报酬以外的任何现金，有价证券和礼物，不收受有关利害关系人的任何财物和好处。本人无国家或本市有关规定需要回避的情况。

作为黑龙江省政府采购论证专家，一经确定参加政府采购论证成为论证专家的成员，就应该独立、公正地对项目进行论证。本人保证：本人身份真实有效，将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》《评标委员会和评标办法暂行规定》等法律法规的规定，独立、客观，公正地履行论证专家职责。

特此声明。

论证专家签字：

张慧杰

2014年5月8日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张慧杰	
	职称: 工程师	
	工作单位: 中正信合项目管理有限公司[哈尔滨分公司]	
项目信息	项目名称: 心脏大血管外科医用物理升降温仪(升温)采购	
	供应商名称: 哈尔滨市斐睿医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>经论证,采购单位原有医用物理升降温仪(升温)设备已损坏且无法使用,医用物理升降温仪(升温)设备配件(型号:H1 CO 660)是唯一可搭配“奥林”体外循环机进行使用,温度范围35~39°C连续可调,可联接双体温(一进一出),手术中可有效防止由于低温带来的并发症,运用于多中心心脏外科手术,符合政府采购法第31条相关规定。</p> <p>建议采用单一来源方式采购该设备配件。</p>	
专业人员签字	张慧杰	日期:2024年5月8日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。