



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张明
	职称: 工程师
	工作单位: 科大二院
项目信息	项目名称: 环氧乙烷灭菌器XL维保
	供应商名称: 北京泉辉德隆工程技术有限公司
专业人员论证意见	本项目拟进行环氧乙烷灭菌器维护保养工作, 经市场调研, 发现该设备为进口产品, 且维护保养工作专业性较强, 需要具备相应资质和经验的专业技术人员方可胜任。北京泉辉德隆工程技术有限公司具备相关资质和专业技术人员, 能够满足本项目维护保养工作的要求。因此, 建议采用单一来源采购方式。
专业人员签字	张明 2024.10.10 日期 2024年 10月 10日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 丁丹
	职称: 副主任护师
	工作单位: 黑龙江中医药大学附属第三医院.
项目信息	项目名称: 环氧乙烷灭菌器XL维保
	供应商名称: 北京泉辉德隆信息技术有限公司
专业论证意见	<p>该供应商的环氧乙烷灭菌器为美国3M公司生产的、原装进口设备。且因环氧乙烷气体会易燃、剧毒、致癌风险气体。为保证设备安全有效使用。所有零部件均应由原厂提供。维护应由原生产厂家或区域内唯一授权供应。商处采购维修服务。来满足日常使用。根据《政府采购法》第三十一条“只允许从唯一供应处采购”的规定。建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	丁丹 日期 2024年 12月10日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李博宇
	职称: 讲师
	工作单位: 黑龙江护理高等专科学校.
项目信息	项目名称: 环氧乙烷灭菌器XL维保
	供应商名称: 北京泉辉德隆信息技术有限公司
专业人员论证意见	<p>经认真论证, 现有工作环境中, 所有零部件均由美国3M公司提供, 该设备为精密器械, 不耐高温高压的医疗器械和物品进行低温灭菌, 为保证全程负压工作状态安全有效的运行, 除了外置不能同时满足全部上述要求, 且北京泉辉德隆工程技术有限公司为本项目唯一授权. 经中华人民共和国政府采购法第三十一条第一款规定情形, 只能从唯一供应商处采购. 建议以单一来源方式 进行采购.</p>
专业人员签字	李博宇 日期 2024年9月10日