



单一来源专家论证签到表




姓名	身份证号码	工作单位	职称	专业	联系电话	签到时间	备注
李双春	230206196505024062	西安市人民医院	正高	核医学	15146729705	10:01	
郭宝华	230206196810120392	西安市精神卫生研究所	主任技师	核医学	13555479528	10:01	
孙世杰	230203196409306038	西安市中心医院	主任医师	电子	13836550000	10:01	

13846063050

单一来源专家论证表

使用单位	鸡西市中医医院
项目名称	鸡西市中医医院双源 CT 球管 A 采购项目
预算金额	1850000 元
拟定供应商	西门子医疗系统有限公司
申请理由	<p>我院有一台 SOMATOM Definition Flash (双源) CT 设备, 由于医疗设备维修及配件具有极强的专业性 (尤其是大型医疗设备), 为避免设备停机影响患者诊断医治, 更好的为患者及社区百姓服务, 现需采购 CT 球管 A 配件。</p> <p>CT 是一种高技术性、高精密度的医疗设备, 球管是 CT 的核心部件, 它的参数直接影响其他重要部件 (高压发生器、探测器等) 工作, 尤其质量及与整机的兼容性、匹配性非常重要。我院 CT 的全部核心备件均为西门子原厂研发并生产, 其他品牌的均不能匹配。</p> <p>综合以上因素, 申请单一来源采购。</p>
专家意见	<p>SOMATOM Definition Flash (双源) CT 设备中 CT 球管 A 配件, 是具有高技术性、高精密度的医疗设备, 球管是 CT 的核心部件, 它的参数直接影响其他重要部件 (高压发生器、探测器等) 的工作, 尤其质量及与整机的兼容性、匹配性非常重要。因为其他品牌的均不能匹配, 不可用其他品牌替代, 具有唯一性, 且只能用原厂西门子原厂研发并生产的, 因此适用于单一来源采购。</p>
论证专家签字	<p>姓名: 郭宝军 单位: 鸡西市精神病院</p> <p>职称: 主任技师 日期: 2024 年 8 月 26 日</p>

单一来源专家论证表

 <p>使用单位</p>	鸡西市中医医院
<p>项目名称</p>	鸡西市中医医院双源 CT 球管 A 采购项目
<p>预算金额</p>	1850000 元
<p>拟定供应商</p>	西门子医疗系统有限公司
<p>申请理由</p>	<p>我院有一台 SOMATOM Definition Flash (双源) CT 设备, 由于医疗设备维修及配件具有极强的专业性 (尤其是大型医疗设备), 为避免设备停机影响患者诊断医治, 更好的为患者及社区百姓服务, 现需采购 CT 球管 A 配件。</p> <p>CT 是一种高技术性、高精密度的医疗设备, 球管是 CT 的核心部件, 它的参数直接影响其他重要部件 (高压发生器、探测器等) 工作, 尤其质量及与整机的兼容性、匹配性非常重要。我院 CT 的全部核心备件均为西门子原厂研发并生产, 其他品牌的均不能匹配。</p> <p>综合以上因素, 申请单一来源采购。</p>
<p>专家意见</p>	<p>西门子(双源)CT设备, 电子厂家球管为核心部件, 专业性极强和整机的兼容性、匹配性很重要, 都采用原厂生产的管球, 其它品牌均不能替代。</p>
<p>论证专家签字</p>	<p>姓名:  单位:  鸡西市中医医院</p> <p>职称: 高级工程师 日期: 2024 年 8 月 26 日</p>



单一来源专家论证表

使用单位	鸡西市中医医院
项目名称	鸡西市中医医院双源CT球管A采购项目
预算金额	1850000元
拟定供应商	西门子医疗系统有限公司
申请理由	<p>我院有一台SOMATOM Definition Flash (双源) CT设备, 由于医疗设备维修及配件具有极强的专业性 (尤其是大型医疗设备), 为避免设备停机影响患者诊断医治, 更好的为患者及社区百姓服务, 现需采购CT球管A配件。</p> <p>CT是一种高技术性、高精密度的医疗设备, 球管是CT的核心部件, 它的参数直接影响其他重要部件 (高压发生器、探测器等) 工作, 尤其质量及与整机的兼容性、匹配性非常重要。我院CT的全部核心备件均为西门子原厂研发并生产, 其他品牌的均不能匹配。</p> <p>综合以上因素, 申请单一来源采购。</p>
专家意见	<p>西门子双源CT机是进口设备, 球管A是其核心部件, 是直接决定设备功能及规格的重要因素。为提升诊疗水平, 避免因设备原因影响患者诊疗和诊断, 保证设备稳定运行, 球管A的更换, 必须要进行设备维护。</p> <p>双源CT机球管A为原厂生产, 其他厂家生产的球管不能适配双源CT机也不能与其兼容工作。</p> <p>为此双源CT机球管A只能在原厂生产。</p> <p>符合单一来源采购要求。</p>
论证专家签字	<p>姓名: 李迎春 单位: 鸡西市人民医院</p> <p>职称: 主任技师 日期: 2024年8月26日</p>